



Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1722595239628 din 23.08.2024
Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale și a mobilierului medical conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (IMSP Policlinica de Stat și IMSP Spitalul Raional Ungheni)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot nr 6 Masă de laborator, cu blat	Masă de laborator, cu blat	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	Masă pentru laborator de prelevare a probelor sangvine. Lățimea - 1500mm, Adâncimea – 600mm, Înălțime -750 mm, Suprafața de lucru a mesei : blat multistratificat format monolit din rășină fenolică pentru uz cu rezistența fizico-chimică înaltă. Grosimea suprafeței monolite a blatului de minim 12,7 mm. Blatul corespunde certificărilor pe următorii parametri: material ignifug ce împiedică declanșarea și	Masă pentru laborator de prelevare a probelor sangvine. Lățimea - 1500mm, Adâncimea – 600mm, Înălțime -750 mm, Suprafața de lucru a mesei : blat multistratificat format monolit din rășină fenolică pentru uz cu rezistența fizico-chimică înaltă. Grosimea suprafeței monolite a blatului de minim 12,7 mm. Blatul corespunde certificărilor pe următorii parametri: material ignifug ce împiedică declanșarea și propagarea focului, material rezistent la uzură mecanică, rezistență la uzură fizico-chimică (inclusiv la substanțe acide agresive), rezistență la coroziune, material antistatic, material anti-radiant, material impermeabil (pentru orice lichide). Culoarea stejar deschis. Cadrul mesei: pal melaminat de minim 18 mm	

				<p>propagarea focului, material rezistent la uzură mecanică, rezistență la uzură fizico-chimică (inclusiv la substanțe acide agresive), rezistență la coroziune, material antistatic, material anti-radiant, material impermeabil (pentru orice lichide). Culoarea stejar deschis. Cadrul mesei: pal melaminat de minim 18 mm rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; întărit cu cadru și picioare din metal reglabile pe înălțime.</p>	<p>rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; întărit cu cadru și picioare din metal reglabile pe înălțime.</p>
					
<p>Lot 4</p>	<p>Dulap pentru medicamente, cu safeu</p>	<p>Republica Moldova</p>	<p>VMS-Companie SRL</p>	<p>Dulap metalic în două secțiuni separate, cu două uși, confecționat din material rezistent la dezinfectanți, pentru depozitarea și păstrarea medicamentelor și produselor medicale. O secțiune: Uși din sticlă – 2, Rafturi din sticlă – 2; A doua secțiune (safeu): Cu ușă dublă metalică, cu lacăt; cu două rafturi metalice. Gabarituri: Volum aproximativ 370 l. Cu picioare reglabile</p>	<p>Dulap metalic în două secțiuni separate, cu două uși, confecționat din material rezistent la dezinfectanți, pentru depozitarea și păstrarea medicamentelor și produselor medicale. O secțiune: Uși din sticlă – 2, Rafturi din sticlă – 2; A doua secțiune (safeu): Cu ușă dublă metalică, cu lacăt; cu două rafturi metalice. Gabarituri: Volum aproximativ 370 l. Cu picioare reglabile</p>
					

TOTAL						
--------------	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _Covalciuc M. _____ În calitate de: _director _____

Ofertantul: _VMS-Companie SRL _____ Adresa: Balti, str. Dostoevski 16/45