

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21074846 din 22.03.2023

Obiectul de achiziție: Piese de schimb pentru dispozitive medicale pentru anul 2023

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitată	Specificatie tehnică propusă de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Lot 1: Sensor de oxigen (ref: OOM202)	M-04	Germania	IT Dr. Gambert GmbH	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conector: Molex cu 3 pini Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 12,5-16,5 mV Timp de răspuns: < 12 secunde Termen de valabilitate 12 luni din data livrării.	CE
Total lot 1						
Lotul 6						
Lot 6: Sensor de oxigen type MOX3	M-07S	Germania	IT Dr. Gambert GmbH	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Mindray, SV-650. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conector: mufă modulară RJ11 Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 9-13 mV Timp de răspuns: < 15 secunde Termen de valabilitate 12 luni din data livrării.	CE
Total lot 6						
Lotul 7						
Lot 7: Sensor de oxigen (ref: 6640044)	U938-06A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. MAQUET, Servo-i, Servo-U. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Senzor oxigen 66 40 044 Termen de valabilitate 12 luni din data livrării.	CE
Total lot 7						
Lotul 8						
Lot 8: Sensor de oxigen (ref: 396200)	U938-10A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. HAMILTON C1. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Senzor oxigen 396200/01 Termen de valabilitate 12 luni din data livrării.	CE
Total lot 8						
Lotul 9						
Lot 9: Acumulator 14.4V 36Wh	110414-O	Germania	Akkuplanet GmbH	Compatibil cu Monitorul Pulsion, PiCCO2 PC8500. Produs în 2022. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Anul de producere 2022. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Baterie Li-Ion originală pentru monitor Pulsion PiCCO2, tip DZ-PCKO-06097, E P2SP, 315170 14,4 Volți - aprox. dimensiuni în mm 400x20(63)x20(25) - aprox. greutate 0,236 kg Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Anul de producere 2022	ISO
Total lot 9						

Lotul 11						
Lot 11: Baterii tip 6F22	202009	Germania	Akkuplanet GmbH	Anul de producere 2023. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.	Baterie zinc carbon 9 volți E-Block, 6F22. de garanție 12 luni din momentul livrării.	Termen ISO
Total lot 11						
Lotul 18						
Lot 18: Senzor SpO2 tip Masimo (ref: LNCS YI)	U401-A(19BL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Lungimea minimum 1m. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Senzori LNCS Clip pentru degete pentru adulți, 2,8 m Termen de garanție 12 luni din momentul livrării.	CE
Total lot 18						
Lotul 40						
Lot 40: Transductor convex CH5-2	SMCH52X3	Taiwan	Broadsound Corporation	Compatibil cu ultrasonograful Siemens Acuson X300. Diapazonul frecvența de lucru 1.4 – 5.0 MHz, unghiul câmpului de scanare 66°. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Tip matrice: convex Frecvența nominală: 2-5MHz Unghiul sectorului/câmpul de vedere: 60 de grade Mod de aplicare: Aplicați ansamblul traductorului pe suprafața corpului Aplicație: Abdominal, Ob/Gyn.	CE
Total lot 40						
Lotul 79						
Lot 79: Reductor pentru butelii de bioxid (REF D44244-03D-462C)	RO.200.12180	Italia	SUN O SUB srl	Pentru bioxid medical; Manometru de control; Unitatea de măsură: Bar; Ieșire NIST-connection acc. to EN 739; Presiune maximă ≥ 200 bar; Presiunea de ieșire 4,5 bar, +/- 0,5 bar; Interconectare butelie-reductor DIN 477". Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Pentru bioxid medical; Manometru de control; Unitatea de măsură: Bar; Ieșire NIST-connection acc. to EN 739; Presiune maximă ≥ 200 bar; Presiunea de ieșire 4,5 bar, +/- 0,5 bar; Interconectare butelie-reductor DIN 477". Termen de garanție 3 luni după instalare piesei.	CE
Total lot 79						
Lotul 84						
Lot 84: Reductor pentru butelii de oxigen	RO.300.12240	Italia	SUN O SUB srl	Pentru oxigen medical; Manometru de control; Unitatea de măsură: Bar; Ieșire pentru canula nazală; Regulator de flux 0-15 l/min; Ieșire priză standart DIN; Presiune maximă ≥ 200 bar; Presiunea de ieșire 4,2-4,8 bar; Interconectare butelie-reductor G3/4". Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Pentru oxigen medical; Manometru de control; Unitatea de măsură: Bar; Ieșire pentru canula nazală; Regulator de flux 0-15 l/min; Ieșire priză standart DIN; Presiune maximă ≥ 200 bar; Presiunea de ieșire 4,0 bar; Interconectare butelie-reductor G3/4". Termen de garanție 3 luni după instalare piesei.	CE
Total lot 84						
Lotul 86						
Lot 86: Reductor pentru aer comprimat	20.200.12075	Italia	SUN O SUB srl	Pentru aer; Manometru de control; Unitatea de măsură: Bar; Reglare presiune de ieșire; Presiune maximă intrare 16 bar; Presiunea maximă de ieșire 10 bar; Intrare in reductor - 3/8; Ieșire din reductor - 3/8; Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 6 luni după instalare piesei. Instalare și verificare la scurgeri de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Pentru aer; Manometru de control; Unitatea de măsură: Bar; Reglare presiune de ieșire; Presiune maximă intrare 16 bar; Presiunea maximă de ieșire 10 bar; Intrare in reductor - 3/8; Ieșire din reductor - 3/8; Termen de garanție 6 luni după instalare piesei.	CE
Total lot 86						

Lotul 106						
Lot 106: Pensa bipolară	95013	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Compatibil cu cablu bipolar, lungimea 16 cm, cu izolarea externă, branse curbate-0,5mm, metal, resterilizabil, echivalent la Karl-Storz ref. cod 842016	Aplicabil pentru generatoarele HF și RF Insolație valoroasă Dop european plat / știft de ghidare Lungime totală = 165 mm branse curbate-0,5mm	CE
Total lot 106						
Lotul 113						
Lot 113: Cablu multimed 5 pod	U315-3S5SE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu multimed compatibil cu Monitorul de pacient Drager Infinity Gamma/Delta. Ref: 5950196	Cablu multifuncțional de interconectare pentru SpO2 ECG și temperatură tehnologia Masimo, compatibil cu monitor de pacient Drager Infinity Vista XL	CE
Total lot 113						
Lotul 114						
Lot 114: Cablu IBP pentru utilizarea cu traductor tip B Braun	U805-1E	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Nihon Kohden (14 pini) Tot Nihon Kohden Cablu IBP Nihon Kohden-HP/Braun, 2,8 M, 14 pini-4 mufe Termen de garanție 12 luni din momentul livrării.	CE
Total lot 114						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2060, Chișinău, str. Cuza Voda 30/1 , tel. 022 00 08 24 , fax. 022 00 08 23