

Anexa 2. Spalator ELISA automat. Model 5165040, Wellwash Microplate Washer

Parametri ceruti	Parametri oferiti
<p>a) unitate de afișare: Ecran cu cristal lichid, cu două rânduri de șaisprezece cifre</p> <p>b) tastatură: patru taste cheie cu membrană</p> <p>c) Numărul de distribuie canale: până la patru canale</p> <p>d) tipuri de multiple: 12</p> <p>e) Volumul de soluție de dispersare: 50-300 μl din 50 μl de etape pentru spălare (50-400 μl dacă "repartizează rata: picurare" este selectat) 50-400 μl în 50 de etape pentru distribuie</p> <p>f) precizie de distribuie: CV: ≤ 4% peste placa (300 μl volum de distribuie, rata de distribuie: 3)</p> <p>g) volumul rezidual: aspirație încrucișată: ≤ 2 μl per godeu singur aspirație - colector spălare de celule: ≤ 5 μl per godeu (Asp. Rata de 5, Asp. Timp de 4 secunde, Asp. 10mm viteză / sec)</p> <p>Certificat de etalonarea; La momentul livrării trebuie să fie incluse următoarele certificate: -Certificat ISO 9001 pentru producător Certificat ISO 9001 pentru participant -Autorizație de la producător Original.</p> <p>-Manual de operare Instalarea, instruirea; Garanție 12 luni. Disponibilitatea personalului autorizat de producător pentru suportul tehnic, cu posibilitatea de a oferi servicii de post garanție: servicii de întreținere, consumabile și piese de schimb. Trebuie să fie oferită lista serviciilor de garanție și post garanții Disponibilitatea unui service-centru local autorizat de producător utilajului cu personal instruit de către producător</p>	<p>) unitate de afișare: Ecran cu cristal lichid, cu două rânduri de șaisprezece cifre</p> <p>b) tastatură: patru taste cheie cu membrană</p> <p>c) Numărul de distribuie canale: până la două canale</p> <p>d) tipuri de multiple: 12</p> <p>e) Volumul de soluție de dispersare: 50-1000 μl din 50 μl de etape pentru spălare (50-400 μl dacă "repartizează rata: picurare" este selectat) 50-400 μl în 50 de etape pentru distribuie</p> <p>f) precizie de distribuie: CV: ≤ 4% peste placa (300 μl volum de distribuie, rata de distribuie: 3)</p> <p>g) volumul rezidual: aspirație încrucișată: ≤ 2 μl per godeu singur aspirație - colector spălare de celule: ≤ 5 μl per godeu (Asp. Rata de 5, Asp. Timp de 4 secunde, Asp. 10mm viteză / sec)</p> <p>Certificat de etalonarea; La momentul livrării trebuie să fie incluse următoarele certificate: -Certificat ISO 9001 pentru producător Certificat ISO 9001 pentru participant -Autorizație de la producător Original – certificate de calitate.</p> <p>-Manual de operare Instalarea, instruirea; Garanție 12 luni. Disponibilitatea personalului autorizat de producător pentru suportul tehnic, cu posibilitatea de a oferi servicii de post garanție: servicii de întreținere, consumabile și piese de schimb. Trebuie să fie oferită lista serviciilor de garanție și post garanții Disponibilitatea unui service-centru local autorizat de producător utilajului cu personal instruit de către producător</p>