

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1753180680324** din 22.07.2025

Obiectul achiziției: **Reagenți chimici, materiale de referință și consumabile de laborator**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
75. Acetilene	Acetilena Flamfotometrie	România	Linde Gazc România	Puritatea≥99,999% , bucata =Butelie de 40 L, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total	Acetilena Flamfotometrie dizolvata special pentru laborator, calitate/puritate: min. 99,6 %; tip butelie: - 40L/16bar/ 8kg, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total – 48 luni	
76. Argon	Argon 4,8	România	Linde Gazc România	calitate/puritate : 99,998 %; bucata =tip butelie: 50L//200 bar/ 10.7 Nmc, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total	Gaz Argon special pentru laborator, calitate/puritate: min. 99,998 %; tip butelie: 50L/200bar/10,7Nmc, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total – 48 luni	
77. Azot	Azot 5,0	România	Linde Gazc România	Puritatea≥99,999% , bucata=Butelie de 40 L, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total	Gaz Azot special pentru laborator, calitate/puritate: min. 99,999 %; tip butelie: 40L/150bar/6Nmc, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total – 48 luni	
78. Amestec de gaz etalon NO	Butelie cu volum de 10 litri din	România	UNIGAZ	Amestec gaz etalon cls.1. Concentrația de 500 ppb NO in Azot. 150 bar/1,5 NMC. Stabilitate: 48 luni. Certificat de etalonare conform ISO	Gaz etalon de calibrare pu analizorul de NO/NO2/NOx 500 ppb vol. NO rest Azot. Stabilitate: 36 luni. 10litri/150bar/1,5 NMC.	

	aluminu pu gaz de calibrare NO			17025 referitor la incertitudinea de măsurare, factorul de acoperire $k = 2$ la un nivel de încredere de aproximativ 95 %, estimată în conformitate cu GUM sau altul analogic. Certificat de calitate original de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total. Bucata=Butelie de 10L.	Certificat de etalonare conform ISO 17025 referitor la incertitudinea de măsurare, factorul de acoperire $k = 2$ la un nivel de încredere de aproximativ 95 %, estimată în conformitate cu GUM sau altul analogic. Certificat de calitate original de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.- 36 luni	
79. Amestec de gaz etalon CO	Butelie cu volum de 10 litri din aluminu pu gaz de calibrare CO	România	UNIGAZ	Amestec gaz etalon cls.1. Concentrația de 3000 ppm CO în Aer Sintetic.150 bar/1,5 NMC. Stabilitate: 48 luni. Certificat de etalonare conform ISO 17025 referitor la incertitudinea de măsurare, factorul de acoperire $k = 2$ la un nivel de încredere de aproximativ 95 %, estimată în conformitate cu GUM sau altul analogic. Certificat de calitate original de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total. Bucata=Butelie de 10L.	Gaz etalon de calibrare pentru analizor CO 3000 ppm vol. CO rest Aer Sintetic. Stabilitate: 36 luni. 10litri/150bar/1,5 NMC. Certificat de etalonare conform ISO 17025 referitor la incertitudinea de măsurare, factorul de acoperire $k = 2$ la un nivel de încredere de aproximativ 95 %, estimată în conformitate cu GUM sau altul analogic. Certificat de calitate original de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total - 36 luni	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Galbur Igor În calitate de: manager vanzari

Ofertantul: **ACSEAL GAZ SRL** Adresa: mun.Chisinau str. Padurii 13

14.08.2025