

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	21561626	Data: „20” martie 2026	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Reactive - 2026	Lot: Nr. 18	Pagina: 1 din 4

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lot 18. Analizator automat de VSH 2 unitati (oferta alternativa)						
33696000-5	Teste pentru determinare VSH	Test device Next 1k/5k	Italia	Diesse		Teste pentru determinarea VSH-lui la analizatoru automat Cube 30 Touch.	CE
33696000-5	Control Normal si Patologic la VSH	Control CUBE ESR	Italia	Diesse		Control pentru verifi carea valorilor normale si patologice la analizatorul automat de VSH Cube 30 Touch. Ambalaj 4x9m	CE
	Analiztor Automat de VSH Cube 30 Touch	Analiztor Automat de VSH Cube 30 Touch	Italia	Diesse	18.1. Număr de seturi suficient pentru 45000 de investigații. Pentru Contractare comodată a echipamentului, perioada 2 ani.	Da	CE
					Cerințe obligatorii pentru OFERTA ALTERNATIVĂ: I. Cerințe tehnice obligatorii pentru sistem analitic automat:(1) Analizatoare automate de viteză de sedimentare a hematiilor (VSH) - 2 unități nou, nerecondiționate. Oferirea aparatelor atomate și accesoriilor acestelor - în baza «Contractului de comodare» pentru perioada de 2 ani din data semnării contractului;	Analizatoare automate de viteză de sedimentare a hematiilor (VSH) - 2 unități nou, nerecondiționate. Se va oferi aparatele și accesoriile acestora - în baza «Contractului de comodat» pentru perioada de 2 ani din data semnării contractului;	
					(2) Cantitatea dispozitivelor medicale urmează a fi oferită 2 unități în total;	Da, 2 unități	
					(3) Metoda de măsurare - cinetică și punct final, metoda Westergren modificată;	Da, USER MANUAL pag 1	
					(4) Productivitate: până la 90 teste/oră; Rezultate în 20 de minute;	Da, USER MANUAL pag 9	
					(5) Capacitate - până la 30 probe simultan, cu acces aleatoriu;	Da, USER MANUAL pag 9	
					(6) Materiale de control minim 2 nivele de concentrație pentru controlul calității intern.	Da, 2 nivele.USER MANUAL pag 42	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
					(7) Control intern temperaturii sau compensare la temperatura.	Da, USER MANUAL pag 10	
					(8) Funcție de mixare internă automată, prin inversarea completă a tuburilor.	Da, USER MANUAL pag 1	
					(9) Tip de proba - sînge integral direct din tuburi de colectare standard (K3EDTA), eprubete de la diferite producători, fără consumarea probei pacientului;	Da, USER MANUAL pag 1	
					(10) Identificare probe - cititor de coduri de bară intern.	Da, USER MANUAL pag 15	
					(11) Stocare de date: până la 5000 de rezultate pacient și QC.	Da, USER MANUAL pag 37	
					(12) Capacitatea de conectare la LIS.	Da, USER MANUAL pag 15	
					(13) Accesorii obligatorii pentru perioada de comodat a analizatorului automat: UPS.	Da, inclus	
					II: Cerințe pentru reagenți și consumabile: (1) Reagenți originali , gata de utilizare absolut compatibili cu analizatoarele automate, oferite comodat. (2) Operatorul economic obligator să aducă specificații de la producător cu privire la număr de investigații executate dintr-un set. (3) Consumabile specifice, materiale de control pentru sisteme analitice oferite în comodat să fie estimate în volum necesar și să fie inclus în bugetul lotului dat.	Reagentii/testele sunt originali de la același producător cu analizatorul Cube 30 Touch. Testele sunt gata de lucru, numărul acestora fiind indicat pe fiecare set. Materialul de control inclus în oferta este suficient pentru volumul de teste solicitat	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
					III. Cerințe obligatorii generale: (1) Certificate de Conformitate/Calitate de la producător pentru reagenți, materiale de control și alte consumabile specifice sistemului analitic oferit comodat; CE; IVD; Declarație sau Certificat de deținere a echipei de ingineri specializați în deservirea tehnică a analizatoarelor oferite în comodat; (2) Pe parcursul termenului de valabilitate a Contractului de comodare, operatorul economic să asigure deservirea și oricare tip de mentenanțe și oferirea serviciilor de suport tehnic din partea echipei de ingineri specializați în instalarea și aplicațiile aparatelor oferite, costul căror să fie inclus în bugetul Ofertelor pentru loturi anuale. (3) Costul serviciilor tehnice a inginerilor din partea Operatorului economic, precum și costul oricăror seturi de mentenanțe, costul pieselor necesare pentru asigurarea funcționării a analizatorului sau pentru repararea defecțiunelor interne survenite în procesul de lucru să fie incluse în bugetul Ofertelor pentru loturi anuale pe perioada comodării.	Certificate de calitate/conformitate pentru produsele oferite sint atasate. Detinem ingineri instruiti pentru acest dispozitiv (Certificatul atasat). Deservirea si orice tip de mentenanta, suportul tehnic, piesele sint inlcuse in oferta.	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
					(4) IMSP IMU nu poartă răspundere materială pentru oricare tip de defecțiune «internă» a analizatorului oferit în comodat pe durata Contractului de comodat. (5) Oricare tip de suport tehnic din partea echipei de ingineri și piese necesare să fie acoperite în baza garanției sau incluse în bugetul Ofertei pentru lotul dat. (6) Operatorul Economic câștigător este obligat post-factum să subcontracteze «Servicii de conectare a echipamentului automat la SIAAMS». Subcontractarea serviciilor de conectare la «SIAAMS» și costul lor să fie incluse în Bugetul Ofertei pentru lotul dat; VI. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. Suma totală a seturilor de reagenți, controalelor și consumabilelor să nu depășească bugetul lotului dat.	Serviciile de conectare a echipamentului la SIAAMS inclus în oferta.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Savga Cristina În calitate de: Reprezentant vanzari

Ofertantul: I.C.S. "DIAMEDIX IMPEX" S.R.L. Adresa: Mun Chisinau , Comuna Stauceni , Str. Chisnau nr. 9 MD – 4839