

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1696594177978 din 27/10/2023						
Obiectul achiziției: Piese de schimb pentru dispozitive medicale - 2023 - VI						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 3						
Tub radiologic compatibil cu DR digital X-Frame DR 2S, Italray	RTC 1000 HS	Italia	I.A.E. Industria Applicazioni Elettroniche SPA	Spot focal mic 0.6 mm; Spot focal mare 1.2 mm; Capacitatea de stocare termică pe anod min. 600 kHu; Certificat ISO/CE; Termen de garanție 24 luni din data instalării, punerii în funcțiune a piesei și semnării actului de predare-primire	Da, Spot focal mic 0.6 mm; Da, Spot focal mare 1.2 mm; Da, Capacitatea de stocare termică pe anod min. 1120 kHu; Da, Certificat ISO/CE; Da, Termen de garanție 24 luni din data instalării, punerii în funcțiune a piesei și semnării actului de predare-primire	CE, ISO

Semnat:
Numele, Prenumele: Lungu Ion
În calitate de : Administrator
Ofertantul: Health Medical Solutions SRL
Adresa: str. Grenoble 128,