

УТВЕРЖДАЮ
Гл.инженер ООО "Молдоватрансгаз"

Байдауз И.Е.
202__

Техническое задание на закупку
ООО «Молдоватрансгаз»

Отдел МиГ

№ п/п	Разделы	Описание характеристик и требований к товару									
1.	Наименование товаров	Преобразователь перепада давления									
2.	Описание товара	Предназначен для измерений дифференциального давления. Применяется в составе автоматических вычислительных комплексов по учету природного газа.									
3.	Количество, единица измерения товара	14 шт.									
4.	Технические характеристики товара 0–6300 кгс/м²: 0 – 630 кгс/м²:	Класс точности	0,04								
		Единицы измерения	кгс/м²								
		Диапазоны измерения	0 – 6300 (7 шт.) 0 – 630 (7 шт.)								
5.	Дополнительные требования к товару Долговременная стабильность (не более ±0,2% от Pmax за 10 лет) Выходной сигнал 4-20 мА с цифровым сигналом на основе протокола HART. Диапазон температур: окружающей среды от -51 до 85°С; измеряемой среды от -73 до 205°С Взрывозащищенное исполнение. Преобразователь перепада давления в сборе со встроенным вентильным блоком <table><tr><td>Тип измерения</td><td>Разность давлений</td></tr><tr><td>Тип технологического фланца</td><td>Копланарный</td></tr><tr><td>Материал фланца</td><td>Нержавеющая сталь</td></tr><tr><td>Разделительная мембрана</td><td>Нержавеющая сталь 316L</td></tr></table>			Тип измерения	Разность давлений	Тип технологического фланца	Копланарный	Материал фланца	Нержавеющая сталь	Разделительная мембрана	Нержавеющая сталь 316L
Тип измерения	Разность давлений										
Тип технологического фланца	Копланарный										
Материал фланца	Нержавеющая сталь										
Разделительная мембрана	Нержавеющая сталь 316L										

Уплотнительное кольцо	Стеклонаполненный ПТФЭ
Заполняющая жидкость сенсоров	Кремнийорганическая
Материал корпуса	Алюминий
Резьба кабельного ввода	1/2-14 NPT
Сборка с клапанным блоком	Возможность монтажа на ранее смонтированный клапанный блок 305 Rosemount.
Сертификат огнестойкости и пылезащиты	Сертификация изделия АТЕХ
Сертификат калибровки	Лист калибровки и первичная поверка
Ввести приборы в Реестр РМ при необходимости.	

Начальник отдела МиГ



Строки Ф.В.