

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1727085140101
Obiectul achiziției: Consumabile pentru cardiologia intervențională (30-60 zile până la rezultatele CAPCS) anul 2024

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
6.Ghid ocluzii periferic cronice puternic calcificate	V-18™ & V-14™ ControlWire™ Guidewire M001468480 M001468500 M001468520 M001468540 M001468560 M001468580 M001468600 H74939216730010 H74939216730020 H74939216718210 H74939216918210 H74939216930020 H74939216918220 H74939216930010 H74939216718220	SUA	Boston Scientific	Ghid periferic din oțel inoxidabil, pentru stenoze încrucișate/ideal pentru strategia step-up combinată cu sârme cu încărcătură gramaticală mai mare Acoperire hidrofilică. Designul vârfului: manșon polimer de 35 cm. Încărcături variate ale vârfului 3,6 și 6,5 gf. Control de torsiune 1:1, datorită construcției dintr-o singură piesă. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Diametre disponibile : de 0.014” cu lungimi 182, 300 cm si 0.018” cu lungimi 110, 150, 200, 300 cm	Ghid periferic din oțel inoxidabil, pentru stenoze încrucișate/ideal pentru strategia step-up combinată cu sârme cu încărcătură gramaticală mai mare Acoperire hidrofilică. Designul vârfului: manșon polimer de 35 cm. Încărcături variate ale vârfului 3,6 și 6,5 gf. Control de torsiune 1:1, datorită construcției dintr-o singură piesă. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Diametre disponibile : de 0.014” cu lungimi 182, 300 cm (PAGINA 12 CATALOG)si 0.018” cu lungimi 110, 150, 200, 300 cm(PAGINA 9 CATALOG)	DM000614510, DM000614505, DM000614506, DM000614507, DM000614508, DM000614509, DM000614504, DM000614498, DM000614499, DM000614496, DM000614500, DM000614503, DM000614501, DM000614502, DM000614497
7.Set introducător radial scurt	AVANTI+ Transradial Kit 504-614Z, 504-615Z, 504-616Z, 504-617Z	SUA	CORDIS	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Ac angiografic de 20-22G si fir de ghidare mic de 0,018 ”/ 0,46mm - 0,021”/0,53mm , introducătorul, acul si ghidul vor fi intr-un suport de plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura.	Cerinte obligatorii fixe: Ac angiografic de 21G si fir de ghidare mic de 0,021”/0,53mm , introducătorul, acul si ghidul vor fi intr-un suport de plastic pentru o	DM000682577, DM000682580, DM000682578, DM000682579

				<p>Se vor livra cu miniguide wire de oțel inoxidabil sau de nitinol/platinum</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimea tecii de 7 cm-10cm Miniguide cu lungimi de 40-45cm, cu marimi disponibile obligatorie de 4-7 F. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>	<p>mai usoara spalare a acestora inainte de procedura.</p> <p>Se vor livra cu miniguide wire de oțel inoxidabil sau de nitinol/platinum Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimea tecii de 7 cm-10cm Miniguide cu lungimi de 45cm, cu marimi disponibile obligatorie de 4-7 F.</p>		
13.Set puncție femurală standard	introducător arterială lungă	AVANTI™ + Standard Sheath Introducer 504-605X 504-606X 504-607X 504-608X	SUA	Cordis	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Set introducător pentru puncție arterială femurală compus din: teacă, dilatător, mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic, valvă hemostatică, robinet tridirecțional, ac de puncție arterială. acoperire hidrofilică; dilatător din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine; mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic de 0,035" sau 0,038" drept, angulat sau în forma de Jcu; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea presiunii; ac de puncție arterială de 18 G sau 21 G în interiorul setului. Teacă conține un inel radiopac incastrat pentru vizualizare sporită și un inel de sutură pentru fixare. Tecile sunt rezistente la kinking. Toate componentele nu conțin latex. Setul cu toate componentele sunt amplasate într-un suport de plastic. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Teacă cu diametru obligatorie de 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr. lungime: 11-23cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni); mini-ghid cu lungimea de 50-80 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>	<p>Set introducător pentru puncție arterială femurală compus din: teacă, dilatător, mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic, valvă hemostatică, robinet tridirecțional, ac de puncție arterială. acoperire hidrofilică; dilatător din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine; mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic de 0,038" drept, angulat sau în forma de Jcu; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea presiunii; ac de puncție arterială de 21 G în interiorul setului. Teacă conține un inel radiopac incastrat pentru vizualizare sporită și un inel de sutură pentru fixare. Tecile sunt rezistente la kinking. Toate componentele nu conțin latex. Setul cu toate componentele sunt amplasate într-un suport de plastic. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Teacă cu diametru obligatorie de 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr. lungime: 11cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni); mini-ghid cu lungimea de 50cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>	DM000195883 DM000195884 DM000195885 DM000195882

TOTAL	3					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ostapciuc Alexandr În calitate de: Administrator
Ofertantul: Tribestar Farm SRL Adresa: com Stauceni