



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 22
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificatii tehnice

Numarul licitației: LP nr. 21506852
Denumirea licitației: În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds... 23084 din 12.08.2025) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1721649223084 din 07.10.2024 ”privind încheierea acordului-cadru – Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru anii 2025-2027” (reofertare 7)

Nr. Lot	Denumire Lot / Poziție	Modelul articolului	Țara de origine Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
80	Centrifugă de laborator (24 tuburi) 150920	CM-6MT + rotor 24 Tub	Elmi-Tech	Centrifugă de laborator (24 tuburi) Cod 150920 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 3500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 24 unitati Timer Diapazon minim de timp 1 - ≥ 60 min Incrementarea ≤ 1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu Indicatori Indicarori vizual și acustic obligatoriu Debalansare obligatoriu Pornire/oprire obligatoriu Capac deschis obligatoriu	Centrifugă de laborator (24 tuburi) Cod 150920 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă – DA, broșură Maximală, rpm ≥ 3500 – DA, broșură Setări setarea vitezei – DA, broșură Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 12 ml, DA, broșură Numărul de tuburi 24 unitati – DA, broșură Timer Diapazon minim de timp 1 - 99 min, pag. 3 Manual utilizare Incrementarea ≤ 1 min – DA, pag. 3 Manual utilizare Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului – DA, broșură Indicatori Indicarori vizual și acustic – DA, broșură Debalansare – DA, broșură Pornire/oprire – DA, broșură Capac deschis – DA, broșură Display Digital – DA, broșură	DM000222 048

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				Display Digital obligatoriu Nivelul de zgomot ≤ 65 dB obligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare obligatoriu	Nivelul de zgomot ≤ 65 dB – DA, broșură Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare – DA, broșură	
107	Negatoscop un cadru cu LED 210720	BF LED 50.1	Italia Bieffe	Negatoscop un cadru cu LED Cod 210720 Descriere Dispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice sau tomografice Parametru Specificație Nr. de cadre ≥ 1 Sursa de lumină LED Reglare luminozitate obligatoriu Fixarea filmelor obligatoriu Fixare masă/perete Ecran anti-glare da Alimentare 220V, 50	Negatoscop un cadru cu LED Cod 210720 Descriere Dispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice sau tomografice Parametru Specificație Nr. de cadre – 1, pag. 1 Datasheet Sursa de lumină LED – DA, pag. 1 Datasheet Reglare luminozitate – DA, 0-30-100%, pag. 1 Datasheet Fixarea filmelor – DA, Film Grip, pag. 1 Datasheet Fixare masă/perete – DA, opțiune T1, pag. 1 Datasheet Ecran anti-glare – DA, chassis, pag. 1 Datasheet Alimentare 220V, 50 – DA, pag. 1 Datasheet	În proces de înregistrare
108	Negatoscop doua cadruri cu LED 210730	BF LED 50.2	Italia Bieffe	Negatoscop doua cadruri cu LED Cod 210730 Descriere Dispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice sau tomografice Parametru Specificație Nr. de cadre ≥ 2 Sursa de lumină LED Reglare luminozitate obligatoriu Fixarea filmelor obligatoriu Fixare masă/perete Ecran anti-glare obligatoriu Alimentare 220V, 50Hz	Negatoscop doua cadruri cu LED Cod 210730 Descriere Dispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice sau tomografice Parametru Specificație Nr. de cadre – 2, pag. 1 Datasheet Sursa de lumină LED – DA, pag. 1 Datasheet Reglare luminozitate – DA, 0-30-100%, pag. 1 Datasheet Fixarea filmelor – DA, Film Grip, pag. 1 Datasheet Fixare masă/perete – DA, opțiune T2, pag. 1 Datasheet Ecran anti-glare obligatoriu – DA, chassis, pag. 1 Datasheet Alimentare 220V, 50Hz – DA, pag. 1 Datasheet	În proces de înregistrare

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.