

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1623402250808	Data: „12” iulie 2021	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP SCR „Timofei Moșneaga” pentru anul 2021	Lot: 36	Pagina: __din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3310 000-1	36	Perimetru computerizat	Perimetru computerizat	Humphrey Field Analyzer 3 (HFA3) 840	Carl Zeiss, Germania	Anul de producere: 2020 - 2021; Diapazonul pe un ochi : 0° - 90°; Măsurarea pupilei automat; Marimea stimulării (după Goldmann): I, II, III, IV, V ; Metode: standart W/W, Albastru/ Rosu pe Alb; Strategii: TOP, SITA, Dinamică, Normală; Programe: General/Glaucom 30°, General/Glaucom periferic, Macula, Screening, Disability; Rețele: DICOM, Ethelnet, EMR; Ecran tactil; Calculator cu aplicatie de monitorizare a pacientilor; Suport cu înălțimea reglabilă electic și 4 roți blocabile; Alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz. CERINȚE DE CERTIFICARE: Conformitate cu directiva 93/42 CEE Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. Instalare de către participantul câștigător Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu.Documente confirmative: Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza). Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba română. Ghid rapid al utilizatorului în limba română.	Anul de producere: 2020 - 2021; Diapazonul pe un ochi : 0° - 90°; Măsurarea pupilei automat; Marimea stimulării (după Goldmann): I, II, III, IV, V ; Metode: standart W/W, Albastru/ Rosu pe Alb; Strategii: SITA Standard, SITA Fast, SITA Faster, Full Threshold, FastPac; Programe: General/Glaucom 30°, General/Glaucom periferic, Macula, Screening, Disability; Rețele: DICOM, Ethelnet, EMR; Ecran tactil; Calculator cu aplicatie de monitorizare a pacientilor; Suport cu înălțimea reglabilă electic și 4 roți blocabile; Alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz. CERINȚE DE CERTIFICARE: Conformitate cu directiva 93/42 CEE Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. Instalare de către participantul câștigător Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu.Documente confirmative: Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza). Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba română. Ghid rapid al utilizatorului în limba română.	ISO, EC

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Olesea Cucerenco** În calitate de: **Jurisconsult**

Ofertantul: **SC "Denolga Medical" SRL** Adresa: Mun. **Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 45, of. 115**