

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1710420942814
Obiectul achiziției: “Servicii de mentenanta și deservire a dispozitivelor medicale și piese de schimb pentru anul 2024”

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar- de de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Servicii de mentenanta Aparat radiologic portativ Proslide 32 SR LOT 3	Proslide 32 SR	Germania	Protec GmbH	Profilaxia trimestrială a dispozitivului conform manualului de utilizare - Timpul de intervenție în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Acces la regimul de service (reconfigurarea sistemelor). Inginerul de servis, va detine certificat de pregătire tehnica si atestare de la producatorul utilajului	Profilaxia trimestrială a dispozitivului conform manualului de utilizare - Timpul de intervenție în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Acces la regimul de service (reconfigurarea sistemelor). Inginerul de servis, va detine certificat de pregătire tehnica si atestare de la producatorul utilajului	CE, ISO

Semnat: _____

Nume: Vasile MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Medexcom-Teh SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)