

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: 21575093 / cds-b3wdp1-MD-1772535191697 din 17.03.2026

Obiectul achiziției: **Servicii de mentenanța anuală a dispozitivelor medicale**

Nr. Ord	Denumire Bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
10	Servicii de mentenanță anuală pentru sistem ultrasonografic general.	Logiq e	SUA	GE HealthCare Inc.	Servicii de mentenanță anuală pentru sistem ultrasonografic general. Model: Logiq e Producător: GE HealthCare Inc. An fabricație: 2013 Descriere generală: Serviciile de mentenanță anuală, care include: verificări tehnice, calibrare, înlocuirea componentelor uzate și testarea funcțională completă, conform recomandărilor producătorului și legislației sanitare în vigoare. Cerințe generale pentru prestator: Prestatorul trebuie să fie autorizat și acreditat pentru servicii de mentenanță a echipamentelor medicale de imagistică. Să dispună de personal calificat (ingineri biomedicali, tehnicieni specializați în ecografie). Să utilizeze piese originale sau echivalente certificate CE. Să emită act de conformitate pentru fiecare intervenție, cu mențiunea parametrilor testați și rezultatelor obținute. Cerințe tehnice pentru serviciile prestate: Menținerea anuală va include furnizarea și instalarea kitului de mentenanță anuală (filtre, cabluri, garnituri, siguranțe, consumabile specifice modelului). Verificarea și calibrarea transducerelor ecografice (sensibilitate, rezoluție, uniformitate). Testarea sistemului de procesare a imaginii și verificarea software-ului de achiziție. Verificarea sistemelor de alimentare electrică și bateriei interne. Controlul parametrilor de siguranță și alarmă. Testarea completă a funcționalității aparatului conform manualului producătorului. Toate piesele și kiturile utilizate trebuie să fie certificate CE și compatibile cu modelul și anul producerii aparatului. Documentație și raportare: Pentru fiecare intervenție, prestatorul va furniza raport tehnic detaliat al operațiunilor efectuate, act de conformitate privind funcționalitatea aparatului, lista pieselor și kiturilor înlocuite, recomandări privind următoarele intervale de mentenanță. Siguranță și conformitate: Serviciile trebuie să respecte Legea nr. 102/2017 privind dispozitivele medicale și normele sanitare aplicabile în Republica Moldova. Prestatorul va garanta utilizarea pieselor originale sau echivalente certificate. Toate verificările vor fi efectuate conform manualului producătorului și standardelor ISO aplicabile pentru echipamente medicale de imagistică. Servicii asociate: Termen de execuție: maxim 30 zile calendaristice de la data solicitării. Garanție pentru serviciile prestate: minim 12 luni. Suport post-serviciu: consultanță privind utilizarea și întreținerea corectă a aparatului. Obligațiile prestatorului Prestarea serviciilor conform cerințelor tehnice și legislației Republicii Moldova. Predarea documentației și actului de conformitate.	Servicii de mentenanță anuală pentru sistem ultrasonografic general. Model: Logiq e Producător: GE HealthCare Inc. An fabricație: 2013 Descriere generală: Serviciile de mentenanță anuală, care include: verificări tehnice, calibrare, înlocuirea componentelor uzate și testarea funcțională completă, conform recomandărilor producătorului și legislației sanitare în vigoare. Cerințe generale pentru prestator: Prestatorul este autorizat pentru servicii de mentenanță a echipamentelor medicale de imagistică. Dispune de personal calificat (ingineri biomedicali). Utilizează piese originale sau echivalente certificate CE. Va emite act de conformitate pentru fiecare intervenție, cu mențiunea parametrilor testați și rezultatelor obținute. Cerințe tehnice pentru serviciile prestate. Menținerea anuală va include: Verificarea și calibrarea transducerelor ecografice (sensibilitate, rezoluție, uniformitate). Testarea sistemului de procesare a imaginii și verificarea software-ului de achiziție. Verificarea sistemelor de alimentare electrică și bateriei interne. Controlul parametrilor de siguranță și alarmă. Testarea completă a funcționalității aparatului conform manualului producătorului. Piese nu intra sub acoperire. Piese depistate a fi defecte se achiziționează separat. Documentație și raportare: Pentru fiecare intervenție, prestatorul va furniza raport tehnic detaliat al operațiunilor efectuate, act de conformitate privind funcționalitatea aparatului, lista pieselor și kiturilor care necesită a fi înlocuite, recomandări privind următoarele intervale de mentenanță. Siguranță și conformitate: Serviciile trebuie să respecte Legea nr. 102/2017 privind dispozitivele medicale și normele sanitare aplicabile în Republica Moldova. Toate verificările vor fi efectuate conform manualului producătorului și standardelor ISO aplicabile pentru echipamente medicale de imagistică. Servicii asociate: Termen de execuție: maxim 30 zile calendaristice de la data solicitării. Garanție pentru serviciile prestate: minim 12 luni. Suport post-serviciu: consultanță privind utilizarea și întreținerea corectă a aparatului. Obligațiile prestatorului Prestarea serviciilor conform cerințelor tehnice și legislației Republicii Moldova. Predarea documentației și actului de conformitate.	ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Inga Beșirik

În calitate de: Administrator

Ofertantul: "Intermed-Service" SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara 64/2