

Nr. 250116_09 din 16.01.2025

S.C. CARAVAN EXPRESS SRL
Republica Moldova, or. Cimișlia,
str. Ion Popușoi 16
Domnului A. Caraus
Director General

Stimate Domnule Director General,

Prin prezenta, Institutul Național de Metrologie (INM), în calitate de răspuns la cererea Dvs. din 14.01.2025 (nr. de intrare 13 din 15.01.2025), referitor la supunerea controlului metrologic legal a Mostratorului de Bacterii Aeropurtate model HM-KF, Vă comunică următoarele.

Conform prevederilor Legii metrologiei nr. 19/2016 cu modificările și completările ulterioare, se supun controlului metrologic legal mijloacele de măsurare, incluse în Lista oficială a mijloacelor de măsurare și măsurărilor supuse controlului metrologic legal (aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1042 din 13.09.2016 cu modificările și completările ulterioare), destinate să realizeze măsurări în domenii de interes public. Mostratorul de Bacterii Aeropurtate model HM-KF, trecut în cerere, nu posedă caracteristici metrologice normate (nu este mijloc de măsurare), nu este inclus în Lista Oficială a mijloacelor de măsurare și a măsurărilor supuse controlului metrologic legal și respectiv, nu se supune controlului metrologic legal (prin aprobări de model, verificări metrologice, etc).

Cu deosebit respect,
Director interimar

Digitally signed by Bejenaru Diana
Date: 2025.01.16 10:51:05 GMT+02:00
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Diana BEJENARU

Ex. Tudor Popa, tudor.popa@inm.gov.md

Republica Moldova, mun. Chișinău MD-2064, Str. Eugen Coca nr. 28
tel: 022 903 100 fax: 022 903 111
E-mail: office@inm.gov.md
www.inm.md