

CERERE DE PARTICIPARE

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, MD-2009, Republica
Moldova, Chișinău str. Cosmescu 3

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1693297295371 din 29.09.2023, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziționarea electrocardiostimulatorilor de implant și consumabilelor conform necesităților și IMSP beneficiare pentru anul 2024 noi, S.C. OXIVIT-MED S.R.L, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 27.09.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura autorizată)

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, MD-2009, Republica
Moldova, Chișinău str. Cosmescu 3

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de:
"Achiziționarea electrocardiostimulatorilor de implant și consumabilelor conform
necesităților și IMSP beneficiare pentru anul 2024 "

prin procedura de achiziție - Licitatie deschisă Nr. ocde-b3wdp1-MD-
1693297295371 din 29.09.2023

pentru o durată de 160 (una sută șaiszeci) zile, respectiv până la data de
07.03.2024, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând
înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 27.09.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L. _____

(semnătura autorizată)

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1693297295371 din 29.09.2023								
Obiectul achiziției: Achiziționarea electrocardiostimuloarelor de implant și consumabilelor conform necesităților și IMSP beneficiare pentru anul 2024								
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Electrocardiostimu-lator monocameral, SR, cu regim de stimulare AAIR, VVIR inclusiv cu electrod endocardial	Electrocardiostimu-lator monocameral, SR, cu regim de stimulare AAIR, VVIR inclusiv cu electrod endocardial	G20A2+ 5076-58/65 IPG G20A2 SR MRI SURESCAN+ LEAD 5076-58/65 LEAD BI SIL STERIOD FIX 58/65	Olanda/SUA	Vitatron/Medtronic	Electrocardiostimulator monocameral SR, RMN compatibil 1.5T, cu regim de stimulare AAIR, VVIR inclusiv cu electrod endocardial cu lungimea 58-65 cm, diametru 6F -7 F, cu fixare active. Solicitare dimensiunii electrodului la cerinta specialistului.	Electrocardiostimulator monocameral SR, RMN compatibil 1.5T, cu regim de stimulare AAIR, VVIR - Brosura "G20 MRI" pag.2, inclusiv cu electrod endocardial cu lungimea 58-65 cm, diametru 7F, cu fixare active. - "Product catalog_2021" pag.95. Solicitare dimensiunii electrodului la cerinta specialistului.	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000399865 DM000398858 DM000398859
2	Electrocardiostimulator bicameral, DR, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiale	Electrocardiostimulator bicameral, DR, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiale	G70A2+ 5076-58/65+ 5076-52/58 IPG G70A2 DR MRI SURESCAN+ LEAD 5076-58/65 LEAD BI SIL STERIOD FIX 58/65+ LEAD 5076-52/58 LEAD BI SIL STERIOD FIX 52/58	Olanda/SUA	Vitatron/Medtronic	Electrocardiostimulator bicameral DR, RMN compatibil 1.5T, cu regim de stimulare DR inclusiv cu 2 electrozi endocardiali – 1 electrod atrial cu lungimea 52-58 cm; 1 electrod ventricular cu lungimea 58-65 cm, diametru 5F-7F, cu fixarea active. Solicitare dimensiunii electrozilor la cerinta specialistului.	Electrocardiostimulator bicameral DR, RMN compatibil 1.5T, cu regim de stimulare DR - Brosura "G70 MRI" pag.2, inclusiv cu 2 electrozi endocardiali – 1 electrod atrial cu lungimea 52-58 cm; 1 electrod ventricular cu lungimea 58-65 cm, diametru 7F, cu fixarea active. - "Product catalog_2021" pag.95. Solicitare dimensiunii electrozilor la cerinta specialistului.	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000399866 DM000398858 DM000398859 DM000398857
3	Cardioverter-defibrilator implantabil bicameral de tip DR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4	Cardioverter-defibrilator implantabil bicameral de tip DR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4	DDME3D4+ 6935M62+ 5076-52/58 ICD-DR DDME3D4 MIRRO MRI+ LEAD 6935M62 DF4 ACTIVE SC SPRINT 62 CM+ LEAD 5076-52/58 LEAD BI SIL STERIOD FIX 52	SUA	Medtronic	Cardioverter-defibrilator implantabil bicameral de tip DR, RMN compatibil 1.5T, longivitate dispozitivului minimum 9 ani , inclusiv cu electrod atrial, diametru 6-7F, lungimea 52-58cm și electrod ventricular de socare lungimea 58-65 cm, diametru 7F-9F, de tip DF4, cu fixație activă. Solicitare dimensiunii electrozilor la cerinta specialistului.	Cardioverter-defibrilator implantabil bicameral de tip DR,- Brosura "MirroMRI DR DF4 Specs LR" pag.1, RMN compatibil 1.5T,- "Product catalog_2021" pag.64 longivitate dispozitivului in medie 9 ani,- Brosura "MirroMRI DR DF4 Specs LR" pag.7, inclusiv cu electrod atrial, diametru 7F, lungimea 52-58cm - "Product catalog_2021" pag.9 și electrod ventricular de socare lungimea 62 cm, diametru 9F, de tip DF4, cu fixație activă. - "Product catalog_2021" pag.105. Solicitare dimensiunii electrozilor la cerinta specialistului.	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: Set documente "Notificare_DVME3D4_&_DDME3D4" Set documente "Notificare_6935M62" DM000398857 DM000398858
4	Cardioverter-defibrilator implantabil monocameral de tip VR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4	Cardioverter-defibrilator implantabil monocameral de tip VR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4	DVME3D4+ 6935M62 ICD-VR DVME3D4 MIRRO MRI+ LEAD 6935M62 DF4 ACTIVE SC SPRINT 62 CM	SUA	Medtronic	Cardioverter-defibrilator implantabil monocameral de tip VR RMN compatibil 1.5T, longivitate dispozitivului minimum 10 ani, inclusiv cu electrod ventricular de socare lungimea 58-65 cm, diametru 7F-9 F, de tip DF4 cu fixație activă. Solicitare dimensiunii electrodului la cerinta specialistului.	Cardioverter-defibrilator implantabil monocameral de tip VR - "MirroMRI VR DF4 Specs LR" pag.1 RMN compatibil 1.5T,- "Product catalog_2021" pag.64,- "Product catalog_2021" pag.49, longivitate dispozitivului in medie 10 ani, - "MirroMRI VR DF4 Specs LR" pag.6 inclusiv cu electrod ventricular de socare lungimea 62 cm, diametru 9F, de tip DF4 cu fixație activă.- "Product catalog_2021" pag.105. Solicitare dimensiunii electrodului la cerinta specialistului.	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: Set documente "Notificare_DVME3D4_&_DDME3D4" Set documente "Notificare_6935M62"

5	Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complet cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian	Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complet cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian	W1TR06+ 5076-58+ 5076-52+ 4296-78+ 6215+ 6250VIC+ CGRXT190HJ CRTP W1TR06 SOLARA CRTP MRI OUS + LEAD 5076-58 LEAD BI SIL STERIOD FIX 58 + LEAD 5076-52 LEAD BI SIL STERIOD FIX 52 + LEAD 4296-78 ATTAIN ABILITY PLUS + 6215 BALLOON CATHETER-80CM X 10MM BALL + Catheter 6250VIC Attain Command+GDWR CGRXT190HJ COUGARXT 5PK 190 J HY	SUA	Medtronic	Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P (device pentru terapie de resincronizare) in complet cu electrozi: atrial cu lungimea 52-56 diametru 6F-7 F, cu fixarea activa pentru ventricul drept cu lungimea 58-65 diametru 6F-7F, cu fixarea activa, electrod pentru sinus coronarian diametru 4F - 6F cu fixarea pasiva, kit-introducer cu sistem de delivrare pentru intubarea de sinus coronarian minimum 2 teci cu diferite curburi, balon pentru venografie sinusului coronarian; ghid coronarian hidrofil d- 0.014.	Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P (device pentru terapie de resincronizare) - "Product catalog_2021" pag.42, in complet cu electrozi: atrial cu lungimea 52 diametru 7F, cu fixarea activa - "Product catalog_2021" pag.95, pentru ventricul drept cu lungimea 58 diametru 7F, cu fixarea activa,- "Product catalog_2021" pag.95, electrod pentru sinus coronarian diametru 5.7F cu fixarea pasiva - "Product catalog_2021" pag.116, kit-introducer cu sistem de delivrare pentru intubarea de sinus coronarian minimum 2 teci cu diferite curburi -"Product catalog_2021" pag.123 , balon pentru venografie sinusului coronarian - "Product catalog_2021" pag.126; ghid coronarian hidrofil d- 0.014. - "Coro_Catalogue_EUP_2017" pag.69	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: Set documente "Notificare_W1TR06" DM000398858 DM000398857 Set documente "Notificare_429678" Set documente "Notificare_6215" DM000420866 Set documente "Notificare_CGRXT190HJ"
27	Electrocardiostimulator ,steril	Electrocardiostimulator ,steril	G70A2+ 5076-58/65+ 5076-52/58 IPG G70A2 DR MRI SURESCAN+ LEAD 5076-58/65 LEAD BI SIL STERIOD FIX 58/65+ LEAD 5076-52/58 LEAD BI SIL STERIOD FIX 52/58	Olanda/SUA	Vitatron/Medtronic	Implantabil in set cu electrod endocardial DDDR. – obligator adoptarea automata a regimului de stimulare; – termenul de functionare peste 7 ani .	Implantabil in set cu electrod endocardial DDDR – obligator adoptarea automata a regimului de stimulare; – termenul de functionare peste 7 ani - Brosura "G70 MRI" pag.2	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000398866 DM000398858 DM000398859 DM000398857
28	Electrocardiostimulator, steril	Electrocardiostimulator, steril	G20A2+ 5076-58/65 IPG G20A2 SR MRI SURESCAN+ LEAD 5076-58/65 LEAD BI SIL STERIOD FIX 58/65	Olanda/SUA	Vitatron/Medtronic	Implantabil in set cu electrod VVI; – frecventa de stimulare (imp/min)-30-150 ; – termenul nominal de functionare peste 7 ani .	Implantabil in set cu electrod VVI; – frecventa de stimulare (imp/min)-30-150 ; – termenul nominal de functionare peste 7 ani - Brosura "G20 MRI" pag.2	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000398865 DM000398858 DM000398859
29	Electrod epicardial implantabil (permanent) , steril	Electrod epicardial implantabil (permanent) , steril	4968-35 LEAD 4968-35 LEAD-STERIOD BIP SUTURE-IN	SUA	Medtronic	Conector- IS-1 BI ,Tip-bipolar, Lungimea -35 cm,Fixarea- ligaturi, Invelis- silicon, Eliberare steroizi- dexametazon natria fosfat, Introducator si accesorii in pachet.	Conector- IS-1 BI ,Tip-bipolar, Lungimea -35 cm,Fixarea- ligaturi, Invelis- silicon, Eliberare steroizi- dexametazon natria fosfat, Introducator si accesorii in pachet. - "Product catalog_2021" pag.99	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000422116

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

Specificații de Preț

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1693297295371 din 29.09.2023							
Obiectul achiziției:					Achiziționarea electrocardiostimulatorilor de implant și consumabilelor conform necesităților și IMSP beneficiare pentru anul 2024							
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Electrocardiostimu-lator monocameral, SR, cu regim de stimulare AAIR, VVIR inclusiv cu electrod endocardial	Electrocardiostimu-lator monocameral, SR, cu regim de stimulare AAIR, VVIR inclusiv cu electrod endocardial	bucată	304	11 077.00	11 077.00	3 367 408.00	3 367 408.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024	33100000-1	-	-
2	Electrocardiostimulator bicameral, DR, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiale	Electrocardiostimulator bicameral, DR, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiale	bucată	181	14 702.20	14 702.20	2 661 098.20	2 661 098.20	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024	33100000-1	-	-
3	Cardioverter-defibrilator impalntabil bicameral de tip DR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4	Cardioverter-defibrilator impalntabil bicameral de tip DR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4	bucată	5	66 462.00	66 462.00	332 310.00	332 310.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024	33100000-1	-	-
4	Cardioverter-defibrilator impalntabil monocameral de tip VR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4	Cardioverter-defibrilator impalntabil monocameral de tip VR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4	bucată	15	60 420.00	60 420.00	906 300.00	906 300.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024	33100000-1	-	-
5	Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complex cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian	Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complex cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian	bucată	10	46 322.00	46 322.00	463 220.00	463 220.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024	33100000-1	-	-

27	Electrocardiostimulator ,steril	Electrocardiostimulator ,steril	bucată	5	14 903.60	14 903.60	74 518.00	74 518.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024	33100000-1	-	-
28	Electrocardiostimulator, steril	Electrocardiostimulator, steril	bucată	15	11 479.80	11 479.80	172 197.00	172 197.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024	33100000-1	-	-
29	Electrod epicardial implantabil (permanent) , steril	Electrod epicardial implantabil (permanent) , steril	bucată	5	13 110.00	13 110.00	65 550.00	65 550.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024	33100000-1	-	-
TOTAL Oferta							8 042 601.20	8 042 601.20				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Către Grupul de lucru pentru evaluarea

Procedurii de achiziție Nr:

ocds-b3wdp1-MD-1693297295371 din 29.09.2023

din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Oxivit-med”, declara ca:

- Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului

- Va prezenta mostre în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Mostrele vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz).

Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/2018.

Pe ambalaj mostrele vor fi indicate date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj va coincide în mod obligatoriu cu eticheta produsului.

- Pentru produsele care sunt înregistrate la AMDM este indicat codul înregistrării în formularul specificațiilor tehnice, coloana "Standarde de Referință"

- Pentru produsele care încă nu sunt înregistrate la AMDM sunt atasate documente pentru notificare.

Data completării: 27.09.2023

Cu stimă,

Dmitrii Kojevnikov

Administrator

S.C. OXIVIT-MED S.R.L. _____
(semnătura)