

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1782826844125 din 10 iul 2026, 10:00 - 31 iul 2026, 10:00

Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2027 (Lista de Bază)

Cod CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/servi ciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
33100 000-1	17	Ac pentru miografie 25 mm (006933)	25V26	Irlanda	NATUS MANUFACTU RING LIMITED	Ac pentru miografie 25 mm. Lungime 25 mm Grosime 0,45-0,46 mm De unică utilizare	25V26, Ac pentru miografie 25 mm. Lungime 25 mm Grosime 0,45-0,46 mm De unică utilizare	DM000401809
33100 000-1	18	Ac pentru miografie 35 mm (006934)	37V26	Irlanda	NATUS MANUFACTU RING LIMITED	Lungime 35-37 mm Grosime 0,45-0,46 mm De unică utilizare	37V26, Lungime 37 mm Grosime 0,46 mm De unică utilizare	DM000401810
33100 000-1	19	Ansa electrochirurgi cală ovală 10mm (006935)	PFS01-01023230	China	MICRO-TECH	Ansa electrochirurgicală ovala 10mm unica folosință. Fir împletit, in tub transparent, diametrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm	PFS01-01023230, Ansa electrochirurgicală ovala 10mm unica folosință. Fir împletit, in tub transparent, pentru canal de lucru 2.8mm, lungimea de lucru: 2300 mm	DM000661004
33100 000-1	20	Ansa electrochirurgi cală ovală 15mm (006936)	PFS01-01523230	China	MICRO-TECH	Ansa electrochirurgicală ovala 15mm unica folosință. Fir împletit, in tub transparent, diametrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm	PFS01-01523230, Ansa electrochirurgicală ovala 15mm unica folosință. Fir împletit, in tub transparent, pentru canal de lucru 2.8mm, lungimea de lucru: 2300 mm	DM000661005
33100 000-1	21	Ansa electrochirurgi cală ovală 20mm (006937)	PFS01-02023230	China	MICRO-TECH	Ansa electrochirurgicală ovala 20mm unica folosință. Fir împletit, in tub transparent, diametrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm	PFS01-02023230, Ansa electrochirurgicală ovala 20mm unica folosință. Fir împletit, in tub transparent, pentru canal de lucru 2.8mm, lungimea de lucru: 2300 mm	DM000661006

33100 000-1	32	Electrod ECG unică utilizare, Adult (006951)	sf40	Spania	Telic	Electrod ECG, Adeziv, Ag/AgCl, Tip snap button, De unica folosinta, Tip pacient: Adult	Electrod ECG, Adeziv, Ag/AgCl, Tip snap button, De unica folosinta, Tip pacient: Adult	CE/ISO
33100 000-1	72	Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale (007006)	SP.0046	Italia	Ca-mi	Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoare chirurgicale, diametru conector 8 mm	Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoare chirurgicale, diametru conector 8 mm	CE/ISO
33100 000-1	151	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR (007093)	910300_B	Italia	MIR	1. Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosință 6. Ambalaj individual	1. Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosință 6. Ambalaj individual	CE/ISO
33100 000-1	152	Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR (007094)	91000460	Italia	MIR	1. Muștuc cu turbina pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 30,5mm ±0,5mm Diametru exterior – 33,3 mm ±0,5mm Lungime – 41,5 mm ±5mm 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosință	1. Muștuc cu turbina pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 30,5mm Diametru exterior – 33,3 mm Lungime – 41,5 mm 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosință	DM000677535
33100 000-1	154	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu BTL-08 Spiro (007096)	33506	Italia	Gima	1. Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 25.5mm ±0,5mm Diametru exterior – 28 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu BTL-08 Spiro, BTL-08 Spiro Pro 5. De unică folosință 6. Material: carton	1. Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 26mm Diametru exterior – 28 mm Lungime – 65mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu BTL-08 Spiro, BTL- 08 Spiro Pro 5. De unică folosință 6. Material: carton	CE/ISO

33100 000-1	155	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu Pony FX (007097)	33898	Italia	Gima	1. Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30,5mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul Pony FX 5. De unică folosință 6. Material: carton 7. Ambalaj individual	1. Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm Diametru exterior – 30,5mm Lungime – 70mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul Pony FX 5. De unică folosință 6. Material: carton 7. Ambalaj individual	CE/ISO
33100 000-1	179	Set pentru ligaturare variceala endoscopica (007123)	MBLS-6F	China	MICRO-TECH	Set pentru ligaturare variceala endoscopica, set cu 6 inele de cauciuc pentru endoscop cu diametru 9,2 mm. si canal de 2,8 mm. UN set= O bucată	MBLS-6F, Set pentru ligaturare variceala endoscopica, set cu 6 inele de cauciuc pentru endoscop cu diametru 9,2 mm. si canal de lucru 2,8 mm. UN set= O bucată	DM000660935
33100 000-1	182	Sisteme de infuzie pentru pompa de infuzie (007126)	PT+PU400WY	China	TERUMO MEDICAL PRODUCTS (HANGZHOU) CO., LTD.	Protectie flux liber, compatibile cu pompa de infuzie TERUMO TE-LM 800	Protectie flux liber, compatibile cu pompa de infuzie TERUMO TE-LM 800	DM000137000
33100 000-1	213	Ansa de litoextractie pentru ureterscop (007190)	NT4W18115	Japonia	Olympus	flexibil, capat proximal tip cos 3 fire, nitinol, lungime peste 60 cm	NT4W18115, flexibil, capat proximal tip cos 4 fire, fara varf, nitinol, lungime 60 cm	CE/ISO
33100 000-1	219	Cablu ECG cu 5 fire compatibil cu monitorul ECG BISTOS BT-770 (007198)	5-Lead ECG Cable	Coreea de Sud	BISTOS	Cablu ECG cu 5 fire compatibil cu monitorul ECG BISTOS BT-770	Cablu ECG cu 5 fire compatibil cu monitorul ECG BISTOS BT-770	CE/ISO
33100 000-1	250	Linie de extensie p/u perfuzor , L-150cm (007314)	P1500-BF	Polonia	Zarys	Linie de extensie p/u perfuzor , L-150cm	Linie de extensie p/u perfuzor , L-150cm	DM000374976

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**