

Specificații tehnice (F4.1)							
Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1612534465125 din „23” martie 2021							
Denumirea procedurii de achiziție: Produse parafarmaceutice – 2021							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolul	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33600000-6	5.Ac p/u puncție sternală (aspirare/recoltare măduvă osoasă)	REF. PS1804 5-10	Italia	Medax S.r.l	Ac metalic, diametru 14-18G, cu vârf ascuțit 45 grade, echipat cu conector universal, compatibil cu toate tipuri seringi	Ac metalic, diametru 14-18G, cu vârf ascuțit 45 grade, echipat cu conector universal, compatibil cu toate tipuri seringi	CE/ISO
33600000-6	16.Burete abraziv p/u instrumente de coagulare	CP-TC5X5	China	Changzhou Innovate Medical Instrument and Technology Co.Ltd	Dimensiuni: 5x5cm(±2cm); Steril, ambalate individual.	Dimensiuni: 5x5cm; Steril, ambalate individual.	CE/ISO
33600000-6	49.Electrod p/u electrocoagulator (diatermocoagulare)	CPB07C	China	Changzhou Innovate Medical Instrument and Technology Co.Ltd	Fir monofocal 3mm	Fir monofocal 3mm	CE/ISO
33600000-6	59.Filtru cu filtrare eficientă și cu returnarea optimală a umidității și căldurii	GZ-GL-5	China	Ningbo Boya Medical Equipment Co., Ltd	Filtru cu returnare de umiditate și căldură, pentru circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.999%, return H2O cel puțin 32,0 mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,6cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 57ml, greutate nu mai mult de 31g, volumul Tidal minim 150ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramica. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2.	Filtru cu returnare de umiditate și căldură, pentru circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.999%, return H2O cel puțin 32,0 mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,6cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 57ml, greutate nu mai mult de 31g, volumul Tidal minim 150ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramica. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2.	CE/ISO
33600000-6	208.Set p/u igiena cavității bucale la pacienți intubați	210645	OneMed Group Oy	Finlanda	Periuță de dinți duritate moale, tratată cu pastă de dinți uscată care la contact cu apa se pronunță, ambalată individual, p/u igienizarea cavității bucale la pacienții intubați	Periuță de dinți duritate moale, tratată cu pastă de dinți uscată care la contact cu apa se pronunță, ambalată individual, p/u igienizarea cavității bucale la pacienții intubați	CE/ISO
	TOTAL						

Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

Numele, Prenumele: **Vladimir Rotari** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **„Med-M” SRL** Adresa: **MD-3801, mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia**