

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Grigore Vieru 22/2,
tel./fax 022 222 445, e-mail: office@capcs.md

Nr. Rg 02-1260 din "20" 04 2022

OE participanți la procedura de achiziție
Beneficiari

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport medical din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1637321868736 privind *Achiziționarea de consumabile angiografice pentru cabinetul Neurologie Intervențională al IMSP Institutul Neurologie și Neurochirurgie pentru anul 2022* Vă comunică decizia din 19.04.2022 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

Nr. Lot	Coduri	Denumire Lot	Valoare din Sistem	Model art/ Producător/ Țara de Origine	Producător	Țara de Origine	Ofertant
9	9-68736	Cateter ghid coronare	37 240,00	Launcher Laxxxxxxxx	Medtronic	SUA	Oxivit med
11	11-68736	Sistem de închidere percutana a orificiului de punctie din 3 componente	491 250,00	Angio-Seal™ Vascular Closure Device 610132 610133	TERUMO MEDICAL CORPORAT ION	SUA	DataControl SRL
12	12-68736	Sistem de închidere percutana a orificiului de punctie din 2 componente	414 183,00	EXOSEAL EXx00	Medtronic	SUA	Oxivit med

13	13-68736	Dispozitiv pentru hemostaza arterei radiale	35 900,00	42.17.30 001 mm)/42.1 7.30003 (29 mm)	(24	SCW Medicath	China	MED-M
14	14-68736	Stent pentru artere carotide double layer	1 572 000,00	Roadsaver® Carotid Stent RDS-0520-143RX RDS-0530-143RX RDS-0540-143RX RDS-0616-143RX RDS-0625-143RX RDS-0630-143RX RDS-0718-143RX RDS-0725-143RX RDS-0730-143RX RDS-0820-143RX RDS-0825-143RX RDS-0830-143RX RDS-0840-143RX RDS-0920-143RX RDS-0930-143RX RDS-1020-143RX RDS-1030-143RX	MICROVEN TION EUROPE S.A.R.L.	Franta	DataControl SRL	
15	15-68736	Stent pentru artere carotide cu celule deschise	518 343,75	Protégé RX SEPX-x-xx- xx-xx	Medtronic	SUA	Oxivit med	
16	16-68736	Set inflator cu manometru tip A	46 500,00	42.04.40053	SCW Medicath	China	Electeh SRL	
18	18-68736	Filtru distal pentru protectie embolica	1 422 172,80	SpiderFX xxx	Medtronic	SUA	Oxivit med	

19	19-68736	Set steril getabil pentru intervenții angiografice majore	415 800,00	97038757/ 5010783	Molnlycke Health Care/Braun Melsunge	Suedia	Tehnomedica
20	20-68736	Set steril getabil pentru intervenții angiografice diagnostice	98 000,00	698220	Molnlycke Health Care/Braun Melsunge	Suedia	Tehnomedica
22	22-68736	Conector Y mono-	112 000,00	5021693	B. Braun	Germania	Tehnomedica
23	23-68736	Conector Y duo-	21 100,00	5020743	B. Braun	Germania	Tehnomedica
24	24-68736	Stent coronarian farmacologic activ	171 000,00	Onyx RONYXXXXXX	Medtronic	SUA	Oxivit med
26	26-68736	Microghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina	758 800,00	Traxcess GW1420040 GW1420040S GW1420040X	MICROVEN TION EUROPE	Franta	DataControl SRL
31	31-68736	Cateter acces distal	305 250,00	Navien RFXAxxx-xxx-xx	Medtronic	SUA	Oxivit med
32	32-68736	Microcateter cu virf detasabil 1.5,3,5 cm compatibil DMSO	353 514,00	Apollo 105-509x-000	Medtronic	SUA	Oxivit med
33	33-68736	Microghid compatibil DMSO	258 300,00	ASAHI WAIN-CKI-008-200	ASAHI INTECC CO., LTD.	Japonia	DataControl SRL

35	35-68736	Pachet lichid copolimer pentru embolizare cerebrala	287 000,00	PHIL LEN10250 LEN10300 LEN10350	MICROVEN TION EUROPE	Franta	DataControl SRL
39	39-68736	Stent tip flow-diverter	1 085 945,00	PIPELINE FLEX PED2- xxx-xx	Medtronic	SUA	Oxivit med
42	42-68736	Dispozitiv Intrasacular	476 000,00	WEB W5-3-2 W5-3.5-2 W5-4-2 W5-4-3 W5-4.5-2 W5-4.5-3 W5-5-2 W5-5-3 W5-6-3 W5-6-4 W5-7-3 W5-7-4 W5-7-5 W4-6-3 W4-6-4 W4-7-3 W4-7-4 W4-7-5 W2-10-5 W2-10-6 W2-8-4 W2-8-5 W2-8-6 W2-9-4	SL MICROVEN TION EUROPE	Franta	DataControl SRL
				W2-8-3			

			<p> W2-9-5 W2-9-6 W2-9-7 W2-10-7 W2-10-8 W2-11-6 W2-11-7 W2-11-8 W2-11-9 & WEB SLS W5-4-S W5-5-S W5-6-S W5-7-S W4-6-S W4-7-S W2-8-S W2-9-S W2-10-S W2-11-S & Microcatheter VIA-17-154-01 VIA-21-154-01 VIA-27-154-01 VIA-33-133-01 & Detachment Controller WDC-1 </p>			
--	--	--	--	--	--	--

44	44-68736	Cateter intracerebral cu balon super compliant	106 476,00	Hyperform 104-4xxx	Medtronic	SUA	Oxivit med
47	47-68736	Dispozitiv pentru detasarea mecanica a spiralelor	8436	I.D. Instant Detacher D-1-5	Medtronic	SUA	Oxivit med
50	50-68736	Cateter ghid prevazut cu balon de olcuze	372 637,50	Cello 16100x0	Medtronic	SUA	Oxivit med
52	52-68736	Dispozitiv de revascularizare cerebrala in cazuri dificile	318 780,00	Nimbus GCE452	Neuravi/J&J	Irlanda	Oxivit med
53	53-68736	Dispozitiv de revascularizare cerebrala tridimensional	194 500,00	3D Revascularization Device PSR3D	PENUMBR A, INC.	SUA	DataControl SRL
56	56-68736	Stent Graft Coronarian	124000	BeGraft Coronary	Bentley InnoMed GmbH	Germania	DataControl SRL
				BG08250	12 mm		
				BG12250	16 mm		
				BG16250	18 mm		
				BG18250	21 mm		
				BG21250	24 mm		
				BG24250	2.75 mm		
				BG08275	12 mm		
				BG12275	16 mm		
				BG16275	18 mm		
				BG18275	21 mm		
				BG21275	24 mm		
				BG24275	3.00 mm		
				BG08300	12 mm		

		BG12300 16 mm		
		BG16300 18 mm		

Ofertanții respinși/descalificați:

- Oferta operatorului economic **Premium Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;
- Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;

Lotul 1 Set introducător pentru punctie arteriala femurala

- Oferta operatorului economic **ImpulsProGroup** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Produsul prezentat nu corespunde cerințelor: A fost cerută teacă femurală cu marime de la 4F la 11F în lungimi disponibile de 10 si 25 cm. Ofertantul cu cel mai mic pret ImpulsProGroup a prezentat produse cu marimi de la 4F la 10F și lungime de 11 cm – lipsesc tecile femurale de 11F și ăin lungimile solicitate (10 si 25cm), respectiv nu sunt indeplinite cerintele cerute.

-Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: s-a prezentat un cod RS+B40G10SQ pentru mini-ghid de 0,025", conform caietului de sarcini s-a solicitat doar mini-ghid de de 0,035" sau 0,038" .

Lotul 2 Set introducător pentru punctie arteriala radiala

- Oferta operatorului economic **ImpulsProGroup** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: produsul prezentat nu corespunde cerințelor: A fost ceruta teaca radiala cu lungimi disponibile de 7,10,16,25 cm. Ofertantul cu cel mai mic pret ImpulsProGroup a prezentat produse cu lungimi disponibile de 7cm si 11cm – lipsesc produsele cu lungimi de 10,16,25cm, respective nu sunt indeplinite cerintele cerute.

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: În formularul specificațiilor tehnice nu s-au indicat codurile pentru lungimile de 7 și 10 cm. Codurile RS+R40K10MQ RS+R50N10MQ RS+R60N10MQ RS+R70N10MQ RS+R80N10MQ RS+R90N10MQ sunt pentru mini ghid de 0,035" și 0,038" conform caietului de sarcini s-a solicitat mini ghid de Mini ghid: 0.018", 0.021", 0.025".

Lotul 3 Catetere de diagnostic femurale și radiale standarte

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu a prezentat codurile pentru formele : Vertebral; Cobra; SIM1, SIM2, SIM3, etc.

Lotul 4 Catetere de diagnostic femurale și radiale lungi

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: codurile PND6F070956 PND6F070956M, PNSSF120H1, PNSSF120SIM PNSSF130H1; PNSSF130SIM; PND6F11512; PND6F11512M; PND6F1156; PND6F1156M sunt pentru alte mărimi decât cele solicitate în documentația de atribuire.

Lotul 5 Arc ghid de diagnostic standard

- Oferta operatorului economic **ImpulsProGroup** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: produsul prezentat nu corespunde cerințelor: Au fost cerute ghiduri diagnostice în lungimi disponibile de 50 cm, 120 cm, 150 cm, 180 cm. Ofertantul cu cel mai mic pret ImpulsProGroup propune doar produse cu lungime de 150cm si 180cm – lipsesc lungimile de 50 si 120cm, respective nu sunt indeplinite cerintele cerute.

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: codurile RF-GA18223M RF-GS25263M RF-GA25263M RF-GA32123M etc. Sunt pentru sunt pentru alte mărimi decât cele solicitate în documentația de atribuire.

Lotul 6 Arc ghid de diagnostic lung

- Oferta operatorului economic **ImpulsProGroup** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: produsul prezentat nu corespunde cerințelor: Au fost cerute ghiduri lungi în lungimi disponibile de 220 cm, 260 cm, 300 cm. Ofertantul cu cel mai mic pret ImpulsProGroup propune doar produse cu lungime de 260cm – lipsesc lungimile de 220cm si 300cm, respective nu sunt indeplinite cerintele cerute.

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: codurile RF-GS18153M RF-GA18153M RF-GS18183M RF-GA18183M etc. Sunt pentru sunt pentru alte mărimi decât cele solicitate în documentația de atribuire.

Lotul 7 Arc ghid de diagnostic stiff

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: codurile RF-PS35083M RF-PA35083M Sunt pentru sunt pentru alte mărimi decât cele solicitate în documentația de atribuire.

Lotul 8 Teacă ghid lung

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Codurile 54-89001 54-89006 pentru 8 Fr și lungimea de 90 cm au acoperirea hidrofilică de 60 cm nu de 15 cum s-a solicitat în caietul de sarcini.

Lotul 10 Cateter-ghid intracranian

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: codurile PNSS6F105BER, PNSS6F105H1, PNSS6F125BER, PNSS6F125H1, PNSS6F125SIMV PNSS6F125SIM Sunt pentru sunt pentru alte mărimi decât cele solicitate în documentația de atribuire.

Lotul 11 Sistem de închidere percutana a orificiului de punctie din 3 componente

- Oferta operatorului economic **Oxivit med** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, ofertantul este descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta.

Lotul 12 Sistem de închidere percutana a orificiului de punctie din 2 componente

- Oferta operatorului economic **ImpulsProGroup** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: conform caietului de sarcini s-a solicitat Dispozitivul de închidere vasculară indicat pentru închiderea locului de punctie a arterei femurale, reducând timpul până la hemostază și ambulație la pacienții care au fost supuși procedurilor de cateterizare diagnostic sau intervenții folosind un introducător de teacă vasculară standard 5F, 6F sau 7F cu până la 12 cm lungimea de lucru. Nu rămâne nici o ancoră în interiorul arterei

- Doi indicatori vizuali unici permit poziționarea precisă
- Ușor de manipulat și ajută la obținerea eficientă a succesului procedural
- Procedură simplă în 3 pași

- Disponibil în 3 dimensiuni conform ofertei prezentate, catalogului și clarificărilor prezentate operatorul economic nu a prezentat dovezi ce să confirme cerințele tehnice solicitate

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde cerințelor tehnice s-a solicitat marime de 5F, 6F sau 7F, s-a oferit de 7 F, s-a solicita 2 componente s-a oferit din 3 componente.

Lotul 13 Dispozitiv pentru hemostaza arterei radiale

- Oferta operatorului economic **ImpulsProGroup** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: conform caietului de sarcini s-a solicitat Dispozitiv pentru obținerea hemostazei vasculare selective radiale. Construit dintr-o banda adezivă și pernuță dublă cu aer care se aplică la locul puncției. Disponibilă în lungimea benzii de 24 și 29 cm.

Vizibilitatea locului puncției. Compresia și decompresia elementului hemostatic reglabilă prin introducerea sau extragerea aerului cu o seringă. Disponibil cu un sistem de fixare tip Velcro și monitorizarea timpului expus. Conform ofertei prezentate, catalogului și clarificărilor prezentate operatorul economic nu a prezentat dovezi ce să confirme cerințele tehnice solicitate.

Lotul 17 Balon pentru pre si postdilatare

- Oferta operatorului economic **Oxivit med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Conform ofertei s-a prezentat Solarice cu codul NCSL CxxxxX, urmare a clarificărilor s-a prezentat catalogul pentru Solarice cu codul SLC5 xx astfel, nu se poate determina conformitatea ofertei.

Lotul 19 Set steril getabil pentru intervenții angiografice majore

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: nu a prezentat mostra conform solicitării nr. Rg02-191 din 26.01.2022

- Oferta operatorului economic **DITA ESTFARM S.R.L** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde cerințelor tehnice s-a solicitat cimp angiografic cu 4 orificii cu bord adeziv impregnate in jurul orificiilor s-a propus cimp cu 4 orificii cu folie protectoare adezivă fara bord adeziv.

- s-a solicitat cimp superabsorbant cu banda adeziv s-a propus cimp fara suprafata adeziva.

- s-a solicitat cimp cu bord adeziv impregnat s-a propus cimp cu bord adeziv cu lipici dublu (in cerinte a fost mentionat ca sa fie exclus lipici dublu).

- s-a solicitat manusi au fost cerute manusi din cauciu deproteinizat, acoperite in interior cu biogel s-a propus manusi ce nu sunt deproteinizate, si nu au acoperire pe interior.

- s-a solicitat bol de 120 ml, gradat, transparent s-a propus bol de 100 ml, gradat.

- s-a solicitat ghid angiographic cu lungime minim 175 cm s-a propus ghid cu lungime de 150 cm.

Lotul 20 Set steril getabil pentru intervenții angiografice diagnostice

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: nu a prezentat mostra conform solicitării nr. Rg02-191 din 26.01.2022

- Oferta operatorului economic **DITA ESTFARM S.R.L** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Mostra prezentata de ofertantul Ditaestfarm nu corespunde cerințelor si anume:

- Punctul 1 – a fost cerut cimp angiografic cu 2 orificii cu bord adeziv impregnate in jurul orificiilor – a fost propus cimp cu 4 orificii cu folie protectoare adeziiva fara bord adeziv.

- Punctul 2 – a fost cerut cimp superabsorbant cu banda adeziiva – a fost propus cimp fara suprafata adeziiva.

- Punctul 4 – a fost cerut cimp cu bord adeziv impregnat – a fost propus cimp cu bord adeziv cu lipici dublu (in cerinte a fost mentionat ca sa fie exclus lipici dublu).

Lotul 21 Microsfere pentru embolizare

– Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde tehnic s-a solicitat compatibil cu cateter de livrare 4 și 5F s-a prezentat doar cu 4 F.

Lotul 22 Conector Y mono-

– Oferta operatorului economic **Electeh SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: conform clarificărilor prezentate nu s-a regăsit Lumen 9,5F.

- Oferta operatorului economic **ImpulsProGroup** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde conform catalogului atașat s-a solicitat Lumen 9,5F s-a oferit maxim 9 F.

Lotul 23 Conector Y duo-

- Oferta operatorului economic **ImpulsProGroup** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde s-a solicitat Lumen 9,5F s-a oferit maxim 9 F.

Lotul 24 Stent coronarian farmaceutic activ

- Oferta operatorului economic **SC MEDEC-Service SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: produsul prezentat nu corespunde cerințelor: s-a solicitat diametrul initial, lung. 8 s-a oferit de la 9. Diametru pînă la 5 s-a prezentat pînă la 4.5 cm.

- Oferta operatorului economic **CAVATEH M SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: produsul prezentat nu corespunde cerințelor: s-a solicitat diametrul initial, lung. 8 s-a oferit de la 9. Diametru pînă la 5 s-a prezentat pînă la 4 cm.

- Oferta operatorului economic **ICS "Farmina" SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: produsul prezentat nu corespunde cerințelor: s-a solicitat Zotarolimus s-a oferit Sirolimus / PLGA; s-a solicitat diametru pînă la 5 s-a oferit pînă la 4. Lungimea sistemului de livrare s-a solicitat pînă la 140 s-a prezentat pînă la 138 cm.

Lotul 25 Dispozitiv recuperare corp strain

– Oferta operatorului economic **Oxivit med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde cerințelor:s-a solicitat de la 60, 125, 150, 175 cm s-a oferit de la 65 -120. s-a solicita diametru : 2,4,5,7,10,15,20,25,30,35 mm s-a oferat 5-35.

– Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde cerințelor tehnice s-a solicitat Lungime : 60 s-a oferat 65 cm conform codului AS-25/65.

Lotul 27 Microghid 0.014" din otel inoxidabil

– Oferta operatorului economic **Oxivit med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde cerințelor tehnice s-a solicitat lungimea gidului 200 cm s-a oferat 205 cm, s-a solicitat lungimea capatului distal (coil) de 20 cm s-a oferat de 5 cm.

Lotul 28 Microghid 0.014" acoperit cu polimer

– Oferta operatorului economic **Oxivit med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: urmare a clarificărilor s-a modificat codul din SHIKAI WAIN-CKX- in SHIKAI WAIN-CKI.

– Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: codurile WAIN-CKI-300; WAIN-CKI-300-RC sunt pentru alte mărimi decât cele solicitate în documentația de atribuire.

Lotul 29 Microghid 0.014” utilizat in cazuri dificile

– Oferta operatorului economic **Oxivit med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde cerințelor tehnice s-a solicitat lungimi 200 cm, 300 cm și 215 cm s-a oferat cu lungimi de 200 și 300 cm.

Lotul 30 Cateter acces distal pentru aspiratie

– Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: codul DA6115ST este pentru altă mărime decât cele solicitae în documentația de atribuire.

Lotul 33 Microghid compatibil DMSO

– Oferta operatorului economic **Oxivit med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: produsul prezentat nu corespunde cerintelor: A fostcerutmicroghid 008 cu segment distal radioopac lung de 9cm s-a oferat de 10 cm.

Lotul 34 Pachet lichid cu tantal pentru embolizare cerebrala

– Oferta operatorului economic **Oxivit med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: produsul prezentat nu corespunde cerintelor: codul oferat face trimitere la mai multe kituri conform catalogui se identifică mai multe coduri, respectiv, nu se poate identifica produsul oferat.

Lotul 35 Pachet lichid copolimer pentru embolizare cerebrala

– Oferta operatorului economic **Oxivit med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: produsul prezentat nu corespunde cerintelor: Gata de utilizare, fara pregatire in avans prin agitarea produsului. S-a oferit produs care se afla in flaccane de 1,5 ml, in 3 variante de viscozitate si care necesita pregatire prealabila prin agitare continua minim 20 minute; respectiv nu indeplineste cerintele cerute.

Lotul 36 Microcateter livrare stent deviator flux neurovascular sau dispositive embolizare

– Oferta operatorului economic **Oxivit med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: sub denumirea comercială Phenom FGxxxx-0615-xx, se identifică și alte produse cu alte dimensiuni (Phenom FG13160-0615-1S, luginnea de 160 cm).

Lotul 37 Microcateter cerebral

– Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: nu s-a prezentat codul pentru lungimea de 150 cm.

Lotul 38 Microcateter

– Oferta operatorului economic **Oxivit med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: sub denumirea comercială Rebar, codul 105-50, în catalogul atașat se identifică mai multe bunuri cu dimensiuni diferite ce nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire.

Lotul 40 Stent tip flow-diverter double layer

– Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: FRED3507, FRED3511, FRED3516 FRED3524 sunt pentru alte mărimi decât cele solicitate în documentația de atribuire.

Lotul 41 Stent tip flow-diverter cu vizibilitate crescuta

Oferta operatorului economic **Tehnomedica** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde s-a solicitat lungimea totală în vase 15-80 mm s-a oferit 15-60 cm.

Lotul 43 Cateter intracerebral cu balon

– Oferta operatorului economic **Oxivit med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: compatibil cu oriceghid de 0.014inchsicompatibil DMSO. OfertantulOxivit-med a oferit un produs cu diametre de 3,4,5 mm, compatibil doar cu ghid de 0.010 inch si necompatibil DMSO; respectiv nu suntindeplinestecerintelecerute.

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: nu s-a prezentat codul pentru lungimea balonului de 20 mm.

Lotul 45 Stent cerebral auto-expandabil cu celula inchisă

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: nu s-a prezentat codul pentru microcateter de 0,017”.

Lotul 46 Spirale platina cu detasare mecanica

- Oferta operatorului economic **Oxivit med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: sub denumirea comercială AXIUM xxxxxx xx-xx-xx-3D, AXIUM xxxxxx Super Soft xxxxxxxxxxxxxxSS, AXIUM xxxxxx Extra Soft xxxxxxxxxxxxxxES în catalogul atașat se identifică mai multe bunuri cu dimensiuni diferite ce nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire (de exemplu diametru de 0,0125”).

Lotul 48 Spirale platina cu detasare electro-mecanica

– Oferta operatorului economic **Oxivit med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: A fost cerut spirale din platina cu detasare electro-mecanica cu diametre de la 1mm pîna la 24mm si lungimi de la 1mm la 68mm. Ofertantul Oxivit-med a oferit un produs care are diametre de la 1mm la 20mm si lungimi de la 1mm la 50mm.

– Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde cerințelor tehnice s-a solicita Lungimea de la 1 mm pînă la 68 cm s-a oferit de la 1 cm pînă la 68 cm.

Lotul 49 Dispozitiv pentru detasarea electro-mecanica a spiralelor

– Oferta operatorului economic **Oxivit med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: A fost cerut sistem de detasare a spiralelor electromecanice ce ofera un timp de detasare de <1secunda. Ofertantul Oxivit-med a oferit un produs care ofera un timp de detasaremai de 10 secunda- respectiv nu suntindeplinestecerintelecerute. nu s-a identificat Sistem de datasare cu lumen intern 0.0175”.

– Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Sistem rapid de detasare pentru spirale. Sistem de detasare electro-mecanic, ce nu necesita cabluri de conectare. Controlul de detasare se actioneaza dintr-un singur buton, ofera semnale luminoase si auditive cand spirala este gata de detasare. Detasarea este extrem de rapida < 1sec. Sistem de datasare cu lumen intern 0.0175”, profil conic, construit astfel incat sa ofere stabilitate si flexibilitate (3 zone: zona moale, zona de tranzitie, zona de suport) conform documentelor prezentate (catalogul) și clarificărilor depuse corespunderea cerințelor tehnice nu au fost demonstrate.

Lotul 51 Dispozitiv revascularizare cerebrala

– Oferta operatorului economic **Oxivit med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: conform caletului de sarcini s-a solicitat diametre de 4 și 6 mm, s-a prezentat codul Solitaire X Stent SFR4, codul SFR4 fiind doar pentru diametru 4.

Lotul 54 Dispozitiv revascularizare cerebrala cu vizibilitate crescuta

– Oferta operatorului economic **Tehnomedica** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde cerințelor tehnice s-a solicitat pentru vase cu diametre 1,5-4,0 mm, conform ofertei prezentate cu codurile 01-000708, 01-000709 diametrele sunt pentru 3,5-5,5 mm.

Lotul 55 Stent Graft Periferic

– Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde tehnic s-a solicitat compatibilitate cu teaca introductoare: 7F /SV si MV; 8F/LV s-a ofertat cu compatibilitate cu teaca introductoare de 6 F și 7 F.

– Oferta operatorului economic **CAVATEH M SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde s-a solicita Compatibilitate shaft 5F s-a oferit 6 și 7 F.

Lotul 56 Stent Graft Coronarian

– Oferta operatorului economic **CAVATEH M SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: fost cerut stent-graft coronarian in lungimidisponibile de 8, 12, 16, 18, 21, 24mm. Ofertantul Cavateh-M a oferit un produs cu lungimi disponibile de 15, 20, 26mm.

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadevrate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire:

Lotul 1 Set introductor pentru punctie arteriala femurala

Lotul 2 Set introductor pentru punctie arteriala radiala

Lotul 3 Catetere de diagnostic femurale și radiale standarte

Lotul 4 Catetere de diagnostic femurale și radiale lungi

Lotul 5 Arc ghid de diagnostic standard

Lotul 6 Arc ghid de diagnostic lung

Lotul 7 Arc ghid de diagnostic stiff

Lotul 8 Teacă ghid lung

Lotul 10 Cateter-ghid intracranian

Lotul 17 Balon pentru pre si postdilatare

Lotul 21 Microsfere pentru embolizare

Lotul 25 Dispozitiv recuperare corp strain

Lotul 27 Microghid 0.014” din otel inoxidabil

Lotul 28 Microghid 0.014” acoperit cu polimer

Lotul 29 Microghid 0.014” utilizat in cazuri dificile

Lotul 30 Cateter acces distal pentru aspiratie

Lotul 34 Pachet lichid cu tantal pentru embolizare cerebrala

Lotul 36 Microcateter livrare stent deviator flux neurovascular sau dispozitive embolizare


Lotul 37 Microcateter cerebral

Lotul 38 Microcateter

Lotul 40 Stent tip flow-diverter double layer

- Lotul 41 Stent tip flow-diverter cu vizibilitate crescuta
Lotul 43 Cateter intracerebral cu balon
Lotul 45 Stent cerebral auto-expandabil cu celula inchisa
Lotul 46 Spirale platina cu detasare mecanica
Lotul 48 Spirale platina cu detasare electro-mecanica
Lotul 49 Dispozitiv pentru detasarea electro-mecanica a spiralelor
Lotul 51 Dispozitiv revascularizare cerebrala
Lotul 54 Dispozitiv revascularizare cerebrala cu vizibilitate crescuta
Lotul 55 Stent Graft Periferic
- Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă :
- Lotul 57 Seringa cu piston de blocare**
- În același timp, menționăm că pentru loturile anulate, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție.
- Totodată, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare.
- Astfel, contractul de achiziție urmează a fi semnat începând cu data de **04.05.2022**, numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către CAPCS este de 10 zile după expirarea termenului de așteptare.

Președintele grupului de lucru



Gheorghe GORCEAG

Ex. Irina Arvinte
Tel. 022 222 364