

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1722585607745 din 02 02 2024
 Obiectul achiziției: Dispozitive medicale

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Sistem de litotritție	SwissLithoClast 2+ Swiss LithoVac set	Elveția	EMS SA	Sistem de litotritție ParametrulSpecificația DescriereDispozitiv destinat fragmentarea endoscopică a calculilor urinari: uretrali, ureterali, vezicali sau renali folosind unde de șoc pe bază de aer comprimat. Atașarea de bază mobilă Rotile obligatoriu Sistem de frinare a bazei frână de tip pedală Frecvența de lucru 1-12 Hz Unitate centrală de litotritție pneumatică; obligatoriu Alimentarea220 V, 50 Hz Presiunea de lucru 3,5-6,5 bar Energia de ieșireaprox 85 mJ Pedala de comanda dublă obligatoriu Tuburi pentru conectare aer comprimat obligatoriu Set de tuburi de irigare și aspirare, obligatoriu Mîner pentru litotritție pneumatică (ce asigură retropulsie redusă); obligatoriu Set de tuburi pentru aer comprimat; obligatoriu Bloc de aspirație; obligatoriu Set de probe de lititritie (proba de diametru 2mm, lungime 425mm; probă de diametru 1mm, lungime 605mm; probă de diametru 0,8mm, lungime 605mm; probă de diametru 1,6mm, lungime 605mm; probă de diametru 0,8mm, lungime 668mm); obligatoriu Dispozitiv de colecție a calculilor.obligatoriu	Sistem de litotritție ParametrulSpecificația DescriereDispozitiv destinat fragmentarea endoscopică a calculilor urinari: uretrali, ureterali, vezicali sau renali folosind unde de șoc pe bază de aer comprimat. Atașarea de bază mobilă (DA, Swiss LithoCart) Rotile, DA Sistem de frinare a bazei frână de tip pedală DA Frecvența de lucru 1-12 Hz (DA, broșura) Unitate centrală de litotritție pneumatică (Swiss LithoClast 2) Alimentarea220 V, 50 Hz (DA, broșura, technical data) Presiunea de lucru 3,5-6,5 bar (DA, broșura, technical data) Energia de ieșireaprox 85 mJ (DA, broșura, technical data) Pedala de comanda dublă (DA, broșura) Tuburi pentru conectare aer comprimat (DA, broșura) Set de tuburi de irigare și aspirare, (DA, Set LithoVac lv3) Mîner pentru litotritție pneumatică (ce asigură retropulsie redusă); (DA, PN3 Handpiece- broșura)Set de tuburi pentru aer comprimat;(DA, broșura) Bloc de aspirație (Swiss LithoVac lv3); Set de probe de lititritie (proba de diametru 2mm, lungime 425mm; probă de diametru 1mm, lungime 605mm; probă de diametru 0,8mm, lungime 605mm; probă de diametru 1,6mm, lungime 605mm; probă de diametru 0,8mm, lungime 668mm); (DA, Broșura) Dispozitiv de colecție a calculilor (DA, broșura - FR126+ DT-059)	CE, ISO

Semnat: 20.08.2024 Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: Director
 Ofertantul: Ericon SRL Adresa: Chișinău; or. Durlști; str. Vasile Lupu; nr.6; Republica Moldova