

Certificado de Análisis
Certificate of Analysis

Producto <i>Product</i>	INGEZIM ADV gE PLUS
Referencia <i>Reference</i>	11.GEP.K3
Nº DE LOTE <i>Batch n</i>	250281
Fecha de caducidad <i>Expiration date</i>	02-2027

GOLD STANDARD DIAGNOSTICS MADRID certifica que este lote ha sido validado por el Departamento de Calidad y es conforme a sus especificaciones.


GOLD STANDARD DIAGNOSTICS MADRID certifies this batch has been approved by the Quality Department and that it conforms to its specifications.

CONTROL DE CALIDAD
QUALITY CONTROL

$DO \pm \sigma$

Valor de D.O. del suero Control Positivo <i>O.D. Value of the Positive Control serum</i>	0,109 $\pm$ 0,002
Valor de D.O. del suero Control Negativo <i>O.D. Value of the Negative Control serum</i>	1,457 $\pm$ 0,094
Valor de D.O. del suero de Referencia AFSSA 22 GE 1/8 <i>O.D. Value of the Reference serum AFSSA 22 GE 1/8</i>	0,750

FIRMA
SIGNED

CARGO
TITLE

Responsable de Control de Calidad
Quality Control Manager

Responsable de Garantía de Calidad
Quality Assurance Manager

FECHA
DATE

02/12/2025

02/12/2025

Este producto tiene hojas de seguridad disponibles bajo solicitud.
Material Safety Data Sheets are available upon request.