

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1736763344739</u> din <u>04.02.2025</u>
Obiectul achiziției: Mentenanța la acceleratorul liniar Clinac DHX, Prod. Varian Medical Systems, Inc., Anul 2008 (trimestrial pe parcursul anului 2025)

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului serviciilor	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Mentenanța la acceleratorul liniar Clinac DHX, Prod. Varian Medical Systems, Inc., Anul 2008 (trimestrial pe parcursul anului 2025)	Clinac DHX	USA	Varian Medical Systems	Verificarea modulelor mecanice și electronice. Verificarea parametrilor câmpului luminos. Testarea performanțelor, verificarea, calibrarea conform recomandărilor producătorului. În cazul defecțiunilor neprevăzute, prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului și instalarea tuturor pieselor procurate de beneficiar. Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate. Achitarea se va efectua pentru fiecare lucrare efectuată. Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 1 oră. Intervenția la dispozitiv ≤ 72 ore. Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor. Prezentarea certificatelor valabile de la producător, ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse.	Verificarea modulelor mecanice și electronice. Verificarea parametrilor câmpului luminos. Testarea performanțelor, verificarea, calibrarea conform recomandărilor producătorului. În cazul defecțiunilor neprevăzute, prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului și instalarea tuturor pieselor procurate de beneficiar. Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate. Achitarea se va efectua pentru fiecare lucrare efectuată. Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 1 oră. Intervenția la dispozitiv ≤ 72 ore. Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor. Prezentarea certificatelor valabile de la producător, ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse.	Certificate de training

Semnat electronic
Numele, Prenumele: Loghinov Rodion
În calitate de: Administrator

Ofertantul: MolDan Service SRL
Adresa: mun. Chișinău, str. Șciusev 16