

Destinatar: I.P. Centrul Republican de Diagnostică Veterinară
Adresa: mun.Chișinău, str. Murelor, 3, MD-2051, MOLDOVA,

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1605277163858</u> din 23 noiembrie 2020						
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de pret privind achizitionarea Upgrade pentru gaz cromatograf cu set de accesorii in conformitatea cu cerintele standardului ISO 12966						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Upgrade pentru gaz cromatograf cu set de accesorii in conformitatea cu cerintele standardului ISO 12966	7890	SUA	Agilent	•Setul va contine : -Vaporizator cool-on-column pentru Gaz cromatograf, compatibil cu model Agilent 7890B: temperatura max: 450 C; Presiunea pina la 100 psi; Injectarea directa la coloana 1 set; • set de instalarea si punerea in functiunea cu piese necesare pentru linie de gaz, inclusiv filtre pentru gaze, fittinguri etc. •Coloana p/u gaz cromatografie CP-Sil 88 100m x 0.25mm x 0.2um 1 un; • Calculator: Intel® Core i3, 8GB	•Setul va contine : -Vaporizator cool-on-column pentru Gaz cromatograf, compatibil cu model Agilent 7890B: temperatura max: 450 C; Presiunea pina la 100 psi; Injectarea directa la coloana 1 set; • set de instalarea si punerea in functiune cu piese necesare pentru linie de gaz, inclusiv filtre pentru gaze, fittinguri etc. •Coloana p/u gaz cromatografie CP-Sil 88 100m x 0.25mm x 0.2um 1 un; • Calculator: Intel® Core i3, 8GB	ISO 12966

				DDR4, RAM,1TB HDD, DVD-RW, keyboard, mouse, Windows 10 Professional 64-bit Russian, printer laser 1 set •23" LCD monitor 1 un •H2 generator: 100 cc/min, puritatea > 99.999%, presiunea 0-7 bar •Compressor: Oil free air compressor , 38L/min, 8 bar, reservoir de 25L •Butelie de heliu: 40-50 L, Regulator butelie cu 1/8 swagelock , 6-9 NMC Heliu 5,0 (pur 99,9990%) 1 set •Butelie cu Nitrogen: 40-50 L, Regulator butelie cu 1/8 swagelock , 6-9 NMC Nitrogen 5,0 (pur 99,9990%) 1 set •Vialuri 100 buc cu capace si septa 4ml •Vialuri cu septa si capac 2 ml - 1000 buc. Documente obligatoriu: •Certificat ISO 9001 pentru producator •Certificat ISO 9001 pentru participant •Certificat de origine •Autorizatie de la producator utilajului •Certificat de instruirea pentru	DDR4, RAM,1TB HDD, DVD-RW, keyboard, mouse, Windows 10 Professional 64-bit Russian, printer laser 1 set •23" LCD monitor 1 un •H2 generator: 100 cc/min, puritatea > 99.999%, presiunea 0-7 bar •Compressor: Oil free air compressor , 38L/min, 8 bar, reservoir de 25L •Butelie de heliu: 50 L, Regulator butelie cu 1/8 swagelock , 9.1 NMC Heliu 5,0 (pur 99,999%) 1 set •Butelie cu Nitrogen: 50 L, Regulator butelie cu 1/8 swagelock , 9.6 NMC Nitrogen 5,0 (pur 99,999%) 1 set •Vialuri 100 buc cu capace si septa 4ml •Vialuri cu septa si capac 2 ml - 1000 buc. Documente: •Certificat ISO 9001 pentru producator •Certificat ISO 9001 pentru participant •Certificat de origine va fi prezentat la livrarea bunurilor •Autorizatie de la producatorul utilajului	
--	--	--	--	---	---	--

				inginer •Centru de service autorizat •Instalarea upgrade si ajustarea trebuie sa fie facut catre personal autorizat de catre producator utilajului. •Instruirea min 5 zile.	•Certificat de instruirea pentru inginer •Centru de service autorizat local •Instalarea upgrade si ajustarea va fi facuta de catre personalul autorizat de catre producatorul utilajului. •Instruirea 5 zile.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat Numele, prenumele: Nicolai Iasibas În calitate de: Director
Ofertantul Lokmera SRL Adresa: str. Mitropolit Gurie Grosu 9, Chişinău, MD-2028, Republica Moldova