

Specificatii tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1766476710963 din 2 ian 2026, 10:00 - 23 ian 2026, 10:00

Obiectul achiziției: Achiziționarea Pieselor de schimb și Accesorilor pentru DM conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican “Timofei Moșneaga” pentru anul 2026

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
331000 00-1	47	Senzor de oxigen type MOX4	E-77/0	Germania	Gambert	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. HEYER PORT +. Termen de valabilitate minim 12 luni din momentul livrării. Garanție post instalare minim 6 luni.	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. HEYER PORT +. Termen de valabilitate minim 12 luni din momentul livrării. Garanție post instalare minim 6 luni.	CE/ISO
331000 00-1	48	Senzor de oxigen (ref: 6640044)	77701165	Franța	Vlad	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. MAQUET, Servo-i, Servo-U. Termen de valabilitate minim 12 luni din momentul livrării. Garanție post instalare minim 6 luni.	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. MAQUET, Servo-i, Servo-U. Termen de valabilitate minim 12 luni din momentul livrării. Garanție post instalare minim 6 luni. (6640044 – Original PN)	CE/ISO
331000 00-1	49	Senzor de oxigen (ref: R125P02-003)	77703207	Franța	Vlad	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Eternity, SH300. Termen de valabilitate minim 12 luni din momentul livrării. Garanție post instalare minim 6 luni.	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Eternity, SH300. Termen de valabilitate minim 12 luni din momentul livrării. Garanție post instalare minim 6 luni.	CE/ISO
331000 00-1	50	Senzor de oxigen (ref: R140P07-001)	E-17/M	Germania	Gambert	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Philips, Trilogy Evo. Termen de valabilitate minim 12 luni din momentul livrării. Garanție post instalare minim 6 luni.	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Philips, Trilogy Evo. Termen de valabilitate minim 12 luni din momentul livrării. Garanție post instalare minim 6 luni.	CE/ISO
331000 00-1	51	Senzor de oxigen, MOX2	E-17/J	Germania	Gambert	Compatibil masina de anestezie MINDRAY WATO EX-65 PRO. Ref: AA829-220. Termen de valabilitate minim 12 luni din momentul livrării. Garanție post instalare minim 6 luni.	Compatibil masina de anestezie MINDRAY WATO EX-65 PRO. Ref: AA829-220. Termen de valabilitate minim 12 luni din momentul livrării. Garanție post instalare minim 6 luni.	CE/ISO
331000 00-1	52	Senzor de oxigen, OOM201	E-15/2	Germania	Gambert	Compatibil masina de anestezie Drager Fabius Plus, Fabius Plus XL. Ref: OOM201. Termen de valabilitate minim 12 luni din momentul livrării. Garanție post instalare minim 6 luni.	Compatibil masina de anestezie Drager Fabius Plus, Fabius Plus XL. Ref: OOM201. Termen de valabilitate minim 12 luni din momentul livrării. Garanție post instalare minim 6 luni.	CE/ISO
331000 00-1	53	Senzor de oxigen Oxytrace VE (ref: MX01049)	77701048	Franța	Vlad	Compatibil cu dispozitivul Drager, Savina 300. Anul producerii 2025. Termen de valabilitate minim 12 luni din momentul livrării. Garanție post instalare minim 6 luni.	Compatibil cu dispozitivul Drager, Savina 300. Anul producerii 2025. Termen de valabilitate minim 12 luni din momentul livrării. Garanție post instalare minim 6 luni. (MX01049 – Original PN)	CE/ISO
331000 00-1	77	Acumulator NiMH, 24V, 9000mAh (Ref:KY633300)	88889999	Franța	Vlad	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. Anul producerii 2025.	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. Anul producerii 2025. Battery 24V 9Ah for respirator Monnal T75 - originale AIR LIQUIDE	CE/ISO
331000 00-1	78	Acumulator 12 V/3.5 Ah (Ref: 1841416)	88889552	Franța	Vlad	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Drager, Savina 300. Anul producerii 2025.	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Drager, Savina 300. Anul producerii 2025. Battery 12V 3Ah for respirator Savina DRÄGER (1841416)	CE/ISO
331000 00-1	79	Acumulator NiMH, 24V, 2500mAh (Ref: 8415290)	88890988	Franța	Vlad	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager, Babylog VN 500/ Evita V600. Anul producerii 2025.	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager, Babylog VN 500/ Evita V600. Anul producerii 2025. 24V 3Ah battery for DRAGER Babylog VN5000 (8415290-08)	CE/ISO

331000 00-1	80	Acumulator 12V, 3.5Ah (ref: 6487180)	88888352	Franța	Vlad	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. MAQUET, Servo-U, Servo-i. Anul producerii 2025.	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. MAQUET, Servo-U, Servo-i. Anul producerii 2025. Battery 12V 4Ah for ventilator ServoI MAQUET	CE/ISO
331000 00-1	92	Saltea antiescare	28564	Italia	Gima	Compatibile cu pompele pentru saltele antiescare Gimma 28565. Dimensiune: 200-220 x 90-100 x 7-9 cm. Înălțimea celulelor: 7-10 cm. Material: PVC. Grosimea: minim 0.32 mm. Număr de celule: minim 130. Greutatea suportată: minim 130 kg. 2 lanțuri de celule separate. 2 porturi pentru conectarea pompei de aer pentru fiecare lanț de celulă.	Compatibile cu pompele pentru saltele antiescare Gimma 28565. Dimensiune: 200-220 x 90-100 x 7-9 cm. Înălțimea celulelor: 7-10 cm. Material: PVC. Grosimea: minim 0.32 mm. Număr de celule: minim 130. Greutatea suportată: minim 130 kg. 2 lanțuri de celule separate. 2 porturi pentru conectarea pompei de aer pentru fiecare lanț de celulă.	DM00014 8053
331000 00-1	169	Borcan pentru aspirator "GIMA"	28228	Italia	Gima	Compatibil cu aspirator chirurgical Elmaslar SA01HT. Filru antibacterial. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Compatibil cu aspirator chirurgical Elmaslar SA01HT. Filru antibacterial. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	DM00014 9386

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Mihai Volcovschi** În calitate de: **administrator**

Ofertantul: ALMICOM-TECH SRL Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești 271/2