

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1770910874379/21565550 din: 12.02.2026 conform SIARSAP Mtender								
Obiectul achiziției: În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds... 23084 din 12.08.2025) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1721649223084 din 07.10.2024 „privind încheierea acordului-cadru - Dispozitive medicale cu coduri generice pentru anii 2025-2027 (reofertare 8) pentru anul 2026								
Nr.	Denumirea lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	<b>Bunuri/servicii</b>							
54	Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici de bază) 130900	Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici de bază) 130900	ND-2511	China	WUHU RUIJIN MEDICAL INSTRUMENT & DEVICE CO.,LTD	<p>Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici de bază) Cod 130900</p> <p>Descriere Dispozitiv medical pentru intervenții ortopedice/traumatologice în mediul steril.</p> <p>Parametri Specificație</p> <p>Electric obligatorie</p> <p>Tip funcționare, min ≤15</p> <p>Pondere, W ≤100</p> <p>Greutate, gr ≤3000</p> <p>Sterilizare, metoda autoclavare ≤135 °C</p> <p>Viteză de rotație, r.p.m. ≤600</p> <p>Zgomot (dB) ≤75</p> <p>Mecanism de blocare obligatorie</p> <p>Carcasă sterilizabilă obligatorie</p> <p>Baterii ≤2</p> <p>Indicator stare baterii obligatorie</p> <p>Stajă încălzire baterii da, codul produsului</p> <p>Accesorii, adaptoare Broyce Kirchner, de glari</p>	<p>Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici de bază) Cod 130900</p> <p>Descriere Dispozitiv medical pentru intervenții ortopedice/traumatologice în mediul steril.</p> <p>Parametri Specificație</p> <p>Electric obligatorie</p> <p>Tip funcționare, min ≤15</p> <p>Pondere, W ≤100</p> <p>Greutate, gr ≤3000</p> <p>Sterilizare, metoda autoclavare ≤135 °C</p> <p>Viteză de rotație, r.p.m. ≤600</p> <p>Zgomot (dB) ≤75</p> <p>Mecanism de blocare obligatorie</p> <p>Carcasă sterilizabilă obligatorie</p> <p>Baterii ≤2</p> <p>Indicator stare baterii obligatorie</p> <p>Stajă încălzire baterii da, codul produsului</p> <p>Accesorii, adaptoare Broyce Kirchner, de glari</p>	CE ISO
55	Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici avansate) 130910	Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici avansate) 130910	NM-500	China	WUHU RUIJIN MEDICAL INSTRUMENT & DEVICE CO.,LTD	<p>Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici avansate) Cod 130910</p> <p>Descriere Dispozitiv medical pentru intervenții ortopedice/traumatologice în mediul steril, multifuncțional.</p> <p>Parametri Specificație</p> <p>Piesa de mână Electric obligatorie</p> <p>Multifuncțional obligatorie</p> <p>Pondere, W ≤100</p> <p>Greutate, gr ≤3500</p> <p>Sterilizare/metoda autoclavare ≤135 °C</p> <p>Viteză maximă de rotație, r.p.m. ≤600</p> <p>Zgomot (dB) ≤75</p> <p>Mecanism de blocare obligatorie</p> <p>Carcasă sterilizabilă obligatorie</p> <p>Baterii ≤2</p> <p>Indicator stare baterii obligatorie</p> <p>Stajă încălzire baterii obligatorie</p> <p>Accesorii/adaptoare Frecvență oscilantă Cap rotativ 360° da</p> <p>Frecvență r.p.m. ≥10000</p> <p>Sterilizare, autoclavare da</p> <p>Frecvență alternativă Frecvență r.p.m. &gt;10000</p> <p>Sterilizare, autoclavare da</p> <p>Freză de alezaj Viteză de rotație reglabilă</p> <p>Sterilizare, autoclavare da</p> <p>Perforatoare obligatorie</p> <p>Alte adaptoare optional</p> <p>Accesorii</p> <p>Lame pentru frezare 1 set, să se indice codul produsului</p> <p>Lame pentru frezarea alternativă 2 buc., să se indice codul produsului</p> <p>Burghie 1 set, să se indice codul produsului</p> <p>Cheie pentru fixare burghie 1 buc., să se indice codul produsului</p> <p>Genta pentru punere și transportare 1 buc., să se indice codul produsului</p> <p>Container pentru sterilizare 1 buc., să se indice codul produsului</p>	<p>Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici avansate) Cod 130910</p> <p>Descriere Dispozitiv medical pentru intervenții ortopedice/traumatologice în mediul steril, multifuncțional.</p> <p>Parametri Specificație</p> <p>Piesa de mână Electric obligatorie</p> <p>Multifuncțional obligatorie</p> <p>Pondere, W ≤100</p> <p>Greutate, gr ≤3500</p> <p>Sterilizare/metoda autoclavare ≤135 °C</p> <p>Viteză maximă de rotație, r.p.m. ≤600</p> <p>Zgomot (dB) ≤75</p> <p>Mecanism de blocare obligatorie</p> <p>Carcasă sterilizabilă obligatorie</p> <p>Baterii ≤2</p> <p>Indicator stare baterii obligatorie</p> <p>Stajă încălzire baterii obligatorie</p> <p>Accesorii/adaptoare Frecvență oscilantă Cap rotativ 360° da</p> <p>Frecvență r.p.m. ≥10000</p> <p>Sterilizare, autoclavare da</p> <p>Frecvență alternativă Frecvență r.p.m. &gt;10000</p> <p>Sterilizare, autoclavare da</p> <p>Freză de alezaj Viteză de rotație reglabilă</p> <p>Sterilizare, autoclavare da</p> <p>Perforatoare obligatorie</p> <p>Alte adaptoare optional</p> <p>Accesorii</p> <p>Lame pentru frezare 1 set, să se indice codul produsului</p> <p>Lame pentru frezarea alternativă 2 buc., să se indice codul produsului</p> <p>Burghie 1 set, să se indice codul produsului</p> <p>Cheie pentru fixare burghie 1 buc., să se indice codul produsului</p> <p>Genta pentru punere și transportare 1 buc., să se indice codul produsului</p> <p>Container pentru sterilizare 1 buc., să se indice codul produsului</p>	CE ISO

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele Jighii Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL TriumF-Motiv

Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4