

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1756314684729 din 2 sept 2025, 11:00 – 11 sept 2025, 11:00

Obiectul achiziției: Paturi pentru instituțiile medicale

Co d CP V	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumire a modelului bunului/se rviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
33 10 00 00 -1	1	Lot 1. Pat pentru instituțiile medicale	ME 22 + FM 01	Turcia	Optium	Lungime Totală – 2120 mm Lățime Totală 970 mm Înălțime Totală 500-550 mm (cu saltea 75+ 5 mm) Diametrul roți 127-130 mm 4 Roți cu frână Unghiul secțiunii din spate – 0-85 ° (±5°) Unghiul secțiunii picioarelor de susținere: 0-40° (±5°) Placă de oțel rece cu suprafață complet turnată Cadrul este vopsit prin camp electrolitic pentru a evita îmbătrânirea și rugina. Echipat cu ABS (sistem de antiblocare a roților), cele 6 bare din aluminiu ce alcatuiesc gardul de protecție pot cobori sau urca, echipat cu 2 manivele cu aplicare manuală, 4 roți pentru deplasare, din gama de lux Salteaua este inclusă în set Termen de Garanție: Cel puțin 24 luni	Paturi pentru instituțiile medicale Lungime Totală 2120 mm Lățime Totală 104 mm Înălțime Totală 400 mm (cu saltea 520 mm) Diametrul roți 125mm 4 Roți cu frână Unghiul secțiunii din spate – 0-80 ° Unghiul secțiunii picioarelor de susținere: 0-40° Placă de oțel rece cu suprafață complet turnată Cadrul este vopsit prin camp electrolitic pentru a evita îmbătrânirea și rugina. Dotat cu frine, și suport lateral pentru a preveni căderea pacientului, echipat cu 2 manivele cu aplicare manuală, 4 roți pentru deplasare, din gama de lux Salteaua este inclusă în set Termen de Garanție: 24 luni	ISO/CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL**

Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**