

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1707131110736
Obiectul achiziției: “<u>Servicii de deservire dispozitivelor medicale pentru a.2024 (repetat)</u>”

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar- de de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Lotul-5. Unitate radiologică mobilă	SIMPLY DR	Italia	IBIS	Unitate radiologică mobilă. Modelul Simply DR. Anul de producere 2021. Mentenanța preventivă conform manualului de service. Upgrade la sistemul software din contul ofertantului Cerințe suplimentare: 1. Deservirea utilajului se va efectua la sediul autorității contractante conform graficului stabilit; 2. În caz de urgență, specialistul se va prezenta la autoritatea contractantă timp de min 30 minute - maxim 3-4 ore; 3. Executorul se obligă: - Să efectueze controlul parametrilor tehnici; - Să testeze dispozitivul medical după fiecare intervenție conform manualului tehnic; - Să efectueze mentenanța preventivă, corectă, periodică și reparații de nivel înalt a dispozitivelor medicale; - Să îndeplinească formulare- model (fișa de	Unitate radiologică mobilă. Modelul Simply DR. Anul de producere 2021. Mentenanța preventivă conform manualului de service. Upgrade la sistemul software din contul ofertantului Cerințe suplimentare: 1. Deservirea utilajului se va efectua la sediul autorității contractante conform graficului stabilit; 2. În caz de urgență, specialistul se va prezenta la autoritatea contractantă timp de min 30 minute - maxim 3-4 ore; 3. Executorul se obligă: - Să efectueze controlul parametrilor tehnici; - Să testeze dispozitivul medical după fiecare intervenție conform manualului tehnic; - Să efectueze mentenanța preventivă, corectă, periodică și reparații de nivel înalt a dispozitivelor medicale; - Să îndeplinească formulare-model (fișa de	CE, ISO

				mentenanță, jurnalul de gardă) după fiecare intervenție la dispozitiv; - Să instruiască personalul medical în privința exploataării corecte aparaturii medical. 4. În prețul deservirii vor fi incluse: - lucrări de complicație joasă: mentenanța periodică, mentenanța preventivă și reparații curente a dispozitivelor medicale; Obligatoriu - lucrări de complicație înaltă: reparații cu schimbarea pachetelor electrice și pieselor costisitoare cu reglarea în ansamblu; - montarea consumabilelor și pieselor de schimb, ajustarea parametrilor; - lucrări de profilaxie, conform manualelor tehnice ale dispozitivelor medicale; - piese de schimb pentru lucrări de complicație joasă și asamblarea lor și verificarea parametrilor conform manualului tehnic	mentenanță, jurnalul de gardă) după fiecare intervenție la dispozitiv; - Să instruiască personalul medical în privința exploataării corecte aparaturii medical. 4. În prețul deservirii vor fi incluse: - lucrări de complicație joasă: mentenanța periodică, mentenanța preventivă și reparații curente a dispozitivelor medicale; Obligatoriu - lucrări de complicație înaltă: reparații cu schimbarea pachetelor electrice și pieselor costisitoare cu reglarea în ansamblu; - montarea consumabilelor și pieselor de schimb, ajustarea parametrilor; - lucrări de profilaxie, conform manualelor tehnice ale dispozitivelor medicale; - piese de schimb pentru lucrări de complicație joasă și asamblarea lor și verificarea parametrilor conform manualului tehnic	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____

Nume: Vasile MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Medexcom-Teh SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)