

FORMULARUL (F4.1)

Numărul licitației: 21055694		Data: 06.05.2022	Alternativa nr. N/A
Denumirea licitație : Dispozitive de laborator (Proiect științific național „Studiul comparativ al particularităților genomice, imunologice și funcționale ale carcinoamelor cu celule scuamoase în cinci localizări anatomice”)		Lot: 2-5	Pagina 1 din 1

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea mărfii	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Unitatea de măsură	Cantitatea	Standard	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33100000-1	2	Vortex	V-1 Plus	Letonia	Biosan	Gama de control a vitezei: 500 - 3000 RPM Modul de agitare pentru tuburi: 0,2 – 50 mL Principiul de agitare excentric: Da	Gama de control a vitezei: 500 - 3000 RPM; - Da ; Modul de agitare pentru tuburi: 0,2 – 50 mL; - Da ; Principiul de agitare excentric: Da; - Da .	Buc.	1	ISO, CE	30 zile de la solicitarea IMSP IO, pe parcursul anului 2022
33100000-1	3	Vortex cu multe viteze	MSV-3500	Letonia	Biosan	Gama de control a vitezei: 300 - 3000 RPM Module de agitare pentru tuburi: 1.5 mL, 5 mL, 15 mL, 15 mL Timer sonor: Da	Gama de control a vitezei: 300 - 3000 RPM; - Da , 300-3500 rpm; Module de agitare pentru tuburi: 1.5 mL, 5 mL, 15 mL; - Da , prin intermediul Platformei SV-8/15 , cu capacitatea de 8 tuburi de 15 mL, diametru 16 mm - <u>incluse in oferta totala de pret</u> ; Timer sonor: Da; - Da .	Buc.	1	ISO, CE	30 zile de la solicitarea IMSP IO, pe parcursul anului 2022
33100000-1	4	Micro-centrifugă de laborator	FVL-2400 N	Letonia	Biosan	Viteză: 100 – ≥ 1000 g Capacitate: 12 – 24 eprubete Volume eprubete: 1,5 – 2 mL Să includă adaptoare pentru tuburi 0.2 mL și 0.5 mL	Viteza:: 100 – ≥ 1000 g; - Da : Viteza de rotatie (fixa) (50 Hz) 2800 rpm Max. RCF (50 Hz) 500 x g Viteza de rotatie (fixa) (60 Hz) 3500 rpm Max. RCF (60 Hz) 700 x g Capacitate: 12 – 24 eprubete; - Da , 24 eprubere; Volume eprubete: 1,5 – 2 mL; - Da , 0.2/0.5/1.5/2 mL; Să includă adaptoare pentru tuburi 0.2 mL și 0.5 mL; - Da , prin intermediul Rotorului R-2/0.5/0.2 , care satisface cerintele pentru : 6 tuburi de 0.2 mL; 6 tuburi de 0.5 mL; 6 tuburi de 1.5 mL; 6 tuburi de 2 mL- <u>incluse in oferta totala de pret</u> .	Buc.	1	ISO, CE	30 zile de la solicitarea IMSP IO, pe parcursul anului 2022
33100000-1	5	Multivortex pentru tuburi 1.5 – 2.0 mL	MSV-3500	Letonia	Biosan	Gama de control a vitezei: 500 - 3000 RPM Modul de agitare pentru tuburi: 1.5/0.5/0.2 ml Capacitate: 10 – 20 tuburi 1.5 mL	Gama de control a vitezei: 500 - 3000 RPM; - Da , 300-3500 rpm; Modul de agitare pentru tuburi: 1.5/0.5/0.2 ml; - Da , prin intermediul Platformei SV-16/8 , cu capacitatea de 16/8/8 tuburi de 1.5/0.5/0.2 mL, diametru 11/8/6 mm - <u>incluse in oferta totala de pret</u> ; Capacitate: 10 – 20 tuburi 1.5 mL; - Da , 16 tuburi de 1.5 mL.	Buc.	1	ISO, CE	30 zile de la solicitarea IMSP IO, pe parcursul anului 2022

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea mărfii	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Unitatea de măsură	Cantitatea	Standard	Termenul de livrare/prestare
-----------	---------	------------------	---------------------	-----------------	--------------	---	--	--------------------	------------	----------	------------------------------

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru BOLEA În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova