

### Specificații tehnice (F4.1)

*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]*

	Numărul licitației:	1655477829847	Data: 29.07.2022		Alternativa nr.:
	Denumire a licitației:	Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP SCR Timofei Moșneaga	Lot: 2		Pagina: 1 din 16

LO T	Cod CPV	Denumirea pozitiei	Cantitate	UM	Produs Oferit	Producator/Tara	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	33100000-1	Masa chirurgicală pentru pacient, oftalmologica	3	Bucata	ETIUDA	Alvo, Polonia	<p>1.OPERARE: - Mecanismul de funcționare: de tip electrohidraulic. - Comandă: telecomandă cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei, cu transmisiune prin fir. - Panou de comandă cu butoane încorporat în masă, cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei. - Buton cu funcția de reîntoarcere la poziția inițială. - Sistem mobil cu minim 3 roți pentru mobilitatea mesei. - Sistem de frâne hidraulice, pentru poziționarea-fixarea sigură a mesei prin elevare - Operare de la 2 surse de energie independente: rețea de curent și acumulatori interni reîncărcabili (cu o durată autonomie minim 60 de manipulații).</p>	<p>1.OPERARE: - Mecanismul de funcționare: de tip electrohidraulic. - Comandă: telecomandă cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei, cu transmisiune prin fir. - Panou de comandă cu butoane încorporat în masă, cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei. - Buton cu funcția de reîntoarcere la poziția inițială. - Sistem mobil cu minim 3 roți pentru mobilitatea mesei. - Sistem de frâne hidraulice, pentru poziționarea-fixarea sigură a mesei prin elevare - Operare de la 2 surse de energie independente: rețea de curent și acumulatori interni reîncărcabili (cu o durată autonomie minim 60 de manipulații).</p>	ISO/CE

						<p>2.PARTICULARITĂȚI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grosime saltea minim 65 mm, înveliș lavabil, rezistent la acțiuni mecanice și chimice (dezinfectanți). - Interval de altitudine: minim 65 ±10cm pozitie jos, minim 110 ± 10 pozitie sus. - Trendelenburg: Cap sus: minim 40 °. - Trendelenburg reversat : Cap jos:minim 40 °. - Înclinare lateral: minim 30 °</li> <li>Secțiune stânga / dreapta. - Secțiunea spate: Sus: minim +70 °, Jos: minim -40 ° - Flex unghiul minim 210 Reflex: unghiul maxim 110</li> <li>- Secțiunea picioarelor: Sus: minim +20 °, Jos: minim -90°. - Secțiunea picioarelor: divizată, cu fixator-curea pentru picior. - Secțiunea cap: minim +35 ° sus, jos minim -80 °. - Partea superioară a mesei: glisarea spre cap: minim 200 mm; glisarea spre picioare: minim 330 mm. - Poziția corectă din punct de vedere anatomic pe scaun: Da.</li> <li>- Capacitate minimă de ridicare 250 kg.</li> <li>- Capacitate minimă articulație 250 kg. - Dimensiuni blat 2080±50 mm × 500±20 mm. - Dimensiunea șinei laterale aflată pe tot perimetrul mesei: grosime 10 mm, lățime 25 mm (eurostandart). - Tensiune de alimentare 200-240V (50-60Hz). - Temperatura ambientă de lucru 10-40 ° C. - Scurgeri de curent electric: mai puțin de 100 de microamperi. - Radiotransparența. - Accesibilitatea sistemului de angiografie portabil (C-arm).</li> </ul>	<p>2.PARTICULARITĂȚI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grosime saltea 80 mm, înveliș lavabil, rezistent la acțiuni mecanice și chimice (dezinfectanți).</li> <li>- Interval de altitudine: 70-103cm (fara saltele).</li> <li>- Trendelenburg: Cap sus: 40 °.</li> <li>- Trendelenburg reversat : Cap jos:40°.</li> <li>- Înclinare lateral: 30 ° Secțiune stânga / dreapta.</li> <li>- Secțiunea spate: Sus: +85 °, Jos: -45 °</li> <li>- Flex / Reflex: 225 ° / 95 °</li> <li>- Secțiunea picioarelor: Sus: +20 °, Jos: -90°.</li> <li>- Secțiunea picioarelor: divizată, cu fixator-curea pentru picior.</li> <li>- Secțiunea cap: +55 ° sus, jos -90 °.</li> <li>- Partea superioară a mesei: glisarea spre cap: 200 mm / până la picioare: 420 mm.</li> <li>- Poziția corectă din punct de vedere anatomic pe scaun: Da.</li> <li>- Capacitate de ridicare 275 kg.</li> <li>- Capacitate articulație 250 kg.</li> <li>- Dimensiuni blat 2100 × 500 mm.</li> <li>- Dimensiunea șinei laterale aflată pe tot perimetrul mesei: grosime 10 mm, lățime 25 mm (eurostandart).</li> <li>- Tensiune de alimentare 200-240V (50-60Hz).</li> <li>- Temperatura ambientă de lucru 10-40 ° C.</li> <li>- Scurgeri de curent electric: mai puțin de 100 de microamperi</li> <li>- Radiotransparența.</li> </ul>	
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						<p>- Accesibilitatea sistemului de angiografie portabil (C-arm).</p> <p>3.ACCESSORII:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suport pentru cap de tip potcoavă, ce asigură confortul pacientului și poziționarea fixă adaptabilă, suprafețe lavabile și rezistente la acțiuni mecanice și chimice (dezinfectanți) – 1 buc. –</li> <li>Suport pentru cap de tip inel/ cerc, ce asigură confortul pacientului și poziționarea fixă adaptabilă, cu suprafețe lavabile și rezistente la acțiuni mecanice și chimice (dezinfectanți)- 1 buc</li> <li>- Suport pentru mâinile operator (chirurg) cu ajustare pe verticală , tip frontal (forma de potcoavă)-1 buc</li> <li>Suport pentru mâini pacient cu fixator(curea) lungime de cca. 80 mm ±5mm - DA, 2 buc.</li> <li>- Suport pentru perfuzii-1 buc.</li> <li>- Suport/ecran de anestezie-1 buc.</li> <li>- Lacat pentru fixarea accesoriilor pe sinele laterale ale mesei-4 buc.</li> </ul> <p>4. CERINȚE DE CERTIFICARE: - Anul producerii – 2022. - Conformitate cu directiva 93/42 CEE - Certificat CE</p>	<p>- Accesibilitatea sistemului de angiografie portabil (C-arm).</p> <p>3.ACCESSORII:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suport pentru cap de tip potcoavă, ce asigură confortul pacientului și poziționarea fixă adaptabilă, suprafețe lavabile și rezistente la acțiuni mecanice și chimice (dezinfectanți) – 1 buc (cod produs 4-09-042)</li> <li>- Suport pentru cap de tip inel/ cerc, ce asigură confortul pacientului și poziționarea fixă adaptabilă, cu suprafețe lavabile și rezistente la acțiuni mecanice și chimice (dezinfectanți)- 1 buc Cod produs Trulife EL012</li> <li>- Suport pentru mâinile operator (chirurg) cu ajustare pe verticală , tip frontal (forma de potcoavă)-1 buc (cod produs 4-09-044)</li> <li>- Suport pentru mâini pacient cu fixator(curea) lungime de cca. 80 mm ±5mm - DA, 2 buc. (cod produs 4-09-012, 2 fixatoare incluse)</li> <li>- Suport pentru perfuzii-1 buc. (cod produs 4-09-052)</li> <li>- Suport/ecran de anestezie-1 buc. (cod produs 4-09-050)</li> <li>- Lacat pentru fixarea accesoriilor pe sinele laterale ale mesei-4 buc. (cod produs 4-09-061)</li> </ul> <p>4. CERINȚE DE CERTIFICARE: Anul producerii – 2022 - Conformitate cu directiva 93/42 CEE</p>
--	--	--	--	--	--	---	---

							<p>sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura participantului- Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. - Instalare de către participantul câștigător - Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu. Documente confirmative: - Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza). - Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat. Ghid rapid al utilizatorului în limba de stat sau în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza)</p>	<p>- Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. - Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. - Instalare de către participantul câștigător - Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu. Documente confirmative: - Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza). - Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat. Ghid rapid al utilizatorului în limba de stat sau în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza)</p>	
2	33100000-1	Masă chirurgicală pentru intervenții toracice	2	Bucătăria	SEREN ADA	Alvo, Polonia	<p><b>1. OPERARE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masa modulară compusă din 5-6 segmente.</li> <li>- Mecanismul de funcționare: de tip electrohidraulic.</li> <li>- Comanda: telecomandă cu pictograme și butoane corespunzătoare funcțiilor mesei, cu transmisiune prin fir</li> </ul>	<p><b>1. OPERARE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masa modulară compusă din 5 segmente.</li> <li>- Mecanismul de funcționare: de tip electrohidraulic.</li> <li>- Comanda: telecomandă cu pictograme și butoane corespunzătoare funcțiilor mesei, cu transmisiune prin fir</li> </ul>	ISO/CE

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Panou de comanda cu butoane încorporat in masă, cu pictograme si butoane corespunzător funcțiilor mesei.</li> <li>- Buton cu funcția de reîntoarcere la poziția inițială.</li> <li>- Sistem mobil cu minim 3 roți pentru mobilitatea mesei.</li> <li>- Sistem de frâne, pentru poziționarea-fixarea sigură a mesei.</li> <li>- Operare de la 2 surse de energie independente: rețea de curent si acumulatori interni reîncărcabili (cu o durată autonomie minim 60 min ).</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>2.PARTICULARITATI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grosime saltea minim 65 mm, invelis lavabil, rezistent la acțiuni mecanice și chimice (dezinfectanți).</li> <li>- Interval de altitudine: minim 65 ±10cm pozitia de jos, minim 110 ± 10cm pozitia de sus</li> <li>- Trendelenburg: Cap sus: minim 40 °, - Trendelenburg reversat : Cap jos:minim 40 °</li> <li>- Înclinare lateral: minim 30 ° Secțiune stânga / dreapta</li> <li>- Secțiunea spate: Sus: minim 70 °, Jos: minim -30 °</li> <li>- Flex unghiul minim 210 Reflex: unghiul maxim 110.</li> <li>- Secțiunile cap, spate și picioare: detașabile și interschimbabile.</li> <li>- Modul de extensie al zonei de “cap” cu perne aditionale pentru a putea fi efectuata pliarea in zona toracica in cazul mesei cu 5 segmente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Panou de comanda cu butoane încorporat in masă, cu pictograme si butoane corespunzător funcțiilor mesei.</li> <li>- Buton cu funcția de reîntoarcere la poziția inițială.</li> <li>- Sistem mobil cu minim 3 roți pentru mobilitatea mesei.</li> <li>- Sistem de frâne, pentru poziționarea-fixarea sigură a mesei.</li> <li>- Operare de la 2 surse de energie independente: rețea de curent si acumulatori interni reîncărcabili (cu o durată autonomie minim 60 min ).</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>2.PARTICULARITATI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grosime saltea 80mm, invelis lavabil, rezistent la acțiuni mecanice și chimice (dezinfectanți).</li> <li>- Interval de altitudine: 67cm, 112cm</li> <li>- Trendelenburg: Cap sus: 40 °, - Trendelenburg reversat : Cap jos: 40 °</li> <li>- Înclinare lateral: 30 ° Secțiune stânga / dreapta</li> <li>- Secțiunea spate: Sus: 75 °, Jos: -35 °</li> <li>- Flex / Reflex: 215 ° / 105 °</li> <li>- Secțiunile cap, spate și picioare: detașabile și interschimbabile.</li> <li>- Modul de extensie al zonei de “cap” cu perne aditionale pentru a putea fi efectuata pliarea in zona toracica in cazul mesei cu 5 segmente</li> </ul>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitatea de articulare in zona toracica cu altitudinea minima 15 cm, de specificat in brosură/catalog oferit spre evaluare.</li> <li>- Secțiunea picioarelor: Sus: minim +20 °, Jos: minim -90°</li> <li>- Secțiunea picioarelor: detasabile, divizata, cu spatiu pentru interventiile ginecologice, cu fixator-curea pentru picior.</li> <li>- Secțiunea cap: minim +35 ° sus, jos minim -80 ° (manual)</li> <li>- Partea superioară a mesei: glisează spre cap: minim 200 mm / glisare spre picioare: minim 330 mm.</li> <li>- Poziția corectă din punct de vedere anatomic pe scaun: Da.</li> <li>- Extensia spate ajustabila cu “kidney bridge” motorizat (electronic) controlabil de la telecomandă și panoul de comandă.</li> <li>- Capacitate minimă de ridicare 250 kg.</li> <li>- Capacitate minimă articulație 250 kg.</li> <li>- Dimensiuni blat 2080±50 mm × 500±20 mm</li> <li>- Dimensiunea șinei laterale aflata pe tot perimetrul mesei: grosime 10 mm, lățime 25 mm (eurostandart)</li> <li>- Tensiune de alimentare 200-240V (50-60Hz).</li> <li>- Temperatura ambientă de lucru 10-40 ° C.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitatea de articulare in zona toracica (se masoara in grade, nu centimetri) este de 105°, este specificat in documentul denumit Alvo Serenada Flex Reflex oferit spre evaluare.</li> <li>- Secțiunea picioarelor: Sus: +20 °, Jos: -90°</li> <li>- Secțiunea picioarelor: detasabile, divizata, cu spatiu pentru interventiile ginecologice, cu fixator-curea pentru picior.</li> <li>- Secțiunea cap: +55 ° sus, jos minim -90 °</li> <li>- Partea superioară a mesei: glisează spre cap: 200 mm / până la picioare: 420 mm.</li> <li>- Poziția corectă din punct de vedere anatomic pe scaun: Da.</li> <li>- Extensia spate ajustabila cu “kidney bridge” motorizat (electronic) controlabil de la telecomandă și panoul de comandă.</li> <li>- Capacitate minimă de ridicare 275 kg.</li> <li>- Capacitate minimă articulație 250 kg.</li> <li>- Dimensiuni blat 2120 × 500mm</li> <li>- Dimensiunea șinei laterale aflata pe tot perimetrul mesei: grosime 10 mm, lățime 25 mm (eurostandart)</li> <li>- Tensiune de alimentare 200-240V (50-60Hz).</li> <li>- Temperatura ambientă de lucru 10-40 ° C</li> </ul>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scurgeri de curent electric: mai puțin de 100 de microamperi</li> <li>- Tunel pentru casetele X-ray- pe toata lungimea mesei <ul style="list-style-type: none"> <li>- Radiotransparenta.</li> <li>- Accesibilitatea sistemului de angiografie portabil (C-arm).</li> </ul> </li> <li>3.ACCESORII: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suport lateral al miini detasabil cu fixator pozitie si fixare brat cu curea- 2 buc</li> <li>- Suport lateral elevat al miini detasabil cu fixator pozitie si fixare brat cu curea- 1 buc <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suport pubian-1 buc</li> <li>- Suport lombar-1 buc</li> <li>- Suport toracic-1 buc</li> </ul> </li> <li>- Curele de fixare al zonei femurale-2 buc.</li> <li>- Perna pentru suport picioare in pozitie laterala, in cazul pozitionarii laterale al pacientului <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vas pentru deseuri.-1 buc</li> <li>- Suport pentru perfuzii-1 buc.</li> <li>- Suport/ecran de anestezie-1 buc.</li> </ul> </li> <li>- Suport pentru picioare/genunchi de tip Gopel +accesoriile de fixare de masa- 1 set sau 1 pereche</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scurgeri de curent electric: mai puțin de 100 de microamperi</li> <li>- Tunel pentru casetele X-ray- pe toata lungimea mesei <ul style="list-style-type: none"> <li>- Radiotransparenta.</li> <li>- Accesibilitatea sistemului de angiografie portabil (C-arm).</li> </ul> </li> <li>3.ACCESORII: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suport lateral al miini detasabil cu fixator pozitie si fixare brat cu curea- 2 buc (cod produs 4-09-012)</li> <li>- Suport lateral elevat al miini detasabil cu fixator pozitie si fixare brat cu curea- 1 buc (cod produs 4-09-011)</li> <li>- Suport pubian-1 buc (cod produs 4-09-019)</li> <li>- Suport lombar-1 buc (cod produs 4-09-025)</li> <li>- Suport toracic-1 buc (cod produs 4-09-016)</li> <li>- Curele de fixare al zonei femurale-2 buc. (cod produs 4-09-021)</li> <li>- Perna pentru suport picioare in pozitie laterala, in cazul pozitionarii laterale al pacientului (cod produs EL800) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vas pentru deseuri.-1 buc</li> <li>- Suport pentru perfuzii-1 buc. (cod produs 4-09-052)</li> <li>- Suport/ecran de anestezie-1 buc. (cod produs 4-09-050)</li> </ul> </li> <li>- Suport pentru picioare/genunchi de tip Gopel +accesoriile de fixare de masa- 1 set sau 1 pereche (cod produs 4-09-010)</li> </ul> </li> </ul>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lacat pentru fixarea accesoriilor pe sinele laterale ale mesei-4 buc.</li> </ul> <p>4. CERINȚE DE CERTIFICARE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Anul producerii – 2022.</li> <li>- Conformitate cu directiva 93/42 CEE <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura Participantului.</li> </ul> </li> <li>- Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instalare de către participantul câștigător</li> <li>- Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu.Documente confirmative: manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza).</li> <li>- Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat.</li> </ul> </li> <li>- Ghid rapid al utilizatorului in limba de stat sau in una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lacat pentru fixarea accesoriilor pe sinele laterale ale mesei-4 buc. (cod produs 4-09-061)</li> </ul> <p>4. CERINȚE DE CERTIFICARE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Anul producerii – 2022.</li> <li>- Conformitate cu directiva 93/42 CEE <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului.</li> </ul> </li> <li>- Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instalare de către participantul câștigător</li> <li>- Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu.Documente confirmative: manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza).</li> <li>- Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat.</li> </ul> </li> <li>- Ghid rapid al utilizatorului in limba de stat sau in una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza).</li> </ul>	
2	33100000 0-1	Masă chirurgicală standard	2	Bucătăria	SEREN ADA	Alvo, Polonia	<p>OPERARE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masa compusa din 6 segmente.</li> <li>- Mecanismul de functionare: de tip electrohidraulic.</li> </ul>	<p>1.OPERARE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masa compusa din 6 segmente.</li> <li>- Mecanismul de functionare: de tip electrohidraulic.</li> </ul>	ISO/CE



		cu kidney elevator				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comanda: telecomandă cu pictograme si butoane corespunzător funcțiilor mesei, cu transmisiune prin fir</li> <li>- Panou de comanda cu butoane încorporat in masă, cu pictograme si butoane corespunzător funcțiilor mesei.</li> <li>- Buton cu funcția de reîntoarcere la poziția inițială.</li> <li>- Sistem mobil cu minim 3 roți pentru mobilitatea mesei.</li> <li>- Sistem de frâne, pentru poziționarea-fixarea sigură a mesei.</li> <li>- Operare de la 2 surse de energie independente: rețea de curent si acumulatori interni reîncărcabili (cu o durată autonomie minim 60 min ).</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>2.PARTICULARITATI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grosime saltea minim 65 mm, invelis lavabil, rezistent la acțiuni mecanice și chimice (dezinfectanți).</li> <li>- Interval de altitudine: minim 65 ±10cm pozitie jos, minim 110 ± 10 pozitie sus.</li> <li>- Trendelenburg: Cap sus: minim 40 °</li> <li>- Trendelenburg reversat : Cap jos:minim 40 °</li> <li>- Înclinare lateral: minim 20 ° Secțiune stânga / dreapta</li> <li>- Secțiunea spate: Sus: minim 70 °, Jos: minim -30 °</li> <li>- Flex unghiul minim 210 Reflex: unghiul maxim 110</li> <li>- Secțiunea picioarelor: Sus: minim +20 °, Jos: minim -90°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comanda: telecomandă cu pictograme si butoane corespunzător funcțiilor mesei, cu transmisiune prin fir</li> <li>- Panou de comanda cu butoane încorporat in masă, cu pictograme si butoane corespunzător funcțiilor mesei.</li> <li>- Buton cu funcția de reîntoarcere la poziția inițială.</li> <li>- Sistem mobil cu minim 3 roți pentru mobilitatea mesei.</li> <li>- Sistem de frâne, pentru poziționarea-fixarea sigură a mesei.</li> <li>- Operare de la 2 surse de energie independente: rețea de curent si acumulatori interni reîncărcabili (cu o durată autonomie minim 60 min ).</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>2.PARTICULARITATI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grosime saltea 80mm, invelis lavabil, rezistent la acțiuni mecanice și chimice (dezinfectanți).</li> <li>- Interval de altitudine: 67cm, 112cm</li> <li>- Trendelenburg: Cap sus: 40 °,</li> <li>- Trendelenburg reversat : Cap jos: 40 °</li> <li>- Înclinare lateral: 30 ° Secțiune stânga / dreapta</li> <li>- Secțiunea spate: Sus: 75 °, Jos: -35 °</li> <li>- Flex / Reflex: 215 ° / 105 °</li> <li>- Secțiunea picioarelor: Sus: +20 °, Jos: -90°</li> </ul>	
--	--	--------------------------	--	--	--	---	--	--

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Secțiunea picioarelor: detasabile, divizata, cu spatiu pentru interventiile ginecologice, cu fixator-curea pentru picior.</li> <li>- Secțiunea cap: minim +35 ° sus, jos minim -80 ° (manual)</li> <li>- Partea superioară a mesei: glisează spre cap: minim 200 mm / glisare spre picioare: minim 330 mm.</li> <li>- Sectiune pentru rinichi cu inaltime ajustabila minim 120mm</li> <li>- Extensia spate ajustabila cu “kidney bridge” motorizat (electronic) controlabil de la telecomandă și panoul de comandă</li> <li>- Poziția corectă din punct de vedere anatomic pe scaun: Da.</li> <li>- Capacitate minimă de ridicare 250 kg.</li> <li>- Capacitate minimă articulație 250 kg.</li> <li>- Dimensiuni blat 2180±50 mm × 500±20 mm</li> <li>- Dimensiunea șinei laterale aflată pe tot perimetrul mesei: grosime 10 mm, lățime 25 mm (eurostandart)</li> <li>- Tensiune de alimentare 200-240V (50-60Hz).</li> <li>- Temperatura ambiantă de lucru 10-40 ° C</li> <li>- Scurgeri de curent electric: mai puțin de 100 de microamperi</li> <li>- Tunel pentru casetele X-ray- pe toata lungimea mesei <ul style="list-style-type: none"> <li>- Radiotransparenta.</li> <li>- Accesibilitatea sistemului de angiografie portabil (C-arm).</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Secțiunea picioarelor: detasabile, divizata, cu spatiu pentru interventiile ginecologice, cu fixator-curea pentru picior.</li> <li>- Secțiunea cap: +55 ° sus, jos minim -90 °</li> <li>- Partea superioară a mesei: glisează spre cap: 200 mm / până la picioare: 420 mm.</li> <li>- Sectiune pentru rinichi cu inaltime ajustabila 120mm</li> <li>- Extensia spate ajustabila cu “kidney bridge” motorizat (electronic) controlabil de la telecomandă și panoul de comandă.</li> <li>- Poziția corectă din punct de vedere anatomic pe scaun: Da.</li> <li>- Capacitate minimă de ridicare 275 kg.</li> <li>- Capacitate minimă articulație 250 kg.</li> <li>- Dimensiuni blat 2120 × 500mm</li> <li>- Dimensiunea șinei laterale aflată pe tot perimetrul mesei: grosime 10 mm, lățime 25 mm (eurostandart)</li> <li>- Tensiune de alimentare 200-240V (50-60Hz).</li> <li>- Temperatura ambiantă de lucru 10-40 ° C</li> <li>- Scurgeri de curent electric: mai puțin de 100 de microamperi</li> <li>- Tunel pentru casetele X-ray- pe toata lungimea mesei <ul style="list-style-type: none"> <li>- Radiotransparenta.</li> <li>- Accesibilitatea sistemului de angiografie portabil (C-arm).</li> </ul> </li> </ul>	
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						<p>3.ACCESSORII:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suport lateral al miini detasabil cu fixator pozitie si fixare brat cu curea- 2 buc</li> <li>- Suport lateral elevat al miini detasabil cu fixator pozitie si fixare brat cu curea- 1 buc <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suport pubian-1 buc</li> <li>- Suport lombar-1 buc</li> <li>- Suport toracic-1 buc.</li> <li>- Suport talpi pacient-2 buc.</li> </ul> </li> <li>- Curele de fixare al zonei femurale-2 buc.</li> <li>- Perna pentru suport picioare in pozitie laterala, in cazul pozitionarii laterale al pacientului <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vas pentru deseuri.-1 buc</li> <li>- Suport pentru perfuzii-1 buc.</li> <li>- Suport/ecran de anestezie-1 buc.</li> <li>-</li> </ul> </li> <li>Suport pentru picioare/genunchi de tip Gopel +accesoriile de fixare de masa- 1 set sau 1 pereche</li> <li>- Lacat pentru fixarea accesoriilor pe sinele laterale ale mesei-4 buc.</li> </ul> <p>4. CERINȚE DE CERTIFICARE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Anul producerii- 2022.</li> <li>- Conformitate cu directiva 93/42 CEE</li> </ul>	<p>3.ACCESSORII:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suport lateral al miini detasabil cu fixator pozitie si fixare brat cu curea- 2 buc (cod produs 4-09-012)</li> <li>- Suport lateral elevat al miini detasabil cu fixator pozitie si fixare brat cu curea- 1 buc (cod produs 4-09-011)</li> <li>- Suport pubian-1 buc (cod produs 4-09-019)</li> <li>- Suport lombar-1 buc (cod produs 4-09-025)</li> <li>- Suport toracic-1 buc (cod produs 4-09-016)</li> <li>Suport talpi pacient-2 buc. (cod produs 4-09-038)</li> <li>- Curele de fixare al zonei femurale-2 buc. (cod produs 4-09-021)</li> <li>- Perna pentru suport picioare in pozitie laterala, in cazul pozitionarii laterale al pacientului (cod produs EL800) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vas pentru deseuri.-1 buc</li> <li>- Suport pentru perfuzii-1 buc. (cod produs 4-09-052)</li> <li>- Suport/ecran de anestezie-1 buc. (cod produs 4-09-050)</li> </ul> </li> <li>- Suport pentru picioare/genunchi de tip Gopel +accesoriile de fixare de masa- 1 set sau 1 pereche (cod produs 4-09-010)</li> <li>- Lacat pentru fixarea accesoriilor pe sinele laterale ale mesei-4 buc. (cod produs 4-09-061)</li> </ul> <p>4. CERINȚE DE CERTIFICARE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Anul producerii – 2022.</li> <li>- Conformitate cu directiva 93/42 CEE</li> </ul>	
--	--	--	--	--	--	---	---	--

							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura Participantului.</li> <li>- Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului.</li> <li>- Instalare de către participantul câștigător</li> <li>- Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu. Documente confirmative: manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza).</li> <li>- Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat.</li> <li>- Ghid rapid al utilizatorului în limba de stat sau în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului.</li> <li>- Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului.</li> <li>- Instalare de către participantul câștigător</li> <li>- Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu. Documente confirmative: manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza).</li> <li>- Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat.</li> <li>- Ghid rapid al utilizatorului în limba de stat sau în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza).</li> </ul>	
2	33100000 0-1	Masa chirurgi cală pentru pacient, ORL	3	Bucătăria	ETIUDA	Alvo, Polonia	<p style="text-align: center;"><b>OPERARE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masa compusa din 5 segmente.</li> <li>- Mecanismul de functionare: de tip electrohidraulic.</li> <li>- Comanda: telecomandă cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei, cu transmisiune prin fir</li> <li>- Panou de comanda cu butoane încorporat în masă, cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>OPERARE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masa compusa din 5 segmente.</li> <li>- Mecanismul de funcționare: de tip electrohidraulic.</li> <li>- Comandă: telecomandă cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei, cu transmisiune prin fir.</li> <li>- Panou de comandă cu butoane încorporat în masă, cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei.</li> <li>- Buton</li> </ul>	ISO/CE

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Buton cu funcția de reîntoarcere la poziția inițială.</li> <li>- Sistem mobil cu minim 3 roți pentru mobilitatea mesei.</li> <li>- Sistem de frâne, pentru poziționarea-fixarea sigură a mesei.</li> <li>- Operare de la 2 surse de energie independente: rețea de curent și acumulatori interni reîncărcabili (cu o durată autonomie minim 60 min).</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>2.PARTICULARITATI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grosime saltea minim 65 mm, invelis lavabil, rezistent la acțiuni mecanice și chimice (dezinfectanți).</li> <li>- Interval de altitudine: minim 65 ±10cm pozitie jos, minim 110 ± 10 pozitie sus</li> <li>- Trendelenburg: Cap sus: minim 40 °</li> <li>- Trendelenburg reversat : Cap jos:minim 40 °</li> <li>- Înclinare lateral: minim 30 ° Secțiune stânga / dreapta</li> <li>- Secțiunea spate: Sus: minim 70 °, Jos: minim -40 °</li> <li>- Flex unghiul minim 210 Reflex: unghiul maxim 110</li> <li>- Secțiunea picioarelor: Sus: minim +20 °, Jos: minim -90°</li> <li>- Secțiunea picioarelor: detasabile, divizata, cu spatiu pentru interventiile ginecologice, cu fixator-curea pentru picior.</li> <li>- Secțiunea cap: minim +35 ° sus, jos minim -80 ° (manual)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>cu funcția de reîntoarcere la poziția inițială. - Sistem mobil cu minim 3 roți pentru mobilitatea mesei. - Sistem de frâne hidraulice, pentru poziționarea-fixarea sigură a mesei prin elevare - Operare de la 2 surse de energie independente: rețea de curent și acumulatori interni reîncărcabili (cu o durată autonomie minim 60 de manipulații).</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>2.PARTICULARITĂȚI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grosime saltea 80 mm, înveliș lavabil, rezistent la acțiuni mecanice și chimice (dezinfectanți).</li> <li>- Interval de altitudine: 70-103cm (fara saltele).</li> <li>- Trendelenburg: Cap sus: 40 °.</li> <li>- Trendelenburg reversat : Cap jos:40°.</li> <li>- Înclinare lateral: 30 ° Secțiune stânga / dreapta.</li> <li>- Secțiunea spate: Sus: +85 °, Jos: -45 °</li> <li>- Flex / Reflex: 225 ° / 95 °</li> <li>- Secțiunea picioarelor: Sus: +20 °, Jos: -90°.</li> <li>Secțiunea picioarelor: detasabile, divizata, cu spatiu pentru interventiile ginecologice, cu fixator-curea pentru picior.</li> <li>- Secțiunea cap: +55 ° sus, jos -90 °.</li> </ul>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Partea superioară a mesei: glisează spre cap: minim 200 mm / glisare spre picioare: minim 330 mm.</li> <li>- Sectiune pentru rinichi cu inaltime ajustabila minim 120mm</li> <li>- Poziția corectă din punct de vedere anatomic pe scaun: Da.</li> <li>- Capacitate minimă de ridicare 250 kg.</li> <li>- Capacitate minimă articulație 250 kg.</li> </ul> <p>Dimensiuni blat 2080±50 mm × 500±20 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensiunea șinei laterale aflată pe tot perimetrul mesei: grosime 10 mm, lățime 25 mm (eurostandart)</li> <li>- Tensiune de alimentare 200-240V (50-60Hz).</li> <li>- Temperatura ambiantă de lucru 10-40 ° C</li> <li>- Scurgeri de curent electric: mai puțin de 100 de microamperi</li> <li>- Tunel pentru casetele X-ray- pe toata lungimea mesei <ul style="list-style-type: none"> <li>- Radiotransparența.</li> <li>- Accesibilitatea sistemului de angiografie portabil (C-arm).</li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>3.ACCESSORII:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suport lateral al miini detasabil cu fixator pozitie si fixare brat cu curea- 2 buc</li> <li>- Suport pentru cap de tip potcoavă, ce asigură confortul pacientului și poziționarea fixă adaptabilă, suprafețe lavabile și rezistente la acțiuni mecanice și chimice (dezinfectanți) – 1 buc..</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Partea superioară a mesei: glisarea spre cap: 200 mm / până la picioare: 420 mm.</li> <li>- Sectiune pentru rinichi cu inaltime ajustabila minim 120mm</li> <li>- Poziția corectă din punct de vedere anatomic pe scaun: Da.</li> <li>- Capacitate de ridicare 275 kg.</li> <li>- Capacitate articulație 250 kg.</li> <li>- Dimensiuni blat 2100 × 500 mm.</li> </ul> <p>- Dimensiunea șinei laterale aflată pe tot perimetrul mesei: grosime 10 mm, lățime 25 mm (eurostandart).</p> <p>- Tensiune de alimentare 200-240V (50-60Hz).</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">Temperatura ambiantă de lucru 10-40 ° C.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Scurgeri de curent electric: mai puțin de 100 de microamperi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Radiotransparența.</li> <li>- Accesibilitatea sistemului de angiografie portabil (C-arm).</li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>3.ACCESSORII:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suport lateral al miini detasabil cu fixator pozitie si fixare brat cu curea- 2 buc (cod produs 4-09-012)</li> <li>- Suport pentru cap de tip potcoavă, ce asigură confortul pacientului și poziționarea fixă adaptabilă, suprafețe lavabile și rezistente la acțiuni mecanice și chimice (dezinfectanți) – 1 buc (cod produs 4-09-042)</li> </ul>	
--	--	--	--	--	--	---	---	--

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suport pentru perfuzii-1 buc.</li> <li>-Suport atasabil la masa pentru suport cap destinat operatiilor ORL- 1 buc.</li> <li>- Suport/ecran de anestezie-1 buc.</li> <li>- Lacat pentru fixarea accesoriilor pe sinele laterale ale mesei-4 buc.</li> </ul> <p>4. CERINȚE DE CERTIFICARE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Anul producerii- 2022.</li> <li>- Conformitate cu directiva 93/42 CEE</li> <li>- Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura Participantului.</li> <li>- Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului.</li> <li>- Instalare de către participantul câștigător</li> <li>- Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu.Documente confirmative: manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suport pentru perfuzii-1 buc. (cod produs 4-09-052)</li> <li>-Suport atasabil la masa pentru suport cap destinat operatiilor ORL- 1 buc.(cod produs 4-09-044)</li> <li>- Suport/ecran de anestezie-1 buc. (cod produs 4-09-050)</li> <li>- Lacat pentru fixarea accesoriilor pe sinele laterale ale mesei-4 buc. (cod produs 4-09-061)</li> </ul> <p>4. CERINȚE DE CERTIFICARE:</p> <p>Anul producerii – 2022 - Conformitate cu directiva 93/42 CEE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului.</li> <li>- Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului.</li> <li>- Instalare de către participantul câștigător</li> <li>- Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu.Documente confirmative:</li> <li>- Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza).</li> </ul>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							- Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat. - Ghid rapid al utilizatorului in limba de stat sau in una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza).	- Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat. Ghid rapid al utilizatorului in limba de stat sau in una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza)	
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Semnat: 

**Numele, Prenumele: Andrei Bocancea**

**În calitate de: Director**

**Ofertantul: SRL Penta Trading**

**Adresa: str. Mesterul Manole 9**

