

Specificații tehnice (F 4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	MTenderID ocds-b3wdp1-MD-1631876468473	Data: 23 octombrie 2021	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	“Achizițai Dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor lista suplimentară 14, pentru anul 2021”	Lot Nr.: 2	Pagina: 1 din 3

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant Medexcom-Teh SRL	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
33100000-1	Dispozitiv doppler a vaselor extra și intracraniene (Lot nr 2)	XARIO 100G	JAPONIA	CANON MEDICAL SYSTEM S	Dispozitiv doppler a vaselor extra și intracraniene APLICAȚII CLINICE Vizualizarea arterei principale carotide, venelor vertebrale, vizualizarea vaselor sangvine intra și extracraniene Descriere generală Tip dispozitiv Staționar PROBE PORTURI ≥3 Indicator port activ da PROBE TIP, MHz Linear pentru vizualizarea arterei carotide 4,4 – 11 Mhz Sectorial pentru vizualizarea vaselor extra și intracraniene 2-5 Mhz Multifrecvență min 9 frecvențe da NIVELE DE GRI ≥256 GAMA DINAMICĂ ≥180dB Adâncimea scanării ≥ 39 cm Diapazon frecvență ≥1-18 Mhz Sonde acceptate de sistem convexe, TEE, intra-operative, Sectoriale matriciale, volumetrice matriciale 4D, CW pencil, etc POSTPROCESARE da IMAGINE MODURI 2D-mod da Real time Dual 2-D +Doppler da Phased Array Inversed Harmonics da Angio da M-Mode color da Compunere spațială da Armonici tisulare Armonici tisulare diferențiale da DOPPLER Tip PW, CFM, Tisular, vizualizare micro-vasculară Flux dinamic avansat da	Dispozitiv doppler a vaselor extra și intracraniene APLICAȚII CLINICE Vizualizarea arterei principale carotide, venelor vertebrale, vizualizarea vaselor sangvine intra și extracraniene Descriere generală Tip dispozitiv Staționar PROBE PORTURI 3 Indicator port activ da PROBE TIP, MHz Linear PLU-704BT pentru vizualizarea arterei carotide 4– 11 Mhz Sectorial PSU-30BT pentru vizualizarea vaselor extra și intracraniene 2-5 Mhz Multifrecvență 9 frecvențe da NIVELE DE GRI 256 GAMA DINAMICĂ 180dB Adâncimea scanării 40 cm Diapazon frecvență 1-18 Mhz Sonde acceptate de sistem convexe, TEE, intra-operative, Sectoriale matriciale, volumetrice matriciale 4D, CW pencil, etc POSTPROCESARE da IMAGINE MODURI 2D-mod da Real time Dual 2-D +Doppler da Phased Array Inversed Harmonics da Angio da M-Mode color da Compunere spațială da Armonici tisulare Armonici tisulare diferențiale da DOPPLER Tip PW, CFM, Tisular, vizualizare	CE, ISO

					Măsurători automatizate da Power Doppler da Duplex da Triplex da FUNCȚIONALITĂȚI Măsurători digitale da Diapazon dinamic selectabil da Focalizare de transmisie ajustabilă da Focalizare de recepție dinamică da Vizualizare micro –vasculara cu flux redus da Elastografie prin shear wave Da (optional) Măsurători pe reluarea video da Determinarea adâncimii vasului la diferite niveluri da Sa fie posibila vizualizarea emboliilor (trombelor) da Determinarea debitului pulsator cardiac da PAN/ZOOM imagine în timp real da imagine înghețată da STOCARE IMAGINI Capacitate ≥ 1 TB USB da Cine da DICOM 3.0 da Monitor integrat de control touch $\geq 8''$ PACHETE DE ANALIZĂ Trascranial da Shear Vawe Elastografie(optional) da Vascular da Părți mici da Posibilitate de generare araportului da POSIBILITATE LA UPGRADE da Butoane configurabile da MONITOR $\geq 21''$ DIVIZARE MONITOR da PRINTER INCORPORAT da Amplasat pe troleu da Roți cu frîne da Baterie incorporata Min 3-4 ore utilizare continuu Termen de garantie Min 36 luni, pentru echipament Min 24 luni pentru sonde Logistică Livrare Da Manual de utilizare Romina Manual de service Da Instalare testare și dare în exploatare Da Training pentru utilizator Da Training pentru inginer Da Cerințe față de furnizor Certificat CE Da	micro-vasculara Flux dinamic avansat da Măsurători automatizate da Power Doppler da Duplex da Triplex da FUNCȚIONALITĂȚI Măsurători digitale da Diapazon dinamic selectabil da Focalizare de transmisie ajustabilă da Focalizare de recepție dinamică da Vizualizare micro –vasculara cu flux redus da Elastografie prin shear wave Da (optional) Măsurători pe reluarea video da Determinarea adâncimii vasului la diferite niveluri da Dispune de vizualizarea emboliilor (trombelor) da Determinarea debitului pulsator cardiac da PAN/ZOOM imagine în timp real da imagine înghețată da STOCARE IMAGINI Capacitate 1 TB USB da Cine da DICOM 3.0 da Monitor integrat de control touch 8,4" PACHETE DE ANALIZĂ Trascranial da Shear Vawe Elastografie(optional) da Vascular da Părți mici da Posibilitate de generare araportului da POSIBILITATE LA UPGRADE da Butoane configurabile da MONITOR 21" DIVIZARE MONITOR da PRINTER INCORPORAT da Amplasat pe troleu da Roți cu frîne da Baterie incorporata 4 ore utilizare continuu Termen de garantie 36 luni, pentru echipament si 24 luni pentru sonde Logistică Livrare Da Manual de utilizare Romina Manual de service Da Instalare testare și dare în exploatare Da Training pentru utilizator Da Training pentru inginer Da Cerințe față de furnizor Certificat CE Da	
--	--	--	--	--	---	---	--

					Certificat ISO 13485 Da Reprezentanță oficială Da Certificat de training de la producător Da	Certificat ISO 13485 Da Reprezentanță oficială Da Certificat de training de la producător Da	
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____
Ofertantul: Medexcom-Teh SRL

Nume: Vasile MATEI
Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)

În calitate de: Administrator