

ANUNȚ DE PARTICIPARE

**Privind Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare
publice (Lista Suplimentară 27)**

prin procedura de achiziție: Licitatie deschisă

1. **Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
2. **IDNO: 1016601000212**
3. **Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
4. **Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
5. **Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.gov.md;**
6. **Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Cod CPV 33100000-1

Nr. Lot	Denumire Lot	Specificația Tehnică	Unitatea de măsură	Cantitatea	Suma fără TVA	IMSP Beneficiari																									
1.	Lot-1-Videoprocesor pentru intervenții chirurgicale ORL	Set compatibil cu cabina ORL OTOSMARC OPTOMIC aflată în dotare 1. Videoprocesor cu interfața integrată pentru montarea pe perete sau partea laterală a troleului. Iesirea video 1920x1080pixel Balanța albă în intervalul de temperature de culoarea 2300K-7000K. Zoom dgital- 1.5x max Nivel de zgomot- fără zgomot, metoda de răcire pasivă, fără ventelator Interfața: 1xHDMI; USB port 3.0 2. Cap cameră- 1chipx 1/3 CMOS, cu minim 2 butoane programabile, C mount, Lungimea cablului minim 2.5m lentile 14mm, autoclavabil 3. sursa de lumină- LED durata de viața a ledului minim 30000 ore, cu interfața integrată pentru montarea pe perete sau pe partea laterală a troleului. Puterea minim 180W Diminuarea luminii automată când cablul fibroopticeste scos din sursa de lumină. Culoare temperaturii 6500K Controlul luminozității 0-*100% Cablul fibrooptic cu lungimea de minim 2.3m cu diametru 3.5mm ±0.5mm Anul producerii minim 2025 Garanția minim 24 luni Oferta include Servicii de montare, dare în exploatare.	Bucată	1	280,000.00	SR Orhei																									
2.1	Lot-2.1-Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale	<table><tr><td colspan="3">Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale in ATI (caracteristici avansate, accesorii Adult, Pediatric)</td></tr><tr><td>Cod</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Descriere</td><td colspan="2">Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracterisitici avansate.</td></tr><tr><td>Parametrul</td><td colspan="2">Specificația</td></tr><tr><td>Tip pacient</td><td>Adult, pediatric, nou-născut</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>An fabricatie</td><td>Nu mai vechi de 2025</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td rowspan="3">Display, tip</td><td>Diagonala</td><td>≥ 15 inch</td></tr><tr><td>LCD TFT sau LED, Touchscreen</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>Numărul de curbe afișate concomitent</td><td>între 3 și 12 minim</td></tr></table>	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale in ATI (caracteristici avansate, accesorii Adult, Pediatric)			Cod			Descriere	Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracterisitici avansate.		Parametrul	Specificația		Tip pacient	Adult, pediatric, nou-născut	obligatoriu	An fabricatie	Nu mai vechi de 2025	obligatoriu	Display, tip	Diagonala	≥ 15 inch	LCD TFT sau LED, Touchscreen	obligatoriu	Numărul de curbe afișate concomitent	între 3 și 12 minim	Bucată	8	470 000,00	SR Orhei
Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale in ATI (caracteristici avansate, accesorii Adult, Pediatric)																															
Cod																															
Descriere	Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracterisitici avansate.																														
Parametrul	Specificația																														
Tip pacient	Adult, pediatric, nou-născut	obligatoriu																													
An fabricatie	Nu mai vechi de 2025	obligatoriu																													
Display, tip	Diagonala	≥ 15 inch																													
	LCD TFT sau LED, Touchscreen	obligatoriu																													
	Numărul de curbe afișate concomitent	între 3 și 12 minim																													

			Parametri afișați	ECG				
				Pulsul				
				SpO2				
				Fotopletismograma				
				Presiunea sanguină neinvaziv				
				Presiunea sanguină invaziv				
				Capnografia				
				Temperatura				
		Analiza automată a unei ST	Trendingul ST	obligatoriu				
			Media în analiza segmetului ST	obligatoriu				
		Modul ECG	Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 si 5 electrozi	obligatoriu				
			I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vn	obligatoriu				
			Sensivitatea	diapazon min. 2.5 - 40 mm/mV				
			Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz	≥ 100 dB				
			Rata cardiacă	diapazon min. 15 - 300 bpm				
			Detectarea aritmiei	obligatoriu				
			Detectarea pacemaker	obligatoriu				
			Monitorizarea respirației	diapazon min. 0 - 150 rpm				
			Protecție în portiva șocurilor de defibrilare	obligatoriu				
		Modul SpO2	Diapazonul	1 - 100%				
			Acuratețea la 70 - 100%	≤ 2 %				
			Monitorizarea rata pulsului	diapazon min. 20 - 300 bpm				
			Monitorizarea pletismogramei	obligatoriu				
			Sa se indice tehnologia modului și senzorului de SpO2 utilizat	(exemplu: masimo, nellcor, etc)				

		Modul NIBP	Diapazonul	diapazon min. 10 - 300 mmHg				
			Regim de măsurare	manual, automat, butonul Start				
			Regim automat	5, 10, 15, 30, 60, 120 min.				
			Buton de activare/dezactivare manual a NIBP	obligatoriu				
			Metoda de măsurare	oscilometrică				
			Regim pacient	adul, pediatric, nou-născut				
			Protecție de suprapresiune la regimului de pacient adult	300 mmHg, ± 3 mmHg				
			Protecție de suprapresiune la regimului de pacient pediatric	240 mmHg, ± 3 mmHg				
		Modul IBP	Modul IBP	obligatoriu				
			Diapazonul	-50 ... +320 mmHg				
			Acuratețea	± 1 mmHg				
			Sensitivitatea de intrare	5 μ V/mmHg				
			Monitorizarea undei IBP	obligatoriu				
		Modul Capnografie (CO2)	Modul Capnografie (CO2)	obligatoriu				
			Diapazonul	0 - 100 mmHg				
			Rata respiratorie	diapazon min. 0 - 150 rpm				
			Timp de înregistrare Apnea	5 - 60 s				
			Monitorizarea unei CO2	obligatoriu				
		Modul Temperatura	Diapazonul	0 - 50.0 °C				
			Acuratețea	± 0.1 °C				
			Rezoluția	≤ 0.1 °C				
			Număr de senzori	1 unit.				
		Protocoale de lucru preprogramate		obligatoriu				
		Protocoale de lucru setate de utilizator		obligatoriu				
		Memorie internă		obligatoriu				
		Trendingul evenimentelor		obligatoriu				

		Arhivarea datelor		obligatoriu				
		Imprimantă	Încorporată	obligatoriu				
		Forme de raportare	Viteza de înscriere	min. 25, 50 mm/s				
			Înscriere continuă	obligatoriu				
			Preprogramate	obligatoriu				
			Personalizate	obligatoriu				
		Alimentarea	rețea electrică 220 V, 50 Hz	obligatoriu				
			Baterie internă	obligatoriu				
			Timp de lucru autonom a bateriei	minim 4 h				
		Interfata de conectare la monitorul central	Ethernet / wireless / RS-232 / etc.	obligatoriu				
		Alarma	Vizuala, sonora	obligatoriu				
			Manjetă deconectată	obligatoriu				
			Manjetă defect	obligatoriu				
			Senzor SpO2 deconectat	obligatoriu				
			Senzor SpO2 defect	obligatoriu				
			Alarmă concentrația SpO2 scăzută/mărită	obligatoriu				
			Nivelul baterie scăzut	obligatoriu				
			Alarmerata cardiacă scăzută/mărită	obligatoriu				
			Lipsă sursă externă de alimentare	obligatoriu				
			Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore	obligatoriu				
			Ajustarea nivelului de alarmă	obligatoriu				
		Accesorii						
		Cablu ECG	cu 3 electrozi - 1 buc.	5 buc., să se indice codul produsului				

			cu 5 electrozi - 1 buc.	5 buc., să se indice codul produsului				
		Electrozi ECG	adult, unică utilizare	300 buc., să se indice codul produsului				
			pediatric, unică utilizare	300 buc., să se indice codul produsului				
		Senzor SpO2	adult, reutilizabil tip cleste	5 buc., să se indice codul produsului				
			pediatric, reutilizabil	2 buc., să se indice codul produsului				
		Senzor Temperatură	Reutilizabil	1 buc., să se indice codul produsului				
		Manjete NIBP	adult mediu, adult, adult mare reutilizabile (1set/3buc)	2 set., să se indice codul produsului				
			pediatric, pediatric mediu, pediatric mare reutilizabil (1set/3buc)	2 set., să se indice codul produsului				
		Hîrtie termică		10 buc., să se indice codul produsului				
		Circuite pentru Presiunea sanguină invaziv	adult, unică utilizare	5 set., să se indice codul produsului				
			pediatric, unică utilizare	5 set., să se indice codul produsului				
		Circuite pentru Capnografie (CO2)	adult, unică utilizare	10 set., să se indice codul produsului				
			pediatric, unică utilizare	10 set., să se indice codul produsului				
		Suport fixare monitor de perete	Indicați modelul oferit	<i>model produsului oferit</i>				
			coș pentru accesorii	obligatoriu				
			sistem de fixare a dispozitivului de suport	obligatoriu				
			Inclinare suport sus/jos; dreapta stînga ≤ 180 grade	obligatoriu				
			Cirlig de agatare a cablurilor conectate la monitor	obligatoriu				
2. 2	Lot-2.2-Unitate centrală de monitorizare	Unitate centrala de monitorizare p-u 8 monitoare 1buc			Bucată	1		SR Orhei

		Unitate centrala de monitorizare	Compatibila cu monitoarele	Obligatoriu				
		Componenta Hardware (Stația de lucru)						
		Unitate de procesare:	*Procesor de generație recentă (minim Intel i5 sau echivalent), frecvență minim 3.0 GHz.	Obligatoriu				
		Memorie RAM:	* Minim 32 GB DDR4 (pentru a asigura fluiditatea vizualizării semnalelor ECG în timp real).	Obligatoriu				
		Stocare	*SSD de minim 1TB pentru sistem de operare și aplicație, plus HDD suplimentar pentru baza de date de monitorizare (dacă este necesar).	Obligatoriu				
		Sistem de operare:	Licență stabilă gratuită (ex. Windows 10/11 Pro pe 64 biți), optimizată pentru aplicații medicale.	Obligatoriu				
		Afișaj:	Minim 2 monitoare LED de 24 inch, rezoluție Full HD (1920x1080).	Obligatoriu				
		Periferice:	Tastatură și mouse medical (rezistente la dezinfectanți), sistem audio integrat sau extern pentru redarea alarmelor sonore.	Obligatoriu				
		Protecție:	Unitate UPS de minim 1000VA inclusă pentru a asigura funcționarea în cazul căderilor de tensiune (minim 15-20 min).	Obligatoriu				
		Caracteristici Software (Gestiune Clinică)						
		Capacitate monitorizare	Licențiere software nativă gratuite pentru minim 10 pacienți simultan, cu posibilitate de extindere					
		Vizualizare	Stocarea și revizuirea continuă a tuturor curbelor fiziologice (ECG, SpO2, Respirație, IBP) pentru o perioadă de minim 96 de ore (4 zile) pentru fiecare pacient.					

		Gestiunea Alarmelor	*Sistem ierarhizat de alarme (Critice, Atenționări, Tehnice).								
			*Posibilitatea de a regla limitele de alarmă direct de la stația centrală (control bidirecțional).								
			*Jurnal de evenimente (Alarm Audit Log) cu captarea segmentelor de unde în momentul alarmei.								
		Analiză ST și Aritmie	Centralizarea analizei automate de aritmie (minim 20-22 tipuri) și monitorizarea segmentului ST pe mai multe derivații.								
		Trenduri	Vizualizare trenduri grafice și tabulare pentru toți parametrii monitorizați pe o perioadă de minim 96 ore.								
		Conectivitate									
		Protocol comunicație	Suport nativ pentru protocolul producătorului și compatibilitate cu standardul HL7 (Health Level Seven) pentru exportul datelor către Sistemul Informațional Spitalicesc								
		Integrarea cu Fișa Electronică a Bolnavului	compatibilitate cu standardul HL7 (Health Level Seven)								
		Export de Date	Sistemul trebuie să permită transmiterea automată sau la cerere a:								
			Valorilor numerice (semne vitale) la intervale programabile (ex. la fiecare 5, 15, 60 min).								
			Evenimentelor de alarmă și a segmentelor de unde asociate.								
			Rapoartelor de admitere/externare a pacientului.								
		Sincronizarea Datelor	Posibilitatea de a prelua datele demografice ale pacientului (nume, prenume, ID, data nașterii) direct din baza de date a spitalului prin protocol DICOM sau HL7 , evitând erorile de tastare la patul bolnavului.								
		Rețea	Placă de rețea Gigabit Ethernet. Infrastructura trebuie să suporte conectarea monitoarelor prin cablu (LAN) și/sau Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) prin access point-uri medicale.								
		Securitate	Firewall integrat și suport pentru rețea virtuală izolată (VLAN) pentru a proteja datele pacienților								
		Funcții de Documentare și Printare									
		Rapoarte Automate și Manuale	*Generarea automată de rapoarte la sfârșit de schimb sau la externare (End-of-Case Report).								
			* Posibilitatea de a imprima manual fâșii ECG (minim 3 derivații) în timp real sau din memoria								
		Suport Multi-Format	Sistemul trebuie să permită exportul rapoartelor în format digital pentru a putea fi atașate manual în dosarul electronic, în cazul în care spitalul nu are o integrare HL7 activă.								

		<table><tr><td>Hardware de Imprimare cu imprimanta inclusa</td><td>Suport pentru imprimantă laser standard (format A4) conectată în rețea sau prin USB la stația centrală</td></tr><tr><td>Conținutul Raportului</td><td>Raportul printat trebuie să includă obligatoriu: antetul instituției (configurabil), datele de identificare ale pacientului, data/ora exactă, tendințele grafice (trends) și fragmentele de unde fiziologice selectate.</td></tr><tr><td rowspan="2">Arhivare și Securitate (Protecția Datelor)</td><td>Baza de date: Capacitatea de a stoca electronic istoricul complet al pacientului (inclusiv undele ECG) pe un suport de memorie securizat, pentru o perioadă definită conform protocoalelor interne (ex. minim 30 de zile de stocare locală înainte de arhivarea pe serverul central).</td></tr><tr><td>Acces Securizat: Autentificare pe bază de utilizator și parolă pentru personalul medical care accesează sau printează fișa electronică.</td></tr><tr><td colspan="2">Cerințe de Instalare și Suport</td></tr><tr><td rowspan="2">Punerea în funcțiune</td><td>Instalarea software-ului, configurarea adreselor IP pentru monitoare și testarea conectivității.</td></tr><tr><td>Sistemul de monitorizare centrală să fie 100% compatibil cu monitoarele, fără utilizarea unor convertoare externe care pot altera viteza de transmitere a datelor.</td></tr><tr><td rowspan="2">Documentație</td><td>Manuale de utilizare în limba română traduse si confirmate si in engleză original.</td></tr><tr><td>Manualele de service si parolele de acces prezentate la punerea in functiune.</td></tr><tr><td>Garanție</td><td>Minim 24 de luni pentru componentele hardware și suport tehnic pentru update-uri software de securitate.</td></tr></table>	Hardware de Imprimare cu imprimanta inclusa	Suport pentru imprimantă laser standard (format A4) conectată în rețea sau prin USB la stația centrală	Conținutul Raportului	Raportul printat trebuie să includă obligatoriu: antetul instituției (configurabil), datele de identificare ale pacientului, data/ora exactă, tendințele grafice (trends) și fragmentele de unde fiziologice selectate.	Arhivare și Securitate (Protecția Datelor)	Baza de date: Capacitatea de a stoca electronic istoricul complet al pacientului (inclusiv undele ECG) pe un suport de memorie securizat, pentru o perioadă definită conform protocoalelor interne (ex. minim 30 de zile de stocare locală înainte de arhivarea pe serverul central).	Acces Securizat: Autentificare pe bază de utilizator și parolă pentru personalul medical care accesează sau printează fișa electronică.	Cerințe de Instalare și Suport		Punerea în funcțiune	Instalarea software-ului, configurarea adreselor IP pentru monitoare și testarea conectivității.	Sistemul de monitorizare centrală să fie 100% compatibil cu monitoarele, fără utilizarea unor convertoare externe care pot altera viteza de transmitere a datelor.	Documentație	Manuale de utilizare în limba română traduse si confirmate si in engleză original.	Manualele de service si parolele de acces prezentate la punerea in functiune.	Garanție	Minim 24 de luni pentru componentele hardware și suport tehnic pentru update-uri software de securitate.				
Hardware de Imprimare cu imprimanta inclusa	Suport pentru imprimantă laser standard (format A4) conectată în rețea sau prin USB la stația centrală																						
Conținutul Raportului	Raportul printat trebuie să includă obligatoriu: antetul instituției (configurabil), datele de identificare ale pacientului, data/ora exactă, tendințele grafice (trends) și fragmentele de unde fiziologice selectate.																						
Arhivare și Securitate (Protecția Datelor)	Baza de date: Capacitatea de a stoca electronic istoricul complet al pacientului (inclusiv undele ECG) pe un suport de memorie securizat, pentru o perioadă definită conform protocoalelor interne (ex. minim 30 de zile de stocare locală înainte de arhivarea pe serverul central).																						
	Acces Securizat: Autentificare pe bază de utilizator și parolă pentru personalul medical care accesează sau printează fișa electronică.																						
Cerințe de Instalare și Suport																							
Punerea în funcțiune	Instalarea software-ului, configurarea adreselor IP pentru monitoare și testarea conectivității.																						
	Sistemul de monitorizare centrală să fie 100% compatibil cu monitoarele, fără utilizarea unor convertoare externe care pot altera viteza de transmitere a datelor.																						
Documentație	Manuale de utilizare în limba română traduse si confirmate si in engleză original.																						
	Manualele de service si parolele de acces prezentate la punerea in functiune.																						
Garanție	Minim 24 de luni pentru componentele hardware și suport tehnic pentru update-uri software de securitate.																						
3.	Lot-3-Videocolonoscop	Videocolonoscop compatibil cu videoprocesorul 'Fuginon VP 4450 HD' si sursa de lumina 'Fuginon XL 4450", din dotare Specificația tehnică: 1) Cu imagine de calitate cel putin HDTV. 2) Permite investigarea endoscopică cu tehnologia de bandă îngusta de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafata mucoasei, ceea ce duce la o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei. 3) Compatibil cu tehnologia ce optimizează strucura, tonurile de culoare a mucoasei. 4) Câmp de vedere minim 140° 5) Adâncimea câmpului vizual minim: 2 -100 mm. (ajustabil) 6) Zoom optic ajustabil. 7) Capacitate de flexiune (minim): sus 180°, jos 180°, st. 160°, dr. 160°	Bucătă	1	400,000.00	SCM Gheorghe Paladi																	

		8) Minim 3 butoane pe mânerul de comandă cu funcții variabile, ce pot fi setate la necesitate: - înghețarea imaginii endoscopice - eliberarea imaginii endoscopice către dispozitive de înregistrare predefinite - capturarea imaginii endoscopice și imprimare - zoom electronic - modificarea dimensiunii imaginii de pe monitor - îmbunătățire a imaginii - schimbarea modului de observare între observarea în lumina normală și diverse moduri de observare - mod iris - text - cronometru - restart cronometru - timp intermediar. 9) Canal de biopsie: minim 3,8 mm 10) Cu canal suplimentar de apă prin care se poate pompa un jet pentru a permite curățarea colonului de mucus sau reziduuri. 11) Diametru exterior maxim al tubului de inserție: maxim 13,0 mm. 12) Informații ale endoscopului să fie afișate pe monitor (numele modelului, diametrul intern al canalului endoscopului, diametrul extern al tubului de inserție, funcțiile atribuite celor 3 - 5 butoane). 13) Cu funcție flexie pasivă care ajută endoscopul să treacă de curbările accentuate ale colonului. 14) Lungimea de lucru: minim 1600 mm. 15) Compatibil cu videoprosesorul 'Fuginon VP 4450 HD' și sursa de lumină 'Fuginon XL 4450'.				
4.	Lot-4-Duodenoscop	Duodenoscop compatibil cu procesor EPK i5500c, Pentax sau HD-550, Sonoscape, din dotare Specificația tehnică: Unghiul câmpului de vedere: minim 100 grade Direcția de vedere laterală: minim 8 grade retro; Adâncimea câmpului vizual: 4-60 mm; Capul distal: ≤13,6 mm; Diametrul tub de inserție: ≤ 11,6 mm; Unghi de atac: Sus min 120 grade; Jos min 90 grade; Stînga min 90 grade Dreapta min 110 grade Diametrul canalului de lucru: ≤ 4,2 mm Lungimea de lucru: max 1250 mm; Lungimea totală: max 1550 mm Metoda de sterilizare chimic (etilenoxid-opțional). Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare.	Bucătă	1	400,000.00	SCM Gheorghe Paladi
5.	Lot-5-Sistem de centrifugare a eprubetelor și spălarea celulelor	Sistem de centrifugare a eprubetelor și spălarea celulelor "Specificația tehnică: Capacitatea: 24x5 ml pentru tuburi cu dimensiunile 10x75 mm sau 12x 75 mm Forța centrifuga max.: minim 1200 RCF Viteza max.: minim 3000 RPM Programe automate de spălare: minim 5	Bucătă	1	250000,00	SCM Gheorghe Paladi

		Cicluri individuale de spălare: minim 8 Panoul de control cu afisaj digital al vitezei de centrifugare si volumul soluției Viteza de centrifugare reglabilă în pași de 10 RPM Taimer cronometric Protecție cu sistem de oprire automată în caz de urgență: capac deschis, scurgeri de lichide etc. Orificiu de drenare a lichidului plasat la baza centrifugii permite cuplarea la un recipient collector Oprire automata la sfârșitul ciclului de spalare Alarmă optică si acustică pentru detecție cantitatea maximă/minimă de soluție salină din vasul de spălare Alimentare: 220 V, 50 Hz "				
6.	Lot-6-Pompa de aspirație și de irigare automată pentru histeroscopia	Pompa de aspirație și de irigare automată pentru histeroscopia "Specificația tehnică: Capacitate de irigare: minim 0-1200ml/min; Capacitate de aspirare: minim 0-1200 ml/min; Presiunea de irigare reglabilă 0-300 mm/Hg; Control electric al presiunii Mentținerea automată a presiunii setate, independent de variațiile setate Sistem de aspirație activă integrată Presiune negativă reglabilă pînă la minim Debit de aspirație Recipient de colectare lichid steril, autoclavabil Alarmer audio și vizuale, Afișare simultană a parametrilor: presiune setată și presiune reală Debit de irigare Debit de aspirare Consumabile: seturi de tubulatură autoclavabile minim 3 seturi Posibilitatea de conectare la instrumentar operator Tensiune alimentară 200-240 V A/C, frecvența 50/60 HZ"	Bucată	1	80000,00	SCM Gheorghe Paladi
7.	Lot-7-Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă pentru nou-născuți	"Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă la nou-născuți Specificația tehnică: Aplicații: ☐ Diagnosticul EEG ☐ Monitorizarea EEG ☐ PSG (Polysomnography) ☐ LTM (Long Term Monitoring) ☐ Electroencefalografia ☐ Altele Numărul de canale EEG ≥32 Rezoluția datelor EEG, bit ≥ 24 Gama frecvenței de lucru, Hz>200	Bucată	1	600,000.00	SCM Gheorghe Paladi

		Display: ☐ Funcția freez ☐ Afișare derivații ≥ 32 ☐ Dimensiuni ≥ 20 inci ☐ EEG în timp real Verificarea impedenței electrodului: Automată Filtru de rejecție comună, dB: 100 la 50 Hz Impedanța preamplificatorului, Mohm: ≥ 10 Calibrarea ☐ Automată ☐ Rata de calibrare selectată de utilizator da Detectarea și interpretarea datelor Alarmer Video digital: ☐ Camera tip IR ☐ LTM ☐ minim. SD ☐ Sincronizarea cu EEG ☐ Capacitatea de stocare video/EEG ≥ 24 h Camera amplasată pe stativ separat Fotostimulator amplasat pe stativ separat Modul de colectare a semnalelor amplasat pe stativ separate Interfață de ieșire I/O auxiliare SISTEM PC: CPU Intel Core 2 Duo, HDD min. 1 TB, RAM min.4 Gb, Sistem de operare licențiat Tip de stocare: HDD, purtători mobili(CD-R, DVD), USB flash drive; Printer Adnotări Valorile filtrului, Scala orizontală și verticală, evenimente, ora/data, ID Pacient da Afișări Afișare oră, data da Afișare ID pacient Alimentare 220 V 50 Hz, cu UPS pentru minim 30 min de lucru Accesorii: Masa de lucru pe support mobil pentru amplasarea unității de lucru Stative pentru amplasarea modulelor: Pentru fotostimulator, camera, modul de colectare a semnalelor Chituri de interconectare a modulelor Caciulite pentru pacient nou nascut, pediatric Cu cabluri de interconectare dacă este necesar pentru fiecare caciulita, Caciulite pentru fiecare categorie de pacient: minim2 "				
8.	Lot-8-Dispozitiv pentru colectarea probelor aerului	Dispozitiv pentru colectarea probelor aerului Specificația tehnică:	Bucată	1	80,000.00	SCM Gheorghe Paladi

		Metoda de prelevare impact direct pe mediu de cultură Debitul aerului, m/sec ≥ 0.3 m/s Setarea debitului necesar Volumul aerului (inhalat), l/min 100 Portabil Volumul de control reglabil Diametrul placilor Petri, instalat in dispozitiv, mm 90 mm Nivelul de zgomot, dB < 50 Display alarme LED sau LCD Nivelul de incarcare a bateriei Temperatura mediului ambiant de la 10 °C la 35 °C Alarme si indicatori eroare de sistem: pornirea programului finisarea programului descarcarea bateriei volumul de extragere a bacteriilor Durata de operare autonomă, ore > 3 Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz Certificat conform ISO 14698, EN 17141 sau echivalent Accesorii Încărcător de la priza de perete 220V, 50Hz Acumulator reîncărcabil 1 buc. Trusă pentru păstrare/depozitarea dispozitivului în funcție de complectare Sita pentru admisie de aer cu 90mm				
9.	Lot-9-Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentelor	Specificația tehnică: Sistem deschis de utilizare a detergenților și dezinfectanților Volumul camerei: 50-60 L Carcasa exterioară: din oțel inoxidabil AISI 304 Camera de spălare construită: din oțel inoxidabil AISI 316L Nișă interioară specializată pentru dezinfectant și detergent Pompă de apă, internă Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere ≤ 90 °C Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea aburului Proces de spălare și dezinfectare total automat, controlat de microprocesor Numărul de uși – 1 unitate Ușa cu geam din sticlă, astfel încât materialele din interiorul camerei să poată fi vizibil Iluminare internă a camerei Programe de dezinfecție implicite – min 5 Programe care pot fi programate de către utilizator- min 5 Ecran LCD, color	Bucată	1	180,000.00	SCM Gheorghe Paladi

		Afișare ecran: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului Limbajul interfeței și meniului: română / rusă Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfecție Buton de anulare a alarmelor și stopare a programului Imprimantă termică, integrată Temperatura de uscare ≥ 125 grade Pompe de dozare a detergentului și dezinfectantului Senzori de flux de dozare a detergentului și dezinfectantului Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură electronice de precizie înaltă Senzori de depistare a nivelului de dezinfectant și detergent în interiorul canistrelor Alarmer: sonore și vizuale Alarmer cu afișarea codului și descrierei complete a problemei cât și acțiunilor de remediere Tensiunea de alimentare 220V, 50 HZ Accesorii și consumabile: Suport pentru mașina de spălat: 1 buc Rafturi de încărcare: min. % Coșuri pentru instrumente: min. 5 Hirtie imprimantă: 20 buc Detergent, volum: min. 5L pentru min. 100 cicluri Dezinfectant, volum: min. 5L pentru min. 100 cicluri HEPA filtru: min 15 buc;				
10.	Lot-10-Sinoptofor	Panou electronic de control Gama de citire a scalei unghiului orizontal, grade de la 0 la ± 45 Gama de citire a scalei unghiului vertical de la 0 la ± 10 Gama de indicații ale scalei unghiului de rotație, grade de la 0 la ± 20 Diviziune la scară unghiuri de rotație, unghiuri orizontale și verticale, grade 1 instalarea ocularilor capetelor optice în funcție de distanța interpupilară, mm 2 Unghiul de rotație al fiecărui cap optic în timpul întoarcerilor independente nu este mai mic de ± 45 de grade Unghiul de rotație al fiecărui cap optic cu rotații simetrice ale ambelor capete în direcția de convergență a axelor optice ale ocularilor capetelor, nu mai puțin de 45 de grade în direcția de divergență a axelor optice ale capetelor ocularului, nu mai puțin de 25 de grade	Bucată	1	80,000.00	AMT Riscani

		Unghiul de rotație al capetelor optice în timpul roților unilaterale a îmbinării nu este mai mic de ± 30 de grade Rotația obiectelor față de axa optică în ambele direcții de la zero, nu mai puțin de 15 grade Distanța dintre axele ocularelor capetelor optice variază în intervalul, mm de la 50 la 70 mm Eroare la setarea distanței dintre axele ocularelor, nu mai mult de, mm ± 4 Abaterile citirilor pe scale nu trebuie să depășească unghiuri orizontale, grade ± 1 unghiuri verticale, grade ± 2 Mărirea sistemului optic ($2 \pm 0,1$)X Frecvența intermitentului și a oscilațiilor automate combinate și separate pe secundă, variind de la 1 la 8 Tensiune de alimentare de la rețeaua de curent alternativ cu frecvența 50/60 Hz, 240V				
11.	Lot-11-Oftalmoscop manual cu oglinda si lupa 13 si 20 dioptrii	Oftalmoscop manual cu oglinda si lupa 13 si 20 dioptrii Distanța focală a oglinzii concave, mm - 170 Diametrul luminos al oglinzilor, nu mai puțin, mm - 42,5 Diametrul găurii din diafragmele oftalmoscoapelor, mm - 3,0-4,0 Puterea optică a două lupe ar trebui să fie de 13 dioptrii și 20 de dioptrii (mărire 3,25x și 5x) Diametrul luminos al lupelor, nu mai puțin de, mm - 30 Oftalmoscop cu oglindă plată, buc. - 1 Oftalmoscop cu oglindă concavă, buc. - 1 Lupa 13 dioptrii, buc. - 1 Lupa 20 dioptrii, buc. - 1 Diafragmă cu fantă 5/40 mm, buc. - 1 husă, buc. - 1	Bucată	1	4,200.00	AMT Riscani
12.	Lot-12-Cardiomonitor fetal, Doppler	Cardiomonitor fetal, Doppler Măsurare precisă, 1. Ecranul TFT de min 2,0 inchi afișează valoarea FHR, forma de undă a inimii fetale; 2. Trei moduri de măsurare: Numărătoare în timp real, medie și manuală; 3. Difuzor încorporat și interfață de ieșire a sunetului; 4. Sondă cu ultrasunete de înaltă sensibilitate cu 2.0MHz-3.0MHz; 5. Detectarea și indicarea sondei oprite; 6. Luminozitate și volum reglabile 7. Baterii reincarcabile ,cablu de conctare la 220V	Bucată	8	20,000.00	AMT Riscani
13.	Lot-13-Inhalator nebulizor cu ultrasunet	Inhalator cu ultrasunet Descriere Inhalator/nebulizator cu ultrasunet pentru terapia respiratorie Parametru Specificația	Bucată	8	16,000.00	AMT Riscani

		Dimensiunea medie a particulelor aerodinamice $\leq 5\mu\text{m}$ Viteza de pulverizare $\geq 2\text{ml/min}$ Metoda de pulverizare, Vibrații ultrasonore Fluxul de vapori Reglabil Încălzirea soluțiilor $\geq 35^\circ\text{C}$ Accesorii în set: Adulți da ,Copii da Volumul maxim al unui recipient pentru medicament $\geq 8\text{ ml}$ Setarea timpului de inhalare/nebulizare continuu sau de la 0 la 60 min Nivelul de zgomot $\leq 55\text{ dB}$ Alimentarea 230V, 50/60Hz Termen de garanție 24 luni				
14.	Lot-14-Încălzitor de Parafină 8l	Încălzitor de Parafină Volum – min 8 l Rezervor din aluminiu alimentar. La suprafața exterioară a rezervorului este dotat Cu încălzitoare electrice plate bazate pe un termo-rezistent. Carcasa exterioară este din oțel și este vopsită . Robinet de scurgere a parafinei. Întreținerea automată a temperaturii este asigurată de un senzor-releu temperatură. Setarea modului dorit (temperature amestecului de lucru) prin utilizarea butoanelor termostatului. Termoregulator care asigură reglarea lină a temperaturii de la 40 la min 70 ° C. Pentru controlvizual al temperaturii de încălzire pe partea stângă a frontului panoul este un termometru digital. Rezervor de încălzire dotat cu capac Volum: min 8 L Garanție 2 ani	Bucată	1	15,000.00	AMT Riscani
15.	Lot-15-Cazan de dezinfectare	Cazan de dezinfectare Specificatie tehnica Fierbator pentru captusele in sectia de fizioterapie; Dimensiuni totale, mm 810×400×700 ±10%; Dimensiunile camerei, mm 670x280x 180 ±10%; Tensiunea de intrare: 380V; Greutatea max 50kg; Timpul de fierbere, min 1-60;	Bucată	8	400,000.00	AMT Riscani
16.	Lot-16-Diatermocoagulator pentru endoscopie flexibilă	Diatermocoagulator (pentru endoscopia flexibilă) Tip: Combinat, cu regimuri endoscopice Puterea maximă minim 400W; Moduri de lucru: Monopolar: Tăiere;	Bucată	1	90,000.00	SCM Gheorghe Paladi

		Tăiere cu coagulare; Tăiere intensificată cu coagulare; Coagulare; Coagulare,,Autostop"; Coagulare intensificată; Fulgurație; Coagulare prin pulverizare (spray); Bipolar: Coagulare; Tăire cu coagulare; Coagulare cu disecție; Coagulare,,Autostop"; Coagulare,,Autostart-Stop"; Regimuri dedicate pentru endoscopia flexibilă în modurile de tăiere și coagulare Sursa de alimentare: 220V,50Hz Accesorii: Culit endoscopic (opțional) - 1 buc; Electrod neutru din cauciuc cu cablu de conectare la coagulator - 1 buc				
17.	Lot-17-Înregistrator temperatură USB PDF	Înregistrator temperatură USB PDF Destinație: pentru monitorizare temperaturii în timp real cu precizie înaltă a produselor biomedicale din sânge în timpul depozită și transportării Intervale de măsurare (minimal) a senzorului: -30C până la +60C înregistrare în timp real a datelor. Rezoluție de citire: 0.1C Afișarea datelor în timp prezent valori cu o zecimală în C Timp de reacție al senzorului: mai puțin de 7 minute în aer în mișcare (1m/s conform EN12830:1999) Capacitate de înregistrare de temperatură: minim 100 zile la interval de 10 minute de înregistrare, 150 zile la interval de 15 minute la interval 15 minute de înregistrare Memorie statică (pentru afișare pe LCD) Valori maxime/minime și valori ale duretei alarmei. Interval de eșantionare configurabil: de la 30 de secunde la 18ore Opțiuni de pornire a înregistrării Pornire: prin apăsare buton sau setarea dataă și ora specifică. Întârziere opțională: de pornire de până la 72 ore Indicație de înregistrare: Simbol REC pe LCD Alarmer: trei alarme superioare configurabile și trei alarme inferioare configurabile Timp de descărcare , cu memoria plină: nu mai puțin de 30 secunde de la momentul inserării până la disponibilitatea raportului PDF Securitate: IEC 60529: IP64 cu capac USB montat Sursa de alimentare: Baterie CR2032 3V LiMnO2 (înlocuibilă)/ CR2450 3V LiMnO2 sau	Bucată	150	370,120.00	CENTRUL NATIONAL DE TRANSFUZIE A SANGELUI - CNTS

		similar Durata de viață a bateriei: 1 an de viață a bateriei înainte de pornire Ceas în timp real încorporat Interfața de conectare: USB, mufă de tip A Software PDF reader, Analyser 2.8 sau o versiune ulterioară Material carcasă: polycarbonat Modele validate de OMS Cu certificat: WHO PQS: E006-099 și/sau RoHS Directive 2011/65/EU EN 12830:2018 ISO 9001:2015 ISO14001:2015				
18.	Lot-18-Agitator orbital 100/min	Agitator orbital cu platformă pentru probe RPR. Viteza de rotații minim interval 0-100 rot/min, viteza reglabilă. Cu posibilitate de setare timer.		1	20,000.00	CS Ceadir Lunga

Valoarea estimativă fără TVA: 3 755 320,00 lei

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru toate loturile.
- 3) Pentru mai multe loturi.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare.

Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o oferta alternativă.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în parte.

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;

12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de	DA

		către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei "Accesorii Nota: Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și ofertate de operatorul economic. Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale."	DA
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA

5	Garanția pentru ofertă	- 2% din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de	DA

		către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.</i>	
Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. <u>Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE</u> <u>Cerințe de calificare obligatorii</u>			
7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.”	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	DA

12	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament minim 24 de luni - (dacă în specificația tehnică la lot nu se prevede un alt termen) originală,	DA

		confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2025, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice și Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	DA
19	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit	DA
20	Declarație de la ofertant	cu privire la livrarea componentelor sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
21	Cerințe pentru mijloace de măsurare și a măsurărilor supuse controlului metrologic	Se vor prezenta următoarele documente conform HG 1042/2016 - Certificat de aprobare de Model a mijlocului de măsurare -valabil; - Buletin de verificare metrologică inițială -valabil;	DA

22	Cerințe pentru mijloace de cântărit	Se vor prezent următoarele documente conform HG nr. 267/2014 Declarație de conformitate eliberată de către producător- valabilă; La livare mijloace de cântărit obligatoriu să corespundă următoarelor cerințe: marcat în mod vizibil, lizibil și indelebil cu următoarele inscripționări: - marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar; - numărul certificatului de examinare CE de tip, unde este cazul; - sigla sau denumirea producătorului, denumira comercială înregistrată sau marca înregistrată a acestuia; - clasa de exactitate, inclusă într-un oval sau între două linii paralele orizontale unite prin două jumătăți de cerc; - limita maximă de cântărire sub forma Max...; - limita minimă de cântărire sub forma Min...; - diviziunea de verificare sub forma e =...; - număr de tip, de lot sau de serie; și după caz; - pentru aparatele de cântărit neautomate construite din elemente separate care se assemblează, marca de identificare pe fiecare eliment; - diviziunea de verificare, dacă d este diferit de e, sub forma d =...; - efectul maxim aditiv de tară, sub forma T = +...; - efectul maxim substractiv de tară, dacă este diferit de Max, sub forma T = -...; - diviziunea tarelor, dacă este diferită de d, sub forma d(T) =...; - sarcina limită , în cazul în care este diferită de Max, sub forma Lim =...;	DA
----	-------------------------------------	--	----

		- limitele speciale de temperatură, sub forma... °C/...°C; - raportul dintre receptorul de greutate și sarcină. De asemenea, potrivit art. 31 alin (1) din Legea 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, se recunosc certificatele de conformitate sau rapoartele de încercări emise de organisme de evaluare a conformității notificate, acreditate de organisme naționale de acreditare semnate ale Acordului de recunoaștere multilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare, eliberate pentru produsele importate din statele membre ale Uniunii Europene, traduse în limba română și confirmate prin semnătura importatorului.	
Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
23	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
24	<u>Garanția de bună execuție</u>	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)" Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS	DA

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 1%, 3 runde).

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

22. Ofertele se prezintă: în lei.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț, cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
29. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*
30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.
32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):
35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
36. Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis la publicare la data de 24.06.2026
37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 24.06.2026

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):
 da _____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG