

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1652437615294 / 21056447 din: 13.05.2022 conform SIARSAP Mtender

Obiectul achiziției: Produse parafarmaceutice (consumabile neurochirurgicale) – 2022

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
12	Set chirurgical absorbant p/u operații craniene (set desfășurat)	CPTCRA09	Turcia	Zenmed Tibbi	Componente în SET împachetat steril, ambalaj individual: 1.Câmp craniotomie 230x300cm (±2cm), aria de incizie transparentă 30x20cm (±2cm), cu sac de colectare lichide, cu robinet, zonă superabsorbantă în aria de lucru. Material nețesut absorbant, nu mai puțin de 42g/m², polistratificat, minim 2 straturi, impermeabil - 1 buc; 2.Câmp absorbant 50x50cm (±2cm). Material nețesut absorbant, nu mai puțin de 42g/m², polistratificat, minim 2 straturi, impermeabil - 4 buc; 3.Șervețele absorbante din celuloză 20x20cm (±2cm) - 2 buc; 4.Panglica de operație minim 10x50cm (±2cm). Impermiabilă, absorbantă, cu lipici pe toată suprafață, liber de colofoniu. P/u fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul intervenției chirurgicale - 1 buc; 5.Câmp p/u masa Bobrov 190x280cm (±2cm). Să fie plasată prima în set, deasupra celorlalte câmpuri și accesorii. Polistratificat, ranforsat în zona critică - 1 buc; 6.Câmp tip Mayo p/u masa de instrumente 145x80cm (±2cm). Impermiabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85cm. Pictograma p/u ghidare - 1 buc; 7.Cateter de aspirație 12CH - 1 buc; 8.Burete abraziv p/u instrumentele de coagulare, 5x5cm (±2cm) - 1 buc; 9.Seringa 20ml, Luer Lock - 3 buc; 10.Mânere p/u lampa de operație - 2 buc; 11.Tampon absorbant neurochirurgical, din material nețesut, fără scame, hidrofil, cu indicator Rg-contrast, dimensiuni 12x70mm (±2cm) - 10 buc; 12.Bisturiu jetabil №15 - 1 buc; 13.Bisturiu jetabil №21 - 1 buc; 14.Buzunar cu bandă adezivă p/u instrumentele de diatermie și aspirație - 1 buc; 15.Bol gradat 120ml p/u ace utilizate - 1 buc; 16.Husă microscop cu trei porturi - 1 buc; 17.Forceps jetabil p/u coagulator bipolar. Design baionetă, compatibil la aparatul de coagulare „Aesculap” - 1 buc;.. * Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic pentru produsului oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Componente în SET împachetat steril, ambalaj individual: 1.Câmp craniotomie 230x300cm (±2cm), aria de incizie transparentă 30x20cm (±2cm), cu sac de colectare lichide, cu robinet, zonă superabsorbantă în aria de lucru. Material nețesut absorbant, nu mai puțin de 42g/m², polistratificat, minim 2 straturi, impermeabil - 1 buc; 2.Câmp absorbant 50x50cm (±2cm). Material nețesut absorbant, nu mai puțin de 42g/m², polistratificat, minim 2 straturi, impermeabil - 4 buc; 3.Șervețele absorbante din celuloză 20x20cm (±2cm) - 2 buc; 4.Panglica de operație minim 10x50cm (±2cm). Impermiabilă, absorbantă, cu lipici pe toată suprafață, liber de colofoniu. P/u fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul intervenției chirurgicale - 1 buc; 5.Câmp p/u masa Bobrov 190x280cm (±2cm). Să fie plasată prima în set, deasupra celorlalte câmpuri și accesorii. Polistratificat, ranforsat în zona critică - 1 buc; 6.Câmp tip Mayo p/u masa de instrumente 145x80cm (±2cm). Impermiabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85cm. Pictograma p/u ghidare - 1 buc; 7.Cateter de aspirație 12CH - 1 buc; 8.Burete abraziv p/u instrumentele de coagulare, 5x5cm (±2cm) - 1 buc; 9.Seringa 20ml, Luer Lock - 3 buc; 10.Mânere p/u lampa de operație - 2 buc; 11.Tampon absorbant neurochirurgical, din material nețesut, fără scame, hidrofil, cu indicator Rg-contrast, dimensiuni 12x70mm (±2cm) - 10 buc; 12.Bisturiu jetabil №15 - 1 buc; 13.Bisturiu jetabil №21 - 1 buc; 14.Buzunar cu bandă adezivă p/u instrumentele de diatermie și aspirație - 1 buc; 15.Bol gradat 120ml p/u ace utilizate - 1 buc; 16.Husă microscop cu trei porturi - 1 buc; 17.Forceps jetabil p/u coagulator bipolar. Design baionetă, compatibil la aparatul de coagulare „Aesculap” - 1 buc;.. * Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic pentru produsului oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	CE/ISO

13	Set chirurgical absorbant p/u neurochirurgie spinală	CPTSPIN14	Turcia	Zenmed Tibbi	1.Câmp p/u masa Mayo, dimensiuni 80x145cm (±2cm), zona absorbantă 65x85cm (±2cm), fortificat. Ranforsat, rezistent la instrumentele chirurgicale grele, compus din 3 straturi bine delimitate: a)strat impermeabil pe toată suprafață, grosime min 80μ; b)strat impermeabil ranforsat pe aria absorbantă 60x85cm (±2cm); c)strat absorbant, nu mai puțin de 20g/m² - 1 buc; 2.Ștergar p/u mâni, 20x25cm (±2cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se va exclude poliesterul - 6 buc; 3.Absorbant perineal 20x40cm (±2cm), impermeabil - 1 buc; 4.Sușținător p/u tuburi velcro 2,5x30cm (±2cm) - 2 buc; 5.Cearșaf cu bord adeziv minim 75x75cm (±2cm). Compus din minim 3 straturi bine delimitate: a)strat impermeabil pe toată suprafață, grosime min 80μ; b)strat impermeabil ranforsat pe aria absorbantă 60x85cm (±2cm); c)strat absorbant, nu mai puțin de 20g/m². Stratul adeziv de pe borduri va fi aplicat uniform, nu se va admite lipici cu față dublă (p/u a nu forma impereabilitatea la microbi și lichide) - 1 buc; 6.Sac p/u defibrilator, minim 30x40cm (±2cm), transparent, cu lipici, detașabil - 1 buc; 7.Panglica de operație minim 10x50cm (±2cm) impermeabilă, absorbantă, cu lipici pe toată suprafață, liber de colofoniu - 2 buc; 8.Cearșaf toracic minim 200/300x330cm (±2cm), aria de incizie 30x40cm (±2cm). Compus din minim 4 straturi bine delimitate: a)strat confort p/ru pacient; b)strat impermeabil pe toată suprafață; c)strat impermeabil ranforsat pe aria absorbantă 500x150cm (±2cm); d)strat absorbant pe toată suprafața. Film de incizie integrat, canale integrate p/u fixarea tuburilor, 4 saci din polietilenă integrate cu cearșaful, pictograme p/u ghidare. Rezistent nu mai puțin de 80kPa;>100col H₂O în zona critică - 1 buc; 9.Cerșaf absorbant minim 150x240cm (±2cm), zonă absorbantă minim 80x240cm (±2cm), compus din minim 2 straturi: a)strat impermeabil, nu mai puțin de 60μ; b)strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m² - 1 buc... * Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic pentru produsului oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	1.Câmp p/u masa Mayo, dimensiuni 80x145cm (±2cm), zona absorbantă 65x85cm (±2cm), fortificat. Ranforsat, rezistent la instrumentele chirurgicale grele, compus din 3 straturi bine delimitate: a)strat impermeabil pe toată suprafață, grosime min 80μ; b)strat impermeabil ranforsat pe aria absorbantă 60x85cm (±2cm); c)strat absorbant, nu mai puțin de 20g/m² - 1 buc; 2.Ștergar p/u mâni, 20x25cm (±2cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se va exclude poliesterul - 6 buc; 3.Absorbant perineal 20x40cm (±2cm), impermeabil - 1 buc; 4.Sușținător p/u tuburi velcro 2,5x30cm (±2cm) - 2 buc; 5.Cearșaf cu bord adeziv minim 75x75cm (±2cm). Compus din minim 3 straturi bine delimitate: a)strat impermeabil pe toată suprafață, grosime min 80μ; b)strat impermeabil ranforsat pe aria absorbantă 60x85cm (±2cm); c)strat absorbant, nu mai puțin de 20g/m². Stratul adeziv de pe borduri va fi aplicat uniform, nu se va admite lipici cu față dublă (p/u a nu forma impereabilitatea la microbi și lichide) - 1 buc; 6.Sac p/u defibrilator, minim 30x40cm (±2cm), transparent, cu lipici, detașabil - 1 buc; 7.Panglica de operație minim 10x50cm (±2cm) impermeabilă, absorbantă, cu lipici pe toată suprafață, liber de colofoniu - 2 buc; 8.Cearșaf toracic minim 200/300x330cm (±2cm), aria de incizie 30x40cm (±2cm). Compus din minim 4 straturi bine delimitate: a)strat confort p/ru pacient; b)strat impermeabil pe toată suprafață; c)strat impermeabil ranforsat pe aria absorbantă 500x150cm (±2cm); d)strat absorbant pe toată suprafața. Film de incizie integrat, canale integrate p/u fixarea tuburilor, 4 saci din polietilenă integrate cu cearșaful, pictograme p/u ghidare. Rezistent nu mai puțin de 80kPa;>100col H₂O în zona critică - 1 buc; 9.Cerșaf absorbant minim 150x240cm (±2cm), zonă absorbantă minim 80x240cm (±2cm), compus din minim 2 straturi: a)strat impermeabil, nu mai puțin de 60μ; b)strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m² - 1 buc... * Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic pentru produsului oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	CE/ISO
17	Sunt ventriculo-peritoneal (p/u adulti)	D-DCA-M-VCK D-DFR-M-PEB	Turcia	Desu Medikal	Steril, din silicon impregnat cu Barium; Cateter distal (abdominal) lungime 1110-1120mm, diametru intern 1,1-1,5mm, diametru extern 2,5-2,8mm; Cateter ventricular lungime 210-240mm, diametru intern 1,3-1,5mm, diametru extern 2,5-2,8mm. Valvă de presiune medie. În set cu trocar maleabil p/u tunelizare subcutană a cateterului, l 550mm.	Steril, din silicon impregnat cu Barium; Cateter distal (abdominal) lungime 1110-1120mm, diametru intern 1,1-1,5mm, diametru extern 2,5-2,8mm; Cateter ventricular lungime 210-240mm, diametru intern 1,3-1,5mm, diametru extern 2,5-2,8mm. Valvă de presiune medie. În set cu trocar maleabil p/u tunelizare subcutană a cateterului, l 550mm.	CE/ISO

Semnat: _____
Numele, Prenumele Jighili Tatiana
În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL Triumf-Motiv
Adresa: str. Grenoble 193 of 1301