

Specificații tehnice (F4.1)

din 10.01.2020

Numărul licitației: 21016617						Alternativa nr.	
Denumirea licitației: Piese de schimb utile pentru efectuarea mentenanței preventive și corective Conform necesitatilor IMSP Institutul Oncologic						Lot: conform listei solicitate	
Valuta, lei MDL							
Codul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 3						
33192400-6	Battery Lithium 3.6V	12059083	Frantia	VLAD	LITHIUM BATTERY, ER6K-#17, PN: 074-73310-22, compatibil cu X-ray SonialVision G4, producator Shimadzu, anul producerii 2014	Tip baterie Tehnologie litiu Model Exalium Premium tensiune 3.6 capacitanță 1.8 Greutate (kg) 0,040 Lungime (mm) 50,0 Diametru (mm) 14.0	CE
	Total lot 3						
	Lotul 11						
33192400-6	Fiamm lead-acid battery 12FGH36 - High-current	371090	Germania	AKKUplanet GmbH	Acumulator 12V, 9A pentru sistemul mobile ArtEvolution, Shimadzu, Japonia (PN: 074-71014-11)	Baterie Fiamm cu acid plumb 12FGH36, FGH20902 - tip cu curent înalt 12 Volt 9,0 Ah - aprox. dimensiuni în mm 151x65x99 - aprox. greutate 2,75 kg - 6,3 mm faston	ISO 9001:2015
	Total lot 11						
	Lotul 13						
33192400-6	Lead battery 12v 2Ah	33192367	Frantia	VLAD	Baterie necesara pentru miscarea manuala a GANTRY a al Acceleratorului Liniar Clinac DHX	Tip baterie Tehnologia de plumb Modelul Exalium tensiune 12 capacitanță 2 Greutate (kg) 0,700 Lungime (mm) 150,0 Lățime (mm) 20,0 Înălțime (mm) 90,0	CE
	Total lot 13						
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23