

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție - ocds-b3wdp1-MD-1775022400388

Obiectul achiziției: “**Servicii de deservire a dispozitivului medical (sistem de mamografie) pentru a.2026**”

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Graficul de prestarea a serviciilor	Standar-de de referință
2	3	4	5	6	7		8
Bunuri							
Servicii de deservire a dispozitivului medical (sistem de mamografie) LOT 1	Helianthus DBT	Italia	Metaltronica SPA	<p>Sistem de mamografie, Model Helianthus DBT. Anul de producere 2022. Cerinte suplimentare: 1.Deservirea utilajului se va efectua la sediul autorității contractante conform graficului stabilit; 2. In caz de urgenja, specialistul se va prezenta la autoritatea contractanta timp de min 30 minute -maxim3-4 ore; 3.Executorul se obliga: - Sa efectueze controlul parametrilor tehnici; - Sa testeze dispozitivul medical dupa fiecare interventie conform manualului tehnic; - Sa efectueze mentenanta preventive, corecta, periodica si reparatii de nivel inalt a dispozitivelor medicale; - Sa indeplineasca formulare-model (fisa de mentenanta, jurnalul de garda) dupa fiecare interventie la dispozitiv; - Sa instruiasca personalul medical in privinfa exploatarii corecte aparatajului medical. 4. In pretul deservirii vor fi incluse: - lucrari de complicate joasa: mentenanta periodica, mentenanta preventiva si reparatii curente a dispozitivelor medicale;</p>	<p>Sistem de mamografie, Model Helianthus DBT. Anul de producere 2022. Cerinte suplimentare: 1.Deservirea utilajului se va efectua la sediul autorității contractante conform graficului stabilit; 2. In caz de urgenja, specialistul se va prezenta la autoritatea contractanta timp de min 30 minute -maxim3-4 ore; 3.Executorul se obliga: - Sa efectueze controlul parametrilor tehnici; - Sa testeze dispozitivul medical dupa fiecare interventie conform manualului tehnic; - Sa efectueze mentenanta preventive, corecta, periodica si reparatii de nivel inalt a dispozitivelor medicale; - Sa indeplineasca formulare-model (fisa de mentenanta, jurnalul de garda) dupa fiecare interventie la dispozitiv; - Sa instruiasca personalul medical in privinfa exploatarii corecte aparatajului medical. 4. In pretul deservirii vor fi incluse: - lucrari de complicate joasa: mentenanta periodica, mentenanta preventiva si reparatii curente a dispozitivelor medicale;</p>	Semestrial si la solicitare pe parcursul anului 2026	Autorizatie ANRANR

				<ul style="list-style-type: none"> - lucrari de complicatie inalta: reparati cu schimbarea pachetelor electrice fi pieselor costisitoare cu reglarea in ansamblu; - montarea consumabilelor si pieselor de schimb, ajustarea parametrilor; - lucrari de profilaxie, conform manualelor tehnice ale dispozitivelor medicale; - piese de schimb pentru lucrari de complicate joasa si asamblarea lor si verificarea parametrilor conform manualului tehnic. 	<ul style="list-style-type: none"> - lucrari de complicatie inalta: reparati cu schimbarea pachetelor electrice fi pieselor costisitoare cu reglarea in ansamblu; - montarea consumabilelor si pieselor de schimb, ajustarea parametrilor; - lucrari de profilaxie, conform manualelor tehnice ale dispozitivelor medicale; - piese de schimb pentru lucrari de complicate joasa si asamblarea lor si verificarea parametrilor conform manualului tehnic. 		
--	--	--	--	---	---	--	--

Semnat: _____

Nume: Andrei MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Medexcom-Teh SRL

Adresa: Chişinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)