

Lot	Denumire lot	Specificatia tehnica	Specificatia tehnica propusa
4	Dermatom electric	Dermatom electric cu cuplare destinat pentru recoltarea grefelor de piele. Componenta: 1. Consola portabila. 2. Piesa de mina cu motor incorporat. 3. Casoleta de sterilizare cu capac. 4. Lame de unica folosinta. 5. Cablu de alimentare cu fisa de tip european. 6. Accesorii/ustensile aditionale pentru fixarea lamelor, daca sunt prevazute de producator - Lungimea cablului de la piesa de mina minim 3m. Adancimea de taiere minim 0,05 mm – 0.75 mm cu pasul de incrementare minim 0.05 mm cu reglare manuala. - Comutator de siguranta pentru a preveni activarea accidentala - Dermatomul sa nu necesite lubrifiere aditionala al mecanismelor de lucru. - Motor fara lubrifiant. - Viteza variabila interval minim necesar 5000-6000 cicluri pe minut / 500 – 40 000 rpm. Accesorii si piese de schimb: a) Placi de reducere pentru dermatom: pentru reducerea latimii de taiere 50 mm ± 1 mm. , 75 mm ± 1 mm, 100 mm ± 2 mm cite o bucata de fiecare dimensiune. b) Lama de rezervă pentru dermatom: 50 mm -10 bucăți; 75 mm- 10 bucăți; 100 mm- 10 bucăți. c) Coș de sterilizare și depozitare pentru sistemul dermatom. Cu suport	PRODUCATOR: NOUVAG AG, Elveția (Switzerland) MODEL: REF: 3285 TCM 3000 BL, 40'000 rpm + REF: 2112nou si accesorii conform cerintelor. Dermatom electric cu cuplare destinat pentru recoltarea grefelor de piele. Componenta: 1. Consola portabila. 2. Piesa de mina cu motor incorporat. <i>REF: 1983nou</i> 3. Casoleta de sterilizare cu capac. <i>REF: 4131 + REF: 4133</i> 4. Lame de unica folosinta. – DA, incluse în oferta 5. Cablu de alimentare cu fisa de tip european. – DA 6. Accesorii/ustensile aditionale pentru fixarea lamelor, daca sunt prevazute de producator– DA - Lungimea cablului de la piesa de mina minim 3m. – DA - Adancimea de taiere 0,05 – 0.75 mm cu pasul de incrementare minim 0.05mm cu reglare manuala. – DA - Comutator de siguranta pentru a preveni activarea accidentala – DA - Dermatomul sa nu necesite lubrifiere aditionala al mecanismelor de lucru. – DA - Motor fara lubrifiant. – DA - Viteza variabila 5000-6000 cicluri pe minut / 500 – 40 000 rpm. – DA Accesorii si piese de schimb: a) Placi de reducere pentru dermatom: pentru reducerea latimii de taiere: 50 mm ± 1 mm, <i>REF 19872</i> 75 mm ± 1 mm, <i>REF 19871</i> 100 mm ± 2 mm, <i>este partea integrala a piesei de mina REF:</i>

	pentru piesele manuale ale dermatomului, motor electronic cu cablu și lamele de taiere. d) Capac pentru coșul de sterilizare. Sistem de extindere al pielii (Mesher)- 1 buc Cutie de sterilizare pentru sistemul dat cu elemente de fixare al tuturor componentelor-1 buc Accesorii: taietor corespunzător pentru raporturile de taiere: 1.5:1 – 1 buc. 3:1 – 1 buc, 6:1 – 1 buc. Purtător derma pentru placă de plasă: - placa purtător 1.5:1 - 20 bucăți; - placa purtător 3:1 - 20 bucăți; - placa purtător 6:1 - 20 bucăți.. Termen de garanție minim 24 de luni. Clasa 1 de protecție electrica, protecție împotriva șocurilor electrice minim tip BF. Alimentare: 210-230 V 50/60 Hz. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.	1983nou cite o bucata de fiecare dimensiune. b) Lama de rezervă pentru dermatome REF: 1983nou: 100 mm - 30 bucăți. REF: 1919 c) Coș de sterilizare și depozitare pentru sistemul dermatom. Cu suport pentru piesele manuale ale dermatomului, motor electronic cu cablu și lamele de taiere. – DA, inclus în oferta d) Capac pentru coșul de sterilizare. – DA, inclus în oferta Sistem de extindere al pielii (Mesher)- 1 buc - REF: 1986nou Cutie de sterilizare pentru sistemul dat cu elemente de fixare al tuturor componentelor-1 buc – REF: 4126 + REF: 4128 Accesorii: taietor corespunzator pentru raporturile de taiere: 1.5:1 – 1 buc. – DA 3:1 – 1 buc. – DA 6:1 – 1 buc. – DA Purtător derma pentru placă de plasă: - placa purtător 1.5:1 - 20 bucăți; – REF: 1981 - placa purtător 3:1 - 20 bucăți; – REF: 1982 - placa purtător 6:1 - 20 bucăți. – REF: 2105 Termen de garanție minim 24 de luni. – DA, conform cerintelor Clasa 1 de protecție electrica, protecție împotriva șocurilor electrice minim tip BF. – DA, conform cerintelor Alimentare: 210-230 V 50/60 Hz. – DA, conform cerintelor Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. – DA, conform cerintelor Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător – obligatoriu – DA, conform cerintelor
--	--	---

			Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. – DA, conform cerintelor Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. – DA, conform cerintelor În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. – DA, conform cerintelor Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. – DA, conform cerintelor Documente confirmative: – DA, conform cerintelor La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză – DA, conform cerintelor Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. – DA, conform cerintelor Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv. – DA, conform cerintelor ***Nota: Copia Cererii de Notificare, acceptata de AMDM spre înregistrare, este anexata la oferta
--	--	--	--