

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1739280053393 din 16 febr 2025, 14:30 - 19 febr 2025, 15:30

Obiectul achiziției: Instrumentar chirurgical pentru anul 2025 COP

Co d CP V	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/servici ului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
		Lot.1 Set de instrumente pentru histero-resectoscopie ginecologică						
331 400 00- 3	1.1	1.1 Element de lucru pasiv, sterilizabil, 24/26 fr, diametru de 4 mm (analogic cu Olympus WA22067A)	WA22067A	Japonia	Olympus	1.1 Element de lucru pasiv, sterilizabil, 24/26 fr, diametru de 4 mm (analogic cu Olympus WA22067A)	1.1 Element de lucru pasiv, sterilizabil, 24/26 fr, diametru de 4 mm (analogic cu Olympus WA22067A)	CE/ISO
331 400 00- 3	1.2	1.2 Set de teci de rezecție intern si extern cu obturator standart. Sterilizabil, 24/26 fr., cu prezenta a 2 stopcock-uri. Cu garnituri de etansiere pentru teaca de resecție, compus din min. 2 inele mari, si 5 inele mici (5 set) (analogic la Olympus A42011A, A42021A si A22081A)	A42011A + A42021A + A22081A	Japonia	Olympus	1.2 Set de teci de rezecție intern si extern cu obturator standart. Sterilizabil, 24/26 fr., cu prezenta a 2 stopcock-uri. Cu garnituri de etansiere pentru teaca de resecție, compus din min. 2 inele mari, si 5 inele mici (5 set) (analogic la Olympus A42011A, A42021A si A22081A)	1.2 Set de teci de rezecție intern si extern cu obturator standart. Sterilizabil, 24/26 fr., cu prezenta a 2 stopcock-uri. Cu garnituri de etansiere pentru teaca de resecție, compus din min. 2 inele mari, si 5 inele mici (5 set) (analogic la Olympus A42011A, A42021A si A22081A)	CE/ISO
331 400 00- 3	1.3	1.3 Insert de lucru/obturator visual, cu diametrul canalului de 8 - 9 fr., cu capac de etansare 3 set (set de 10 buc., reutilizabile). (Analogic la Olympus A42091A)	A42091A	Japonia	Olympus	1.3 Insert de lucru/obturator visual, cu diametrul canalului de 8 - 9 fr., cu capac de etansare 3 set (set de 10 buc., reutilizabile). (Analogic la Olympus A42091A)	1.3 Insert de lucru/obturator visual, cu diametrul canalului de 8 fr., cu capac de etansare 3 set (set de 10 buc., reutilizabile). (Analogic la Olympus A42091A)	CE/ISO
331 400 00- 3	1.4	1.4 Cablu monopolar pentru elementul de lucru propus compatibil cu electrocoagulatorul Bowa ARC 303	A0393	Japonia	Olympus	1.4 Cablu monopolar pentru elementul de lucru propus compatibil cu electrocoagulatorul Bowa ARC 303	1.4 Cablu monopolar pentru elementul de lucru propus compatibil cu electrocoagulatorul Bowa ARC 303	CE/ISO
331 400 00- 3	1.5	1.5 Ansa/electrozi de rezecție/taiere, monopolar, autoclavabil, 24 fr., cu fir de 0.35, compatibil cu elementul	A22205C	Japonia	Olympus	1.5 Ansa/electrozi de rezecție/taiere, monopolar, autoclavabil, 24 fr., cu fir de 0.35, compatibil cu elementul de lucru	1.5 Ansa/electrozi de rezecție/taiere, monopolar, autoclavabil, 24 fr., cu fir de 0.35, compatibil cu	CE/ISO

		de lucru propus (analogic la Olympus A22205A)				propus (analogic la Olympus A22205A)	elementul de lucru propus (analogic la Olympus A22205A)	
331 400 00- 3	1.6	1.6 Ansa/electrozi tip ac/cutit, monopolar, autoclavabil, 24 fr., compatibil cu elementul de lucru propus.(analogic la Olympus A22255A)	A22255C	Japonia	Olympus	1.6 Ansa/electrozi tip ac/cutit, monopolar, autoclavabil, 24 fr., compatibil cu elementul de lucru propus.(analogic la Olympus A22255A)	1.6 Ansa/electrozi tip ac/cutit, monopolar, autoclavabil, 24 fr., compatibil cu elementul de lucru propus.(analogic la Olympus A22255A)	CE/ISO
331 400 00- 3	1.7	1.7 Ansa/electrozi de coagulare, tip bila, monopolar, 24 fr, marime mare sau diametru de 5 ± 2 mm, compatibil cu elementul de lucru propus.(analogic la Olympus A22258A)	A22258C	Japonia	Olympus	1.7 Ansa/electrozi de coagulare, tip bila, monopolar, 24 fr, marime mare sau diametru de 5 ± 2 mm, compatibil cu elementul de lucru propus.(analogic la Olympus A22258A)	1.7 Ansa/electrozi de coagulare, tip bila, monopolar, 24 fr, marime mare sau diametru de 5 ± 2 mm, compatibil cu elementul de lucru propus.(analogic la Olympus A22258A)	CE/ISO
331 400 00- 3	1.8	1.8 Telescop/obiectiv, autoclavabil, sub unghi de 30° , cu diametrul de 4 mm, lungimea de lucru 300 ± 5 mm, sterilizabil, compatibil cu sursa de lumina Endolight Highlight x300	WA2T430A	Japonia	Olympus	1.8 Telescop/obiectiv, autoclavabil, sub unghi de 30° , cu diametrul de 4 mm, lungimea de lucru 300 ± 5 mm, sterilizabil, compatibil cu sursa de lumina Endolight Highlight x300	1.8 Telescop/obiectiv, autoclavabil, sub unghi de 30° , cu diametrul de 4 mm, lungimea de lucru 300 ± 5 mm, sterilizabil, compatibil cu sursa de lumina Endolight Highlight x300	CE/ISO
331 400 00- 3	2	Lot.2 Telescop/obiectiv, autoclavabil, sub unghi de 0° , cu diametrul de 10 mm, lungimea de lucru 300 ± 5 mm, sterilizabil, compatibil cu sursa de lumina Endolight Highlight x300	WA53000A	Japonia	Olympus	Lot.2 Telescop/obiectiv, autoclavabil, sub unghi de 0° , cu diametrul de 10 mm, lungimea de lucru 300 ± 5 mm, sterilizabil, compatibil cu sursa de lumina Endolight Highlight x300	Lot.2 Telescop/obiectiv, autoclavabil, sub unghi de 0° , cu diametrul de 10 mm, lungimea de lucru 300 ± 5 mm, sterilizabil, compatibil cu sursa de lumina Endolight Highlight x300	CE/ISO
331 400 00- 3	4	Lot.4 Pensa de apucare, cu dinti de rechin/aligator, diametru de 7 fr., semiflexibil, compatibil cu insert de lucru / obturator visual de 8 fr. (analogic la Olympus A4829)	A4829	Japonia	Olympus	Lot.4 Pensa de apucare, cu dinti de rechin/aligator, diametru de 7 fr., semiflexibil, compatibil cu insert de lucru / obturator visual de 8 fr. (analogic la Olympus A4829)	Lot.4 Pensa de apucare, cu dinti de rechin/aligator, diametru de 7 fr., semiflexibil, compatibil cu insert de lucru / obturator visual de 8 fr.	CE/ISO
331 400 00- 3	5	Lot.5 Pensa de tip hook, diametru de 7 fr., semiflexibil, compatibil cu insert de lucru de 8 fr. (analogic la Olympus A4833)	A4833	Japonia	Olympus	Lot.5 Pensa de tip hook, diametru de 7 fr., semiflexibil, compatibil cu insert de lucru de 8 fr. (analogic la Olympus A4833)	Lot.5 Pensa de tip hook, diametru de 7 fr., semiflexibil, compatibil cu insert de lucru de 8 fr. (analogic la Olympus A4833)	CE/ISO
331 400 00- 3	6	Lot.6 Pensa de tip Johann, lungimea de lucru 330 ± 15 mm, diametrul de 5 ± 0.5 mm, si lungimea falcilor de apucare de 17 ± 1 mm, bipolar, complet din ansa, teaca si manier de lucru, cu cablu de interconectare, compatibil cu Bowa ARC 303, (analogic la Olympus WA69410M)	WA69410M + WA69400M + WA69002M + A60003C	Japonia	Olympus	Lot.6 Pensa de tip Johann, lungimea de lucru 330 ± 15 mm, diametrul de 5 ± 0.5 mm, si lungimea falcilor de apucare de 17 ± 1 mm, bipolar, complet din ansa, teaca si manier de lucru, cu cablu de interconectare, compatibil cu Bowa ARC 303, (analogic la Olympus WA69410M)	Lot.6 Pensa de tip Johann, lungimea de lucru 330 ± 15 mm, diametrul de 5 ± 0.5 mm, si lungimea falcilor de apucare de 17 ± 1 mm, bipolar, complet din ansa, teaca si manier de lucru, cu cablu de interconectare, compatibil cu Bowa ARC 303, (analogic la Olympus WA69410M)	CE/ISO
331 400 00- 3	7	Lot.7 Pensa de tip Maryland, lungimea de lucru 330 ± 15 mm, diametrul de 5 ± 0.5 mm, si lungimea falcilor de apucare de 15 ± 1 mm, bipolar, complet	WA69416M + WA69400M + WA69002M	Japonia	Olympus	Lot.7 Pensa de tip Maryland, lungimea de lucru 330 ± 15 mm, diametrul de 5 ± 0.5 mm, si lungimea falcilor de apucare de 15 ± 1 mm, bipolar, complet din ansa, teaca si	Lot.7 Pensa de tip Maryland, lungimea de lucru 330 ± 15 mm, diametrul de 5 ± 0.5 mm, si lungimea falcilor de apucare de 15 ± 1 mm, bipolar, complet din ansa, teaca si manier de lucru, cu cablu de	CE/ISO

		din ansa, teaca si manier de lucru, cu cablu de interconectare compatibil cu Bowa ARC 303, (analogic la Olympus WA69416M)	+ A60003C			manier de lucru, cu cablu de interconectare compatibil cu Bowa ARC 303, (analogic la Olympus WA69416M)	interconectare compatibil cu Bowa ARC 303, (analogic la Olympus WA69416M)	
--	--	---	--------------	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chişinău, str. N. Testemiţanu 17/6**