

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1758192190370								
Denumirea procedurii de achiziție: CM -Dispozitive medicale pentru anul 2025								
Autoritatea contractantă: IMSP SCM Boli Contagioase de Copii								
nr. crt	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Modelul	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
I	33192000-2	Cușetă de examinare (sala de proceduri)	KMc-01	Rusia	Oka-Medic	Cerințe tehnice: Material carcasă: metal cu rezistență ridicată la coroziune și acțiunea substanțelor chimice dezinfectante. Suprafață de examinare capitonată, acoperită cu material impermeabil, rezistent la agenți dezinfectanți (piele ecologică medicală sau PVC specializat). Saltea fixă sau detașabilă, cu grosime minimă de 4cm (spumă poliuretanică) Suduri finisate și muchii rotunjite, pentru a preveni acumularea murdăriei și a asigura siguranța pacienților și apersonalului medical. Tetieră reglabilă manual Dimensiuni: - Lungime: 180-200cm - Lățime: 60-70cm - Înălțime: 45-55cm	Cerințe tehnice: Material carcasă: metal cu rezistență ridicată la coroziune și acțiunea substanțelor chimice dezinfectante. Suprafață de examinare capitonată, acoperită cu material impermeabil, rezistent la agenți dezinfectanți (piele ecologică medicală sau PVC specializat). Saltea fixă sau detașabilă, cu grosime minimă de 3 cm (spumă poliuretanică) Suduri finisate și muchii rotunjite, pentru a preveni acumularea murdăriei și a asigura siguranța pacienților și apersonalului medical. Tetieră reglabilă manual Dimensiuni: - Lungime: 180 cm - Lățime: 60 cm - Înălțime: 55cm	Certificat de Conformitate, ISO
Numele, Prenumele Stela POTINGA În calitate de: Administrator								
Ofertantul: SA TEHOPTIMED Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova								