

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1723110683742
Denumirea procedurii Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice

Denumirea lot/pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2	3	4	5	6	7
LOT 24						
Masa autopsie	TS 7030	Turcia	T HEALTH MEDIKAL IC VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI	Descriere Ramă din țeavă profilată minim 40 x 40 mm; pe care este montată suprafața mesei ermetică cu înclinație pentru scurgere confecționată din tablă din inox de marca AISI 304 cu grosimea minim 1,2 mm. Parametru Specificația Gabaritele mesei: lungimea 2400 mm(-/+ 300mm) lățimea 800 mm (+/- 10 mm) înălțimea 850 mm (+/- 10 mm) Capacitatea de încărcare minim 180 kg Da În complicația mesei obligatoriu se includ accesoriile: Elemente de lucru susținător cap din inox; Da susținător spate din inox Da măsuță pentru instrumente din inox Da	Descriere Rămă din țeavă profilată minim 40 x 40 mm; pe care este montată suprafața mesei ermetică cu înclinație pentru scurgere confecționată din tablă din inox de marca AISI 304 cu grosimea minim 1,2 mm. Parametru Specificația Gabaritele mesei: lungimea 2400 mm lățimea 800 mm înălțimea 850 mm Capacitatea de încărcare minim 330 kg În complicația mesei obligatoriu se includ accesoriile: Elemente de lucru susținător cap din inox; Da susținător spate din inox Da măsuță pentru instrumente din inox Da	CE/ DM000654729

				Elemente de tehnică sanitară amestecător simplu; Da amestecător cu furtun Lungime 4metri sifon Da VA (Ventil de aerisire) Da	Elemente de tehnică sanitară amestecător simplu; Da amestecător cu furtun Lungime 4metri sifon Da VA (Ventil de aerisire) Da	
--	--	--	--	--	--	--

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Neotec” SRL

Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău