

**Specificații tehnice (F4.1)**

Licitatie Publică nr. 21021102				Data: „01” Aprilie 2020		Alternativa nr.: _____		
Denumirea licitației: "Reactive și consumabile de laborator (REPETAT)"				Lot: _____		Pagina: __ din __		
Nr. Lot/ pozitie	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Articole de uztenzilă, consum și veselă de laborator</b>						
6.2	33600000-6	6.2. Articole de uztenzilă, consum și veselă de laborator. <b>6.2. Eprubete cu K3 EDTA 2,5 ml.</b>	318540	ITALIA	SYNTESYS	6.2. Eprubete cu K3 EDTA 2,5 ml. - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete pentru investigații hematologice cu K3EDTA. Volum 2,5 ml. Cu capac verde, tichetă. IVD. CE. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de eprubete.	6.2. Eprubete cu K3 EDTA 2,5 ml. - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete pentru investigații hematologice cu K3EDTA. Volum 2,5 ml. Cu capac verde, tichetă. IVD. CE. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de eprubete.	Certificat CE, ISO
6.5	33600000-6	6.5. Articole de uztenzilă, consum și veselă de laborator. <b>6.5. Eprubete de unică folosință</b>	318020	ITALIA	SYNTESYS	6.5. Eprubete de unică folosință - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete polisteren cu diametru 13mm, înălțime 75mm fără capac. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Prezentarea obligator: Certificat de Conformitate de la producător. Prezentare exemple de eprubete.	6.5. Eprubete de unică folosință - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete polisteren cu diametru 12mm, înălțime 86mm, 5 ml fără capac. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Prezentarea obligator: Certificat de Conformitate de la producător. Prezentare exemple de eprubete.	Certificat CE, ISO
6.6	33600000-6	6.6. Articole de uztenzilă, consum și veselă de laborator. <b>6.6. Vîrfuri plastic pentru dozator 100-1000 mkl</b>	318172	ITALIA	SYNTESYS	6.6. Vîrfuri plastic pentru dozator 100-1000 mkl - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Vîrfuri plastic 100-1000 mkl (albastre) p-u dozator semiautomat. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de vîrfuri.	6.6. Vîrfuri plastic pentru dozator 200-1000 mkl - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Vîrfuri plastic 200-1000 mkl (albastre) p-u dozator semiautomat. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de vîrfuri.	Certificat CE, ISO
6.7	33600000-6	6.7. Articole de uztenzilă, consum și veselă de laborator. <b>6.7. Vîrfuri plastic pentru dozator 200 mkl</b>	318260	ITALIA	SYNTESYS	6.7. Vîrfuri plastic pentru dozator 200 mkl - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Vîrfuri galbene pentru PA de tip Gilson de 0 - 200 mkl p-u dozator semiautomat. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de vîrfuri .	6.7. Vîrfuri plastic pentru dozator 200 mkl - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Vîrfuri galbene pentru PA de tip Gilson de 0 - 200 mkl p-u dozator semiautomat. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de vîrfuri .	Certificat CE, ISO
6.9	33600000-6	6.9. Articole de uztenzilă, consum și veselă de laborator. <b>6.9 Eprubete 10 ml , polipropilen 10 ml, p-u urină, fără capac</b>	318012	ITALIA	SYNTESYS	6.9 Eprubete 10 ml - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete polipropilen 10 ml, p-u urină, fără capac. Rezistență la centrifugare. Prezentare exemple de eprubete.	6.9 Eprubete 10 ml - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete polipropilen 10 ml, p-u urină, fără capac. Rezistență la centrifugare. Prezentare exemple de eprubete.	Certificat CE, ISO
6.16	33600000-6	6.16. Articole de uztenzilă, consum și veselă de laborator. <b>6.16. Sticlă pentru microscopie, P/u microscopie, margine șlefuită și fâșie p/u notițe 76x26x2mm</b>	371115	ITALIA	SYNTESYS	6.16. Sticlă pentru microscopie - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** P/u microscopie, margine șlefuită și fâșie p/u notițe 76x26x2mm, grosimea nu mai mic de 2mm (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	6.16. Sticlă pentru microscopie - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** P/u microscopie, margine șlefuită și fâșie p/u notițe 76x26x2mm, grosimea nu mai mic de 2mm (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Certificat CE, ISO

8	33600000-6	8.D-dimeri 1x1,7 ml .8. <b>Determinarea D-dimeri din plasma sângelui. Latex test pe placă</b>	8.00.17.0.0100	Marea Britanie	Atlas Medical	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Determinarea D-dimeri din plasma sângelui. Latex test pe placă. Componenta setului: D-dimer latex reagent 1x1.7 ml. Cerințe către particule de latex cu anticorpi de șobolani: Anti-D-dimer să manifeste specificitate înaltă către D-dimeri puri. Anti-D-dimer pe latex să NU aibă afinitate încrucișată către fibrinogen, fragmentelor D fibrinogenului și factorul reumatoid. D-dimer control pozitiv 1x1 ml. D-dimer control negativ 1x1 ml. Bufer salin pH 7,3 - 2x8 ml. Plăci pentru testare 16x6. Baghete pentru mixare manuală pe placă - 50 buc. Sensibilitate 200 ng/ml, specificitate mai mare de 95%, precizitate 98,5%. Certificat European. Certificat de la producător. Certificat de Trasabilitate. Certificat condițiilor de transportare. Prezentare exemplului de set.	D-Dimer Latex Kit, 100 Tests, Sensibilitate 200 ng/ml, specificitate mai mare de 95%, precizitate 98,5%. Certificat European. Certificat de la producător. Certificat de Trasabilitate. Certificat condițiilor de transportare. Prezentare exemplului de set.	Certificat CE, ISO	
9	33600000-6	9. Test rapid Cardio-Combo (Troponin I/Myo/CK-MB)	75003	SUA	Lumiquick	Test triplu calitativ pentru determinarea Troponinei I, Mioglobinei, Creatinkinazei fracția MB. Determinarea Troponinelor I din ser/plasma sângelui. Strip-test. Sensibilitate 0,50 ng/ml (98,5%), specificitate 98,4%, precizitate 98,5%. Certificat European. Certificat de la producător. Certificat condițiilor de transportare. Prezentare exemple de strip-test. Instrucțiune de utilizare în Limba de Stat.	Test triplu calitativ pentru determinarea Troponinei I, Mioglobinei, Creatinkinazei fracția MB. Determinarea Troponinelor I din ser/plasma sângelui. Strip-test. Sensibilitate 0,50 ng/ml (98,5%), specificitate 98,4%, precizitate 98,5%. Certificat European. Certificat de la producător. Certificat condițiilor de transportare. Prezentare exemple de strip-test. Instrucțiune de utilizare în Limba de Stat.	Certificat CE, ISO	
10	33600000-6	10. Troponin I/T	CG2001	CHINA	Getein Biotech	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Determinarea Troponinelor T/I din ser/plasma sângelui. Strip-test. Sensibilitate 0,50 ng/ml (98,5%), specificitate 98,4%, precizitate 98,5%. Certificat European. Certificat de la producător. Certificat condițiilor de transportare. Prezentare exemple de strip-test. Instrucțiune de utilizare în Limba de Stat.	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Determinarea Troponinelor T/I din ser/plasma sângelui. Strip-test. Sensibilitate 0,30 ng/ml (98,5%), specificitate 98,4%, precizitate 98,5%. Certificat European. Certificat de la producător. Certificat condițiilor de transportare. Prezentare exemple de strip-test. Instrucțiune de utilizare în Limba de Stat.	Certificat CE, ISO	
<b>15. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc.</b>									
15.1	33600000-6	15.1. Test rapid la CK-MB/cTnI/Myo	CG1005	CHINA	Getein Biotech	15.1. Test rapid la CK-MB/cTnI/Myo - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	15.1. Test rapid la CK-MB/cTnI/Myo - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Certificat CE, ISO	
15.2	33600000-6	15.2. Test rapid la CRB+hs-CRP	CG1003	CHINA	Getein Biotech	15.2. Test rapid la CRB+hs-CRP - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	15.2. Test rapid la CRB+hs-CRP - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Certificat CE, ISO	
15.3	33600000-6	15.3. Test rapid la D-Dimer	CG1006	CHINA	Getein Biotech	15.3. Test rapid la D-Dimer - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	15.3. Test rapid la D-Dimer - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Certificat CE, ISO	

15.4	33600000-6	15.4. Test rapid la HbA1c	CG1017	CHINA	Getein Biotech	15.4. Test rapid la HbA1c - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	15.4. Test rapid la HbA1c - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Certificat CE, ISO
15.5	33600000-6	15.5. Test rapid la NT- pro BNP	CG1002	CHINA	Getein Biotech	15.5. Test rapid la NT- pro BNP - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	15.5. Test rapid la NT- pro BNP - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Certificat CE, ISO
15.6	33600000-6	15.6. Test rapid la PCT	CG1007	CHINA	Getein Biotech	15.6. Test rapid la PCT - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	15.6. Test rapid la PCT - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Certificat CE, ISO
15.7	33600000-6	15.7. Test rapid la HCG+β	CG1013	CHINA	Getein Biotech	15.7. Test rapid la HCG+β - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	15.7. Test rapid la HCG+β - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Certificat CE, ISO

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9