

Laborator de încercări chimic-tehnologic	Raport de încercări	Ediția: 2 / Data: 23.06.2021
Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare	Cod: F-7.8-1	pag. 1/1

Laborator de încercări chimic-tehnologic,
MD 2001, or. Chișinău, str. Melestiu, 22A
Tel. +(373) 79015395



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 319/e

28.08.2023

Eșantioanele pentru încercări au fost prezentate de către

la cererea clientului „ARKAR INVEST” SRL contabil844@gmail.com, tel. 069150903

denumirea completă a solicitantului, adresa, telefon

în baza: Cerere pentru efectuarea încercărilor de laborator din 18.08.2023. Conform informației furnizate de către client: Produsul – Păcură

titlul și indicativii documentului, data înregistrării

pentru a stabili conformitatea cu cerințele :

GOST 10585-99 (anulat)

titlul DN de referință pentru produsul supus încercărilor

Data primirii eşantioanelor: 21.08.2023

Perioada desfășurării încercărilor: 21.08.2023-28.08.2023

Data finalizării încercărilor: 28.08.2023

Cantitatea probei/contraprobei: 2,0 kg / ---

Scopul încercărilor: verificare

Condiții de mediu în laboratorul de încercări:

Temperatura: (22 ± 3) °C Presiunea: (100 ± 2) kPa

Rezultate

Nr.	Denumirea caracteristicii	Indicele DN al metodei de încercare	Valori conform DN				Valori efective	Incertitudine	Echipamente
			Φ-5	Φ-12	40	100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Viscozitate la 100°C, max.: convențională, grade VC cinematică, mm²/s, (c St), respectiv	GOST 6258-85 (Anulat) SM EN ISO 3104:2021	---	---	---	6,8 50,0*10-6 (50,0)	1,76 9,0	---	Viscosimetru BY-M-TXTI Stabinger Viscometer™ SVM™ 3001
2.	Impurități mecanice, %, max.	GOST 6370-83 (Anulat)	0,10	0,12	0,5	1,0	lipsă	-	Pompă de vacuum
3.	Partea de masă a apei, %, max.	GOST 2477-65 (Anulat)	0,3	0,3	1,0	1,0	0,04	-	Instalație Dino-Stark
4.	Aciditate minerală și alcalinitate	GOST 6307-75 (Anulat)	Lipsă				Lipsă	---	Metodă chimică
5.	Sulf, %, max. pentru păcura tipul: I II III IV V VI VII	GOST 3877-88 (Anulat)	---	---	0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5	0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5	0,80	---	Calorimetru B-08 M N 2085 Vesclă chimică
6.	Punct de inflamabilitate, °C, min.: în vas închis în vas deschis	GOST 4333-87, met. B (Anulat)	80 ---	90 ---	---	---	142	---	Aparat TB-0 N 1136
7.	Punct de congelare, °C, max. pentru păcura cu conținut mare de parafine	GOST 20287-91, met. B (Anulat)	-5 ---	-8 ---	10 25	25 42	-31	---	Cameră frigorifică tip „LT/RBG-5400/2-M” LINETRONIC TECHNOLOGIES
8.	Căldură de ardere (inferioară), kJ/kg, min. pentru păcura tipul: I, II, III, IV V, VI, VII	GOST 21261-91 (Anulat)	41454 ---	41454 ---	40740 39900	40530 39900	41640	---	Calorimetru B-08 M N 2085
9.	Densitate la 20°C, kg/m³, max.	GOST 3900-85 p.1 (Anulat)	955	960	Nu se normează. Determinare obligatorie		0,939	---	Set de areometre

Concluzii despre conformitate

Șef laborator:

Nume, prenume Gh. Zaiat

Semnătura

1. Rezultatele încercărilor se referă doar la eşantioanele supuse încercărilor.
2. Prezentul raport nu poate fi reprodus integral sau parțial fără autorizarea scrisă a laboratorului de încercări.
3. Datele de incertitudine se prezintă la cererea clientului, incertitudinea extinsă cu nivelul de încredere P=95%, k=2.
4. Parametrii neacoperiti de acreditare se identifică *
5. Subcontractanții utilizați se identifică **



BENEFICIAR

„ARKAR INVEST” S.R.L.

(denumirea, adresa, cod fiscal, MFO, c/d)

c/f: 1016600012472, cod TVA: 0609117

și numărul de înregistrare pentru TVA)

Director general: Karyan Ararat

EXECUTANT: CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE

RECHIZITE: MD 2001, or. Chișinău, str. Melestiu, 22A, BC Moldindconbank S.A. fil. „ZORILE”

Chișinău, cod IBAN: MD38ML000000002251900622, MFO: MOLDM2X330, cod fiscal 1003600118109, TVA 0501790

CONTRACT Nr. LÎ-44/42 din “ 18 ” 08 20 23A C T nr. LÎ-44/42de recepție a lucrărilor executate în luna August anul 2023

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cantitatea, probe	Preț, lei, fără TVA	Suma, lei, fără TVA
	Încercări de laborator			
	Păcură - o probă			
1.	Viscozitate convențională	1	350	350
2.	Viscozitate cinematică	1	350	350
3.	Impurități mecanice	1	420	420
4.	Apă	1	245	245
5.	Aciditate minerală și alcalinitate	1	175	175
6.	Partea de masă a sulfului	1	875	875
7.	Punct de inflamabilitate în vas deschis	1	280	280
8.	Punct de congelare	1	420	420
9.	Putere calorifică inferioară	1	875	875
10.	Densitate la 20°C	1	130	130

Valoarea livrării impozabile fără TVA 4120, 00 leiTaxa pe valoarea adăugată 20 % 824, 00 leiVALOAREA LIVRĂRII TOTAL (inclusiv TVA) 4944, 00 lei

Patru mii nouă sute patruzeci și patru

(suma spre achitare în scris)

lei 00 bani

A predat executantul

Șef laborator



A recepționat beneficiarul

funcția, semnătura

LȘ

