

**Graficul si Prețul reviziilor și intervențiilor pentru sistemul chirurgical CArm,
model Opescope Acteno,
Shimadzu, Japonia**

Nr. d/o	Data, Luna și anul	Lucrările efectuate	Prețul fără TVA Lei MD	Preț cu TVA Lei MD
1	2	3	4	5
1	Trimestrul II /2025 Opescope Acteno S/N MPD6D8249001, S/N:MPD6D8249002	Revizie 1	33 640.00	40 368.00
2	Trimestrul III /2025 Opescope Acteno S/N MPD6D8249001, S/N:MPD6D8249002	Revizie 2	33 640.00	40 368.00
2	Trimestrul IV /2025 Opescope Acteno S/N MPD6D8249001, S/N:MPD6D8249002	Revizie 3	33 640.00	40 368.00
3	Intervențiile de depanare la solicitare*	INCLUDE	0.00	0.00
	Total		100 920.00	121 104.00

*Activitățile la solicitare nu sunt taxate în oferta prezentă.

Descrierea Lucrărilor:

	<p>a. Activități la solicitare: <u>sunt incluse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Se intervine în maxim 1 oră prin suport telefonic la orice solicitare pentru diagnosticarea/repararea echipamentului; ▪ Se intervine în maxim 24 ore lucrătoare, fizic, la locație, la orice solicitare pentru diagnosticarea/repararea echipamentului; ▪ Diagnosticare și reparație defect la solicitarea beneficiarului; ▪ Montare, demontare, punere în funcțiune părți componente și piese de schimb ale echipamentelor, ca urmare a unei constatări; ▪ Reglaje și testări după fiecare intervenție (cu sau fără înlocuire de componente), la necesitate, conform documentației tehnice; <p>b. Activități de mentenanță :</p>
--	---

- **Revizie nr.1**
 - Profilaxia sistemului(lubrifiere,suflare cu jet de aer,etc)
 - Calibrarea/ajustarea parametrilor fizico-radiologici
 - Calibrarea/ajustarea modulelor mecanice
 - Verificarea colimatorului, calibrarea la necesitate
 - Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (Conform manualelor de service ale echipamentului).
 - Verificarea numarului de expuneri și resetarea acestuia la înlocuirea tubului (Conform manualelor de service ale echipamentului)
- c. Activități suplimentare (cuprinse în contractul de service)**
 - *Furnizarea și implementarea, în mod gratuit, a tuturor corecțiilor constând în upgrade-uri de soft, piese de schimb, pachete de siguranță emise de către producător pentru a asigura întreținerea și funcționarea în condiții optime și de siguranță a dispozitivelor medicale precum și pentru îmbunătățirea performanțelor acestora (se vor atașa documente doveditoare).*
 - Fiecare raport de service va fi semnat de către Autoritatea Contractantă care va păstra un exemplar;
 - Se vor consemna în raportul de service piesele de schimb necesare rezolvării eventualelor defecțiuni ale sistemului (fie și constatate în timpul reviziei);
 - În calitate de distribuitor autorizat prestatorul de servicii va anunța Beneficiarul despre toate noutățile tehnice aferente domeniului și posibilitățile de up - grade ale echipamentelor (conform buletinelor de informare primite de la producatorul aparatelor care fac obiectul prezentei oferte).
 - Se va respecta legislația în vigoare, în special cea referitoare la protecția muncii, protecția mediului iar în cazul echipamentelor radiodiagnostice cea referitoare la radioprotecție (acolo unde este cazul).
 - Se va păstra confidențialitatea datelor legate de activitatea Beneficiarului și ale echipamentelor care fac obiectul prezentei oferte;

L.Ș

L.Ș.

Botnaru Andrei Director
SC “Neotec” SRL