

Specificații tehnice

Nr. Licităției	21066605					Data: 08.11.2022	Alternativa Nr.:		
Denumirea Licităției	"achiziționarea Consumabilelor medicale pentru cabinetul de cardiologie intervențională pentru anul 2022 REPETAT"					Lot. 2	Pagina: 1 din 1		
Codul CPV	Nr. Lot.	Denumire Lot	Denumirea pozitiei	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
33140000-3	2	Lot 2 Balon pentru artere coronare	Lot 2 Balon pentru artere coronare	Pantera® Pro 393289 393291 393298 393305 393290 393292 393299 393306 393293 393300 393307 393312 393317 393294 393301 393308 393313 393318 393295 393302 393309 393314 393319 393296 393303 393310 393315 393320 393297 393304 393311 393316 393321	Elveția	BIOTRONIK AG	Balon de tip RX, semicompliant, pentru angioplastie coronariana, cu acoperire hidrofila, diametre obligatorii 1.50,2.0,2.50,3.0,3.50,4.0; lungimi de balon 8mm, 12mm, 15mm, 20mm si 30mm obligatorii; Marcheri la ambele capete ale balonului din platina-iridiu, Shaft minim 130cm.	Pantera® Pro - Proximal shaft Design Hypotube design Diameter 2.0F Shaft markers 92 cm and 102 cm from tip Distal shaft Guiding catheter 5F (min. I.D. 0.056" / 1.42 mm) Guide wire diameter 0.014" Lesion entry profile 0.017" Usable length 140 cm Balloon material Semi Crystalline Co-Polymer Balloon folding ø 1.25 - 1.5 mm: Two-fold; ø 2.0 - 4.0 mm: Tri-fold Balloon markers Platinum-Iridium: ø 1.25 - 1.5 mm one marker; ø 2.0 - 4.0 mm two markers Coating distal shaft Hydrophilic (end of balloon to Guide Wire (GW) exit port) Balloon and tip coating ø 1.25 - 2.0 mm: Hydrophilic ø 2.50 - 4.0 mm: Hydrophobic Kissing balloon technique 6F guiding catheter (min. I.D. 0.070" / 1.78 mm), up to ø 3.5 mm Diameter 2.6F (ø 1.25 - 2.0 mm); 2.7F (ø 2.5 - 3.5 mm); 2.9F (ø 4.0 mm)	CE/ISO

Semnat: _____

Numele, prenumele: Captari Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: "CAVATEH M" SRL

Adresa: MD-2028 CHIȘINĂU, str. Academiei 3, of. 110B

Specificații de preț

Numărul licitației: 21066605						Data: 08.11.2022			Alternativa nr.			
Denumirea licitației: "achiziționarea Consumabilelor medicale pentru cabinetul de cardiologie intervențională pentru anul 2022 REPETAT"						Lot. 2			Pagina 1 din 1			
Codul CPV	Nr. Lot.	Deumire Lot	Denumirea pozitiei	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare / prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Prețul estimativ
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	
33140000-3	2	Lot 2 Balon pentru artere coronare	Lot 2 Balon pentru artere coronare	bucată	40	1,416.8000	1,530.1440	56,672.0000	61,205.7600	Prima tranșă (minim 50%) în termen de 10 zile de la solicitare, următoarea tranșă în termen de maxim 20 zile de la solicitare	MD38TRPCCCS18430A0007 6AA	85 185,18
Total ofertă								56,672.00	61,205.76			

Semnat: _____

Numele, prenumele: Captari Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: "CAVATEH M" SRL

Adresa: MD-2028 CHIȘINĂU, str. Academiei 3, of. 110B