

Specificații tehnice (F4.1)

Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii: Consiliul Raional Hincești
Licitatia publica: 21038208: Aparate de ventilare artificială a plămînilor

Cod CPV	Denumirea bunurilor si/ sau serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33100000 -1	Aparate de ventilare artificială a plămînilor	Flight 60+ Umidificator FMB20	Israel	Flight Medical Innovations Ltd.	Regim de ventilare I. APVcmv/(S)CMV+ 2. APVsimv/SIMV+ 3. PCV+ 4. PSIMV+ 5, DoUPAP 6. ARV 7. SPONT 8. ASV 9. NIV]0. NIV-ST Presiunea de inspirație 0 - 60 cmH2O - Fluxul maxim de inspirație 240 l/min (150 l/ nin cu 100 % O2) - Volumul Tital Adult/Ped 20 - 2000 ml I -I:E-I:9-4:1 - PEEP (cmH2) - 0 - 35 cmH2O - Rate b/nin - I- 80 b/min - TI - 0.1-12 sec Configurația: - Ventilator tip turbină; - Troleu; - Suport pentru circuit; - Cablu de alimentare - Umidificator - Circuite pentru pacient cu camera de umidificare I buc (sterilizabil) - Circuite pentru pacient cu camera de umidificare I buc (autoclavabila) - Manual de utilizator	Anexat	CE

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei
 În calitate de: Director
 Ofertantul: „Neotec” SRL
 Adresa: mun. Chisinau, str. Zaikin, 37