

Certificat de calitate N 1/03-22

AI HÎRTIEI TERMOSENSIBILĂ PENTRU DIAGRAME

Ghermed-K SRL Moldova, Chisinau, Cricova, Chisinaului 106

Denumirea productiei	Descrierea productiei	Numarul rulourilor (buc)	Masa Neto al partidei (kg)	Data
HÎRTIE TERMOSENSIBILĂ PENTRU DIAGRAME	Hirtie in rulouri cu Rețeaua pentru diagrame aplicata	2940	303	14.03.2022

Caracteristicile productiei

Denumirea productiei	lățimea (mm),	lung (cm)	Numarul rulourilor in set	Greutatea 1 set (kg)	Numarul seturilor
HÎRTIE TERMOSENSIBILĂ PENTRU DIAGRAME	80	30	60	7	6
HÎRTIE TERMOSENSIBILĂ PENTRU DIAGRAME	110	30	60	8	2
HÎRTIE TERMOSENSIBILĂ PENTRU DIAGRAME	80	20	60	8	2
HÎRTIE TERMOSENSIBILĂ PENTRU DIAGRAME	110	10	90	7	3
HÎRTIE TERMOSENSIBILĂ PENTRU DIAGRAME	50	30	90	7	5
HÎRTIE PENTRU SPIROGRAFIE	57	30	90	9	1
HÎRTIE PENTRU SPIROGRAFIE	57	18	105	6	10
HÎRTIE TERMOSENSIBILĂ PENTRU DIAGRAME	210	25	30	6	8
HÎRTIE TERMOSENSIBILĂ PENTRU DIAGRAME	210	30	30	7	8

Caracteristicile Hirtiei pe baza careia se produce productia

Denumirea productiei	Parametrii de baza ai hirtiei				
	Masa 1 g/m ²	Gradul de netezime	Gradul de alb	Effort de rupere H/MM ²	
				de-a lungul	transversal
HÎRTIE TERMOSENSIBILĂ PENTRU DIAGRAME	55	400	92	51	29

Prin prezenta , confirmam ca rețeaua de diagrama pentru ECG cu termoscriere se produce in intregime pe teritoriul R Moldova in conformitate cu IT MD 85-40173354-001:2007

