

SPECIFICATII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: **21053959 din 05.04.2022-12.04.2022**

Obiectul achizitiei: **Consumabile și reagenți de laborator de tip deschis, conform necesităților IMSP SCR pentru anul 2022 REPETAT**

Cod CPV	Nr lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	1	Eprubeta cu tampon steril, polisterol si bumbac	2150/SG	Italia	APTACA	Eprubeta cu tampon steril, polisterol si bumbac	Eprubeta cu tampon steril, polisterol si bumbac	CE, ISO
33100000-1	2	Tampon steril din lemn si cotton 150mm	5100/SG/CS	Italia	APTACA	Tampon steril din lemn si cotton 150mm ambalat individual, cutia 100 buc. Obligator prezentarea mostrelor nu mai puțin de 10 buc..	Tampon steril din lemn si cotton 150mm ambalat individual,	CE, ISO
33100000-1	3	Eprubete vol. 5 ml 75x13 mm din polisteren	1375	Italia	APTACA	Eprubete vol. 5 ml 75x13 mm din polisteren - obligatoriu (transparente)	Eprubete vol. 5 ml 75x12 mm din polisteren - (transparente)	CE, ISO
33100000-1	4	Lactat	LACT-0100	Franta	ELITECH	Metoda de determinare - Enzimatic colorimetric; Tipul reagenților - lichid, stabil, gata pentru folosire, bireagent, cu calibrator; Material pentru investigatii - Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set ≤0,044U/l; Interferențe - Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7mmol/l, Lipemie până la 5,6 g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8mmol/l; Flacoane cu volumul de la 5 până la 10 ml.	Metoda de determinare - Enzimatic colorimetric; Tipul reagenților - lichid, stabil, gata pentru folosire, bireagent, cu calibrator; Material pentru investigatii - Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set ≤0,044U/l; Interferențe - Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7mmol/l, Lipemie până la 5,6 g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8mmol/l; Flacoane cu volumul de 10 ml.	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Ceacovschi Tudor** În calitate de: **Director**

Ofertantul: "**GBG-MLD**" SRL Adresa: **or. Chisinau, str. Albisoara 64/2** tel **0-22--54-73-73**