

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	MTender ID: ocds-b3wdp1-MD-1615895810700	Data: 18.04.2021	Alternativa nr.: _NU_
Denumirea licitației:	Dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor potrivit listei de distribuție, pentru anul 2021 (listă suplimentară 1)	Lot: 2	Pagina: 1 din 2

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
3310000-1	2	Pendante cu brat articulat	Pendante cu brat articulat	HyPort B30+B30	China	Mindray	Descriere Sistem suspendant cu 2 console ce gestionează eficient locul din jurul patului în sala de reanimare și terapie intensivă Parametrul Specificația Descrierea și componența sistemului sistem suspendant cu 2 console da un element comun de fixare de tavan da fiecare consolă constă dintr-un braț articulat da posibilitate de mișcare a consoliilor în plan orizontal da modulul de distribuție cu prize de gaze și prize electrice poziționat vertical da înălțimea podului 3 m Caracteristica tehnică comună a consolelor: brațele coloanele și modulele de distribuție sunt fabricate din alumin / aliaj de alumini sau alte metale analogice, usoare si rezistente impotriva procesului de oxidare da acoperire anti-bacteriană, construcție cu suprafețe netede și rotunjite pentru cerințele de igienă în sală de reanimare da "materialul rezistent la acțiunea detergenților și dezinfectanților uzuali" da fiecare braț se poate manevra independent da diametrul interior al brațelor și a tubului de suspensie trebuie să fie prevăzut pentru a susține mai multe conducte de gaz și cabluri electrice pentru prize da modulul de distribuție proiectat cu compartimente diferite pentru prizele de gazele medicale și electrice da Consola suspendată nr. 1 lungimea totală a brațului ≥1000 mm unghiul de rotație admisibil al fiecărei ax pe plan orizontal ≥320 de grade mișcarea modulului de distribuție are loc pe arc de cerc determinat de lungimea brațului da capacitatea de încărcare a consolei ≥50 kg Modulul de distribuție nr. 1 înălțimea ≥800 mm mărimea laturilor ≤280x250mm șine verticale încorporate pentru accesorii da raft integrat cu sertar cu reglare pe verticală da stativ de infuzie cu reglare pe verticală da cavități de proiectare separate pentru ieșirile de gaz și electrice pentru o siguranță maximă da priză Aer 1 buc priză VAC 1 buc toate prizele de gaz sunt de standard DIN da prize electrice min. 16A/250V cu capac standard European 8 buc bornă de împământare 2 buc priză RJ45 1 buc	Sistem suspendant cu 2 console ce gestionează eficient locul din jurul patului în sala de reanimare și terapie intensivă Broșura HyPort B30 Parametrul Specificația Sistem suspendant cu 2 console HyPort B30 + B30 un element comun de fixare de tavan Manual de instalare B30 cap. 5 Installing Double Pendant, pag. 5-1, 5-8 - 5-10 fiecare consolă constă dintr-un braț articulat Broșura HyPort B30, pag. 2 posibilitate de mișcare a consoliilor în plan orizontal Manual de operare B30, pag. 2-3 modulul de distribuție cu prize de gaze și prize electrice poziționat vertical Broșura HyPort B30, pag. 3 înălțimea podului 3 m - ajustarea conform parametrilor existenți Caracteristica tehnică comună a consolelor: brațele, coloanele și modulele de distribuție sunt fabricate din alumin / aliaj de alumini, usoare si rezistente impotriva procesului de oxidare Broșura HyPort B30 acoperire anti-bacteriană, construcție cu suprafețe netede și rotunjite pentru cerințele de igienă în sală de reanimare Broșura HyPort B30, pag. 2 (certificat inclus în pachetul de licitație: Anti-bacteria coating certificate) "materialul rezistent la acțiunea detergenților și dezinfectanților uzuali" Manual de operare B30, cap.4.1 Cleaning/Disinfection pag. 4-1 - 4-2 fiecare braț se manevrează independent diametrul interior al brațelor și a tubului de suspensie e prevăzut pentru a susține mai multe conducte de gaz și cabluri electrice pentru prize modulul de distribuție e proiectat cu compartimente diferite pentru prizele de gazele medicale și electrice Fotografii anexate „Separated gas & electric line” Consola suspendată nr. 1: lungimea totală a brațului 1000 mm Broșura HyPort B30, Arm Length pag.4 unghiul de rotație admisibil al fiecărei ax pe plan orizontal 340 de grade Manual de operare B30, pag. 2-3 mișcarea modulului de distribuție are loc pe arc de cerc determinat de lungimea brațului, în cazul de față va pe o rază de 1000 mm capacitatea de încărcare a consolei 80 kg Broșura HyPort B30, Max. Load pag.4 Modulul de distribuție nr. 1 înălțimea 800 mm Broșura HyPort B30, Distribution Column Height pag.4 mărimea laturilor 280x250x220mm Presentation HyPort B Series Introduction pag. 10 șine verticale încorporate pentru accesorii Broșura HyPort B30, Built-in rails pag.3 raft integrat cu sertar cu reglare pe verticală Broșura HyPort B30, Foto pag.3 stativ de infuzie cu reglare pe verticală Broșura HyPort B30, Foto pag.3 cavități separate pentru ieșirile de gaz și electrice pentru o siguranță maximă Fotografii anexate „Separated gas & electric line” priză Aer 1 buc priză VAC 1 buc prizele de gaz sunt de standard DIN prize electrice 16A/250V cu capac standard European 8 buc bornă de împământare 2 buc priză RJ45 1 buc În "Desenul tehnic cu accesorii" anexat la ofertă sunt indicate toate accesoriile	

						fiecare priză enumerată mai sus să fie dotată cu cablu/ furtun propriu-zis, ce transversează brațul și articulațiile consolei, marcate pentru o conectare ușoară de la baza acestuia da Coș din inox cu fixator, pentru depozitarea accesoriilor și a instrumentelor 1 buc Vas de aspirare reutilizabil $\geq 1.5L$, cu fixator 1 buc Consola suspendată nr. 2: lungimea totală a brațelor ≥ 1000 mm unghiul de rotație admisibil al fiecărei ax pe plan orizontal ≥ 320 de grade mișcarea modului de distribuție are loc pe arcul de cerc determinat de lungimea brațului da capacitatea de încărcare a consolei ≥ 50 kg Modulul de distribuție nr. 2 înălțimea ≥ 1000 mm mărimea laturilor $\leq 700 \times 400$ mm șine sau bare verticale încorporate pentru fixarea rafturilor da raft cu reglare pe verticală pentru monitor de pacient da raft integrat cu sertar cu reglare pe verticală pentru ventilatorul pulmonar da cavități de proiectare separate pentru ieșirile de gaz și electrice pentru o siguranță maximă da prize O2 2 buc priză Aer 1 buc toate prizele de gaz sunt de standard DIN da prize electrice min. 16A/250V cu capac standard European 6 buc bornă de împământare 2 buc priză RJ45 1 buc fiecare priză enumerată mai sus să fie dotată cu cablu/ furtun propriu-zis, ce transversează brațul și articulațiile consolei, marcate pentru o conectare ușoară de la baza acestuia da Coș din inox cu fixator, pentru depozitarea accesoriilor și a instrumentelor 1 buc Braț fixare display Vesa mount 75x75, cu fixator 1 buc Lampă de examinare LED, cu fixator 1 buc Alimentarea electrică 220V, 50Hz Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și stampilată de către participant)* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Documente confirmative: *Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.	fiecare priză enumerată mai sus să fie dotată cu cablu/ furtun propriu-zis, ce transversează brațul și articulațiile consolei, marcate pentru o conectare ușoară de la baza acestuia Coș din inox cu fixator, pentru depozitarea accesoriilor și a instrumentelor 1 buc Vas de aspirare reutilizabil 1.8L, cu fixator 1 buc Consola suspendată nr. 2: lungimea totală a brațelor 1000 mm Broșura HyPort B30, Arm Lenght pag.4 unghiul de rotație admisibil al fiecărei ax pe plan orizontal 340 de grade Manual de operare B30, pag. 2-3 mișcarea modului de distribuție are loc pe arcul de cerc determinat de lungimea brațului , în cazul de față va pe o rază de 1000 mm capacitatea de încărcare a consolei 80 kg Broșura HyPort B30, Max. Load pag.4 Modul de distribuție nr. 2 tip Cap de distribuție 680mm și bare verticale cu înălțimea 1100 mm Broșura HyPort B30, Distribution Head Height pag.4 mărimea laturilor 680x380mm bare verticale încorporate pentru fixarea rafturilor Broșura HyPort B30, Surgical Pendant with double Arms pag.3 raft cu reglare pe verticală pentru monitor de pacient Broșura HyPort B30, Surgical Pendant with double Arms pag.3 raft integrat cu sertar cu reglare pe verticală pentru ventilatorul pulmonar Broșura HyPort B30, Surgical Pendant with double Arms pag.3 cavități de proiectare separate pentru ieșirile de gaz și electrice pentru o siguranță maximă Fotografii anexate „Separated gas & electric line” prize O2 2 buc priză Aer 1 buc toate prizele de gaz sunt de standard DIN da prize electrice 16A/250V cu capac standard European 6 buc bornă de împământare 2 buc priză RJ45 1 buc fiecare priză enumerată mai sus e dotată cu cablu/ furtun propriu-zis, ce transversează brațul și articulațiile consolei, marcate pentru o conectare ușoară de la baza acestuia Coș din inox cu fixator, pentru depozitarea accesoriilor și a instrumentelor 1 buc Braț fixare display Vesa mount 75x75, cu fixator 1 buc Lampă de examinare LED, cu fixator 1 buc Alimentarea electrică 220V, 50Hz În ”Desenul tehnic cu accesorii” anexat la ofertă sunt indicate toate accesoriile HyPort B30 este Înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, confirmare inclusă în pachetul de licitație. De asemenea sunt prezentate următoarele certificatele : ISO 9001, ISO 13485, CE și declarație de conformitate CE. Documente confirmative: *Manuale de service în limba Engleză se va prezenta utilizatorului în cazul de câștig a tenderului. Manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.
--	--	--	--	--	--	---	---

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Sveatoslav Prodan** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Î.M. "Dutchmed-M " SRL** Adresa: **bd. Decebal 76, of. 807/808, mun. Chișinău; tel./fax: 022 522-022**