

Specificații tehnice F 4.1

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1617265943247 din 01.04.2021

Denumirea procedurii de achiziție:

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
42123000	Bunuri						
	Lotul 1						
	<i>Echipamente de compresare a aerului fabricate pentru utilizarea în spațiile medicale și pentru alimentarea cu aer comprimat a utilajului medical</i>	KC7-8-270M inclus filtr - 0,3 mkm 0,01 mkm	Belarus	REMEZA	Echipamentele de compresare a aerului fabricate pentru utilizarea în spațiile medicale și pentru alimentarea cu aer comprimat a utilajului medical (Ventilatoare de pacient, mașini de anestezie). Cu uscător de aer prin absorbție, filtre de aer sau cu refrigerare.	Cu uscător de aer prin membrana, filtre de aer sau cu refrigerare. - DA Debit de aer refulat: 520 l/minut, la o presiune maximă de 8 bar. Presiune de lucru: 8 bar Volum rezervor de aer: 270 litri Protecție termică: DA Protecție suprapresiune: DA Protecție vibrațională: DA	

					0 presiune maxima de 8 bar, nu mai mic de 700 l/minut, la o presiune maxima de 5 bar Presiune maxima de lucru: 10 bar Volum rezervor de aer: Nu mai mic de 250 litri Protecție termică: DA Protecție suprasarcină: DA Protecție suprapresiune: DA Protecție vibra- acustică : DA Nivel maxim acustic: Nu mai mare de 80 decibeli	Nivel maxim acustic: 64 decibeli Puterea (KW) - 5.5 Greutate (kg) - 320		
	Total lot 1							
	Lotul 2							
	TOTAL							

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Andrianov Mihail În calitate de: Director
Ofertantul: ACVATRON SRL Adresa: or.Chisinau str.Sarmizegetusa 12.

