

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1742917537613/21386685 din 10.04.2025

Obiectul de achiziție: Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2025 (repetat 2)

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 10						
Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-100 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	41.02.20205	China	SCW MEDICATH LTD	Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 8 F Lungimea 100 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.	Caracteristici: Soft-tip proiectat pentru a reduce trauma vasului în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă excelență la est de inserție Dispune de materiale radiopactice care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională, care crește rezistența clinicianului Conținutul Kitului: Cateter(8.0Fr x 13cm), dilator(9Fr x 10cm), ghidaj, clemă, capac de injectare, seringă (5mL), ac introdus, bisturiu. Dublu Lumen Dimensiunea (F) - 8.0. Linie extensie - drepte Lungime (cm) - 13. Termen garanție - ≥ 2 ani . REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000307828	CE
Total lot 10						
TOTAL						

Semnăt: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23