

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21567572 din 24.02.2026

Obiectul de achiziției:Alcotestere

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Alcotestere	AL8800BT	Coreea de Sud	Sentech Korea Corp.	<p><b>Alcotester</b> - dispozitiv predestinat pentru testarea alcoolului în aerul expirat.</p> <p><b>Caracteristici tehnice:</b></p> <p><b>Tip senzor:</b> electrochimic.</p> <p><b>Domeniu de măsurare:</b> de la 0.00 mg/L până la minim 2.00 mg/L.</p> <p><b>Timp de pregătire pentru testare:</b> până la 20 secunde.</p> <p><b>Timp de analiză:</b> până la 5 secunde.</p> <p><b>Memorie:</b> păstrează până la 50 de rezultate cu dată și oră.</p> <p><b>Limbajul de operare:</b> română sau rusă.</p> <p><b>Display:</b> ecran LCD.</p> <p><b>Care afișează:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stare baterie.</li> <li>Concentrația alcoolului în aerul expirat.</li> </ul> <p><b>Alimentare:</b> acumulator încorporat sau baterii.</p> <p><b>Funcție de oprire automată:</b> da.</p> <p><b>Semnal sonor la depășirea nivelului admis de alcool:</b> da.</p> <p><b>Componența la livrare pentru 1 set:</b></p>	<p><b>Alcotester</b> - dispozitiv predestinat pentru testarea alcoolului în aerul expirat- <b>DA</b>.</p> <p><b>Caracteristici tehnice:</b></p> <p><b>Tip senzor:</b> electrochimic <b>Da (Fuel Cell Sensor)</b>.</p> <p><b>Domeniu de măsurare:</b> de la 0.00 mg/L până la 2.50 mg/L.</p> <p><b>Timp de pregătire pentru testare:</b> de la 5 pina la 20 secunde.</p> <p><b>Timp de analiză:</b> mai puțin de 5 secunde</p> <p><b>Memorie:</b> cu suport Apl. i SOBER fara limita.</p> <p><b>Limbajul de operare:</b> rusă.</p> <p><b>Display:</b> ecran LCD- <b>DA</b>.</p> <p><b>Care afișează:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stare baterie- <b>DA</b>.</li> <li>Concentrația alcoolului în aerul expirat -<b>DA</b>.</li> </ul> <p><b>Alimentare:</b> baterii - AAA Alcaline baterei - 2 bucati.</p> <p><b>Funcție de oprire automată:</b> <b>DA</b>.</p> <p><b>Semnal sonor la depășirea nivelului admis de alcool:</b> - <b>DA</b></p> <p><b>Componența la livrare pentru 1 se sunt :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alcooltester AL8800BT – 1 buc.</li> <li>Husă pentru depozitare și transportare cu zipper – 1 buc. <ul style="list-style-type: none"> <li>Muștiucuri :Model MP 1000 ( fabricat Sentech Korea Corp.) – 100 buc.</li> </ul> </li> </ul>	CE, ISO, FDA

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alcooltester – 1 buc.</li> <li>• Husă pentru depozitare și transportare – 1 buc. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Muștiucuri – 100 buc.</li> </ul> </li> <li>• Manual de utilizare și manual de service. <ul style="list-style-type: none"> <li>• *Bloc de alimentare, dacă prevede configurația.</li> </ul> </li> <li>• *1 set de baterii, dacă prevede configurația.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Certificat de conformitate CE.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Manual de utilizare și manual de service DA (in romană, rusă, engleză).</b></li> <li>• <b>*1 set de baterii- DA , AAA Alcaline baterei - 2 bucati</b></li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Certificat de conformitate CE : DA</b>  <b>Certificate CE- No. ICR Polska/49/2023</b>  <b>Certificare FDA(USA)</b>  <b>Certificate ISO 9001/15 No.RQM 3756</b>  <b>Certificate ISO 14001/15 No.REM 1064</b></p>	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Marenici Nicolai în calitate de: DIRECTOR FINANCIAR

Ofertantul: **MEDEXIM SRL** Adresa: **Chișinău, str.Academiei 3/3**