

18. Analizator automat de VSH 2 unitati (oferta alternativa).	18. Analizator automat de VSH 2 unitati (oferta alternativa) - Analizator automat de VSH 2 unitati - CUBE 30 TOUCH
18.1. Număr de seturi suficient pentru 45000 de investigații. Pentru Contractare comodată a echipamentului, perioada 2 ani. Cerințe obligatorii pentru OFERTA ALTERNATIVĂ: I. Cerințe tehnice obligatorii pentru sistem analitic automat: (1) Analizatoare automate de viteză de sedimentare a hematiilor (VSH) - 2 unități nou, nerecondiționate. Oferirea aparatelor automate și accesoriilor acestelor - în baza «Contractului de comodat» pentru perioada de 2 ani din data semnării contractului; (2) Cantitatea dispozitivelor medicale urmează a fi oferită 2 unități în total; (3) Metoda de măsurare - cinetică și punct final, metoda Westergren modificată; (4) Productivitate: până la 90 teste/oră; Rezultate în 20 de minute; (5) Capacitate - până la 30 probe simultan, cu acces aleatoriu; (6) Materiale de control minim 2 nivele de concentrație pentru controlul calității intern. (7) Control intern temperaturii sau compensare la temperatura. (8) Funcție de mixare internă automată, prin inversarea completă a tuburilor. (9) Tip de proba - sînge integral direct din tuburi de colectare standard (K3EDTA), eprubete de la diferite producători, fără consumarea probei pacientului; (10) Identificare probe - cititor de coduri de bară intern. (11) Stocare de date: până la 5000 de rezultate pacient și QC. (12) Capacitatea de conectare la LIS. (13) Accesorii obligatorii pentru perioada de comodat a analizatorului automat: UPS. II: Cerințe pentru reagenți și consumabile: (1) Reagenți originali , gata de utilizare absolut compatibili cu analizatoarele automate, oferite comodat. (2) Operatorul economic obligator să aducă specificații de la producător cu privire la număr de investigații executate dintr-un set. (3) Consumabile specifice, materiale de control pentru sisteme analitice oferite în comodat să fie estimate în volum necesar și să fie inclus în bugetul lotului dat. III. Cerințe obligatorii generale: (1) Certificate de Conformitate/Calitate de la producător pentru reagenți, materiale de control și alte consumabile specifice sistemului analitic oferit comodat; CE; IVD; Declarație sau Certificat de deținere a echipei de ingineri specializați în deservirea tehnică a analizatoarelor oferite în comodat; (2) Pe parcursul termenului de valabilitate a Contractului de comodat, operatorul economic să asigure deservirea și oricare tip de mentenanțe și oferirea serviciilor de suport tehnic din partea echipei de ingineri specializați în instalarea și aplicațiile aparatelor oferite, costul căror să fie inclus în bugetul Ofertelor pentru loturi anuale. (3) Costul serviciilor tehnice a inginerilor din partea Operatorului economic, precum și costul oricăror seturi de	18.1. Număr de seturi suficient pentru 45000 de investigații. Pentru Contractare comodată a echipamentului, perioada 2 ani. - Analizator automat de VSH 2 unitati - CUBE 30 TOUCH. Cerințe obligatorii pentru OFERTA ALTERNATIVĂ: I. Cerințe tehnice obligatorii pentru sistem analitic automat: (1) Analizatoare automate de viteză de sedimentare a hematiilor (VSH) - 2 unități nou, nerecondiționate. - DA Oferirea aparatelor automate și accesoriilor acestelor - în baza «Contractului de comodat» pentru perioada de 2 ani din data semnării contractului; (2) Cantitatea dispozitivelor medicale urmează a fi oferită 2 unități în total -DA; (3) Metoda de măsurare - cinetică și punct final, metoda Westergren modificată – DA (Brosura atasata); (4) Productivitate: până la 90 teste/oră – DA, 30 teste/25 minute, (Brosura atasata); Rezultate în 20 de minute – DA (30 teste/25 minute) - Brosura atasata; (5) Capacitate - până la 30 probe simultan, cu acces aleatoriu;- Da, Brosura atasata (6) Materiale de control minim 2 nivele de concentrație pentru controlul calității intern. – DA, se ofera 3 seturi de control (ESR CONTROL CUBE , 4 x 9 ml 10435). (7) Control intern temperaturii sau compensare la temperatura. DA (8) Funcție de mixare internă automată, prin inversarea completă a tuburilor. DA (9) Tip de proba - sînge integral direct din tuburi de colectare standard (K3EDTA), eprubete de la diferite producători, fără consumarea probei pacientului;DA (10) Identificare probe - cititor de coduri de bară intern. DA (11) Stocare de date: până la 5000 de rezultate pacient și QC. DA (12) Capacitatea de conectare la LIS. (13). DA <u>Accesorii obligatorii pentru perioada de comodat a analizatorului automat:</u> UPS. DA II: Cerințe pentru reagenți și consumabile: (1) Reagenți originali , gata de utilizare absolut compatibili cu analizatoarele automate, oferite comodat.DA (2) Operatorul economic obligator să aducă specificații de la producător cu privire la număr de investigații executate dintr-un set. DA (3) Consumabile specifice, materiale de control pentru sisteme analitice oferite în comodat să fie estimate în volum necesar și să fie inclus în bugetul lotului dat.DA III. Cerințe obligatorii generale: (1) Certificate de Conformitate/Calitate de la producător pentru reagenți, materiale de control și alte consumabile specifice sistemului analitic oferit comodat; CE; IVD; DA Declarație sau Certificat de deținere a echipei de ingineri specializați în deservirea tehnică a analizatoarelor oferite în comodat; DA (2) Pe parcursul termenului de valabilitate a Contractului de comodat, operatorul economic să asigure deservirea și oricare tip de mentenanțe și oferirea serviciilor de suport tehnic din partea echipei de ingineri specializați în instalarea și aplicațiile aparatelor oferite, costul căror să fie inclus în bugetul Ofertelor pentru loturi anuale. DA (3) Costul serviciilor tehnice a inginerilor din partea Operatorului economic, precum și costul oricăror seturi de mentenanțe, costul pieselor necesare pentru asigurarea funcționării a analizatorului sau pentru repararea defecțiunelor interne survenite în procesul de lucru să fie incluse în bugetul Ofertelor pentru loturi anuale pe perioada comodării.DA (4) IMSP IMU nu poartă răspundere

mentenanțe, costul pieselor necesare pentru asigurarea funcționării a analizatorului sau pentru repararea defecțiunelor interne survenite în procesul de lucru să fie incluse în bugetul Ofertelor pentru loturi anuale pe perioada comodării. (4) IMSP IMU nu poartă răspundere materială pentru oricare tip de defecțiune «internă» a analizatorului oferit în comodat pe durata Contractului de comodat. (5) Oricare tip de suport tehnic din partea echipei de ingineri și piese necesare să fie acoperite în baza garanției sau incluse în bugetul Ofertei pentru lotul dat. (6) Operatorul Economic câștigător este obligat post-factum să subcontracteze «Servicii de conectare a echipamentului automat la SIAAMS». Subcontractarea serviciilor de conectare la «SIAAMS» și costul lor să fie incluse în Bugetul Ofertei pentru lotul dat; VI. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. Suma totală a seturilor de reagenți, controalelor și consumabilelor să nu depășească bugetul lotului dat.

materială pentru oricare tip de defecțiune «internă» a analizatorului oferit în comodat pe durata Contractului de comodat. DA (5) Oricare tip de suport tehnic din partea echipei de ingineri și piese necesare să fie acoperite în baza garanției sau incluse în bugetul Ofertei pentru lotul dat. DA (6) Operatorul Economic câștigător este obligat post-factum să subcontracteze «Servicii de conectare a echipamentului automat la SIAAMS». Subcontractarea serviciilor de conectare la «SIAAMS» și costul lor să fie incluse în Bugetul Ofertei pentru lotul dat; DA VI. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. Suma totală a seturilor de reagenți, controalelor și consumabilelor să nu depășească bugetul lotului dat.