



"ECOCHIMIE" S.R.L.
bd. Cuza Vodă 5/1 bir. 403, MD-2060, mun. Chişinău
Tel.: /022/109-111. Fax: /022/109-222
e-mail: info@ecochimie.md

Destinatar:
Tel./Fax:
Nr. și data procedurii:

IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie
Curea Cristina Telefonul de contact 078913550E-mail ACHIZITII.IMSPCTO@gmail.com
ocds-b3wdp1-MD-1570627081969 din 18.10.2019

Specificații tehnice (F4.1)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
3.1	33100000-1	STERILIZATOR (V-20 litri)cu aer uscat destinat sterilizăriiinstrumentelor medicale	GP-20	Ucraina	MizMa	<p>ventilație: forțată, controlată electronic</p> <p>Construcție interioară: oțel inox</p> <p>Construcție exterioară: cu acoperire anticorozivă</p> <p>Regimuri de sterilizare: programabile</p> <p>Protecție la supraîncălzire: analogical digitală</p> <p>Alarmer acustică, vizuală</p> <p>Diagnostic automat: cu afișarea codului erorii</p> <p>Volumul: 20 l, ± 5 l</p> <p>Camera sterilizatorului: Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior</p> <p>Temperatura: de la 50°C pînă la 200°C</p> <p>Abaterea temperatură: nu mai mare de 3°C</p> <p>Abatere timp: ≤ 1 min</p> <p>Timp de încălzire pînă la 180°C: ≤ 35 min</p> <p>Regim de sterilizare prestabilite: 180°C, 60 min,160°C, 150 min,120°C, 45 min.</p> <p>Timpul de răcire: ≤ 35 min, pînă la 75°C</p> <p>Deconectare de avariere: la temperatura 205 - 235°C</p> <p>Tipul de funcționare fără întrerupere: ≥ 8 ore</p> <p>Rafturi: ≥ 2</p> <p>Alimentare: 200-240V, 50 Hz.</p> <p>Manuale de service în una din limbile de circulație</p>	<p>Ventilație: forțată, controlată electronic. Construcție interioară: oțel inox.</p> <p>Construcție exterioară: cu acoperire anticorozivă. Regimuri de sterilizare: programabile. Protecție la supraîncălzire: analogical digitală. Alarmer acustică, vizuală</p> <p>Diagnostic automat: cu afișarea codului erorii.</p> <p>Volumul: 20 l</p> <p>Camera sterilizatorului: Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, fara orificii cu acces direct la exterior. Temperatura: de la 50°C pînă la 200.</p> <p>Abaterea temperatură: nu mai mare de 3°C</p> <p>Abatere timp: ≤ 1 min</p> <p>Timp de încălzire pînă la 180°C: ≤ 35 min</p> <p>- Regim de sterilizare prestabilite: 180°C, 60 min,160°C, 150 min,120°C, 45 min.</p> <p>Timpul de răcire: ≤ 35 min, pînă la 75°C</p> <p>Deconectare de avariere: la temperatura 205 - 235°C</p> <p>Tipul de funcționare fără întrerupere: ≥ 8 ore</p> <p>Rafturi: ≥ 2. Alimentare: 200-240V, 50 Hz.</p> <p>Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie- confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. Termenul de garanție pentru echipament - 36 luni din data instalării.Anul de producere: 2018</p>	ISO, CE Marca

Specificații de preț (F4.2)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unit de măsură (U/M)	Cantitatea, U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1	33100000-1	STERILIZATOR (V-20 litri)cu aer uscat destinat sterilizăriiinstrumentelor medicale	buc	1	9,500.0000	11,400.0000	9,500.00	11,400.00	Pînă la 31.12.2019, în timp de 20 zile de la comanda beneficiarului.
<p>Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)</p>							9,500.00	11,400.00	

- Prețurile sunt indicate pentru cantitățile solicitate.
- Oferta este valabilă în decurs de 60 zile din data prezentării.
- Prețurile includ toate taxele și impozitele determinate de legislația în vigoare.
- Condiții de livrare DDP INCOTERMS 2013.
- Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheierii Contractului.
- Termenii de valabilitate sunt stabilite de producător, restanța lor fiind nu mai puțin de 80 %.
- CertIFICATELE de calitate ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
- Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deținerea de către Beneficiar a Autorizației speciale a MS pentru acestea.
- Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie să prezinte Autorizație pentru activitate cu precursori.

În așteptarea deciziei Dumneavoastră,
Cu respect,
directorul SRL "ECOCHIMIE"
Nicolae Iurcu

