

# S.R.L.”AZICA-GRUP”

mun. Chişinău, str. Independenței 10/4,ap 97 telmobil+373/69215630,email:dorinbreahna@gmail.com

n/o	SPECIFICATIILE TEHNICE						
	Numărul licitației: LP nr. <i>pLP</i> nr. <i>publică-ocds-b3wdp1-MD-1773322741472</i> din 13.03.2026						
Cod CPV	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de orig	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarte
33100000-1	Mentenanța preventivă și corectivă la Aparat de Plasmafereza.	Model aparat plasmafereză: DigiPla 80,	China	Sichuan Nigale Biotechnology Co., LTD	<b>Mentenanță preventivă:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Inspectarea pompelor peristaltice și a roților.</li><li>• Verificarea senzorilor de presiune și debit.</li><li>• Testarea sistemului de încălzire a soluțiilor.</li><li>• Actualizarea software-ului dacă este disponibil.</li><li>• Verificarea sistemului de alarmare.</li></ul> <b>Mentenanță corectivă:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Înlocuire pompe, senzori sau module electronice.</li><li>• Calibrare post-reparație.</li></ul> Remedierea erorilor software / hardware.	<b>Mentenanță preventivă:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Inspectarea pompelor peristaltice și a roților.</li><li>• Verificarea senzorilor de presiune și debit.</li><li>• Testarea sistemului de încălzire a soluțiilor.</li><li>• Actualizarea software-ului dacă este disponibil.</li><li>• Verificarea sistemului de alarmare.</li></ul> <b>Mentenanță corectivă:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Înlocuire pompe, senzori sau module electronice.</li><li>• Calibrare post-reparație.</li></ul> Remedierea erorilor software / hardware.	DOC, CE, DM000201982

Data completării 01/04/2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Breahna Dorin Funcția: Director  
Denumirea operatorului economic Azica Grup SRL  
IDNO al operatorului economic 1006600028430